Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030618\
Data File : BF103460.D
Acq On : 6 Mar 2018 17:23
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 07 00:11:24 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 06 11:52:59 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	74	0.01
2		1,4-Dioxane	0.698	0.615	11.9	64	-0.01
3		Pyridine	1.865	1.645	11.8	63	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.752	0.620	17.6	60	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	1.322	1.278	3.3	71	0.00
6		Aniline	2.335	2.125	9.0	67	0.00
7	S	Phenol-d6	1.618	1.527	5.6	71	0.01
8		2-Chlorophenol	1.374	1.295	5.7	70	0.00
9		Benzaldehyde	1.014	0.849	16.3	63	0.00
10	C	Phenol	1.878	1.729	7.9	69	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.426	1.365	4.3	71	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.570	1.526	2.8	73	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.574	1.579	-0.3	75	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.451	1.396	3.8	73	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.219	1.163	4.6	71	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.448	2.211	9.7	66	0.00
17		2-Methylphenol	1.248	1.176	5.8	70	0.01
18		Hexachloroethane	0.573	0.539	5.9	70	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.007	1.009	-0.2	78	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.522	1.532	-0.7	80	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	74	0.00
22		Acetophenone	0.467	0.472	-1.1	77	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.350	0.337	3.7	71	0.00
24		Nitrobenzene	0.386	0.376	2.6	72	0.00
25		Isophorone	0.690	0.645	6.5	70	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.182	0.176	3.3	68	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.277	0.256	7.6	68	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.406	0.387	4.7	71	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.266	0.269	-1.1	74	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.283	0.264	6.7	69	0.00
31		Naphthalene	0.979	0.926	5.4	71	0.00
32		Benzoic acid	0.183	0.186	-1.6	70	0.00
33		4-Chloroaniline	0.423	0.415	1.9	72	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.147	0.132	10.2	67	0.00
35		Caprolactam	0.093	0.086	7.5	66	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.300	0.302	-0.7	74	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.633	0.585	7.6	70	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	76	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.547	0.488	10.8	68	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.152	0.125	17.8	59	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.169	0.145	14.2	63	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.368	0.323	12.2	65	0.01
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.423	0.361	14.7	64	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.177	1.064	9.6	70	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030618\
Data File : BF103460.D
Acq On : 6 Mar 2018 17:23
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 07 00:11:24 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 06 11:52:59 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.676	1.517	9.5	71	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.326	1.226	7.5	71	0.00
47		2-Nitroaniline	0.491	0.481	2.0	73	0.00
48		Acenaphthylene	2.040	1.823	10.6	69	0.01
49		Dimethylphthalate	1.604	1.353	15.6	65	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.337	0.295	12.5	66	0.00
51	C	Acenaphthene	1.190	1.087	8.7	71	0.00
52		3-Nitroaniline	0.427	0.422	1.2	74	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.094	0.089	5.3	68	0.01
54		Dibenzofuran	1.633	1.482	9.2	67	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.228	14.0	63	0.01
56		2,4-Dinitrotoluene	0.426	0.378	11.3	65	0.01
57		Fluorene	1.391	1.224	12.0	72	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.284	0.244	14.1	64	0.00
59		Diethylphthalate	1.535	1.393	9.3	70	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.590	0.533	9.7	70	0.00
61		4-Nitroaniline	0.427	0.387	9.4	67	0.00
62		Azobenzene	1.562	1.475	5.6	72	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	77	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.112	0.092	17.9	59	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.696	0.623	10.5	70	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.208	0.185	11.1	67	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.226	0.199	11.9	69	0.01
68		Atrazine	0.209	0.188	10.0	70	0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.109	0.090	17.4	61	0.00
70		Phenanthrene	1.101	1.006	8.6	72	0.00
71		Anthracene	1.129	1.065	5.7	74	0.00
72		Carbazole	1.124	1.052	6.4	73	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.406	1.309	6.9	73	0.00
74	C	Fluoranthene	1.106	0.977	11.7	69	0.01
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	70	0.00
76		Benzidine	0.748	0.779	-4.1	77	0.00
77		Pyrene	1.559	1.495	4.1	69	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.832	0.786	5.5	70	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.824	0.817	0.8	69	0.01
80		Benzo(a)anthracene	1.298	1.202	7.4	65	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.463	0.405	12.5	60	0.01
82		Chrysene	1.260	1.180	6.3	67	0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.112	1.003	9.8	63	0.01
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.796	1.724	4.0	67	0.01
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.998	0.957	4.1	71	0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	70	0.01
87		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.177	10.5	63	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030618\
Data File : BF103460.D
Acq On : 6 Mar 2018 17:23
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 07 00:11:24 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 06 11:52:59 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.238	1.209	2.3	67	0.01
89 C	Benzo(a)pyrene	1.174	1.101	6.2	65	0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.907	0.897	1.1	70	0.02
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.887	0.917	-3.4	73	0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0