Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF030723\
Data File : BF132671.D
Acq On : 07 Mar 2023 10:56
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 04:36:35 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF022223.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 07 13:42:31 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.769	-1.9	96	0.00
3		Pyridine	40.000	42.001	-5.0	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.186	-0.5	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.254	0.9	97	0.00
6		Aniline	40.000	42.560	-6.4	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.455	0.7	96	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.117	-0.3	97	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.945	-2.4	106	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.441	-1.1	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.081	-0.2	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.785	0.5	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.067	-0.2	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.245	6.9	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.165	-2.9	96	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.555	3.6	92	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.036	-2.6	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.033	-0.1	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.318	9.2	90	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	35.738	10.7	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.074	4.8	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.223	2.2	93	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.955	0.1	94	0.00
25		Isophorone	40.000	40.691	-1.7	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.122	-5.3	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.476	-1.2	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.447	-1.1	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.100	-2.8	97	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.289	-0.7	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.374	1.6	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.233	-5.6	101	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	42.652	-6.6	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.208	-3.0	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.495	-8.7	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.146	-2.9	97	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.742	0.6	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.817	0.5	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.967	-2.4	99	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.833	7.9	80	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.229	-2.8	97	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.299	-3.2	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.139	-2.8	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	73.087	8.6	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.517	1.2	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.979	0.1	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF030723\
Data File : BF132671.D
Acq On : 07 Mar 2023 10:56
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 04:36:35 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF022223.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 07 13:42:31 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.709	0.7	94	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.678	0.8	96	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.326	-3.3	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.537	-3.8	98	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.775	0.6	95	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.474	-3.7	97	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.386	4.0	87	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.351	1.6	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.065	-0.2	91	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.912	-2.3	96	0.00
58		Fluorene	40.000	39.443	1.4	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.784	-4.5	97	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.191	-0.5	96	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.810	0.5	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.979	-4.9	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.030	2.4	93	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.780	-7.0	95	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.314	-0.8	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.677	-4.2	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.978	-4.9	100	0.00
69		Atrazine	40.000	39.968	0.1	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	44.485	-11.2	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.396	1.5	95	0.00
72		Anthracene	40.000	39.328	1.7	95	0.00
73		Carbazole	40.000	39.145	2.1	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.420	1.4	93	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.748	3.1	93	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	89	0.00
77		Benzidine	40.000	50.923	-27.3#	92	0.00
78		Pyrene	40.000	43.616	-9.0	91	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	84.601	-5.8	91	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.210	-5.5	86	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.947	-2.4	86	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.660	-4.1	90	0.00
83		Chrysene	40.000	40.968	-2.4	89	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.370	-0.9	83	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.759	-6.9	90	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	99	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	44.670	-11.7	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.590	-4.0	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.947	5.1	92	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.440	-3.6	98	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	44.380	-11.0	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.114	-0.3	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF030723\
Data File : BF132671.D
Acq On : 07 Mar 2023 10:56
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 04:36:35 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF022223.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 07 13:42:31 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0