Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030818\
Data File : BF103512.D
Acq On : 8 Mar 2018 13:14
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 14:22:40 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 08 14:20:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	0.698	0.643	7.9	83	0.00
3		Pyridine	1.865	1.739	6.8	83	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.752	0.717	4.7	87	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.322	1.275	3.6	88	0.00
6		Aniline	2.335	2.197	5.9	86	0.00
7	S	Phenol-d6	1.618	1.593	1.5	92	0.00
8		2-Chlorophenol	1.374	1.368	0.4	92	0.00
9		Benzaldehyde	1.014	0.880	13.2	82	0.00
10	C	Phenol	1.878	1.799	4.2	89	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.426	1.430	-0.3	92	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.570	1.527	2.7	90	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.574	1.584	-0.6	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.451	1.370	5.6	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.219	1.108	9.1	84	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.448	2.247	8.2	83	0.00
17		2-Methylphenol	1.248	1.210	3.0	90	0.00
18		Hexachloroethane	0.573	0.548	4.4	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.007	1.034	-2.7	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.522	1.559	-2.4	101	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	0.467	0.471	-0.9	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.350	0.354	-1.1	96	0.00
24		Nitrobenzene	0.386	0.399	-3.4	97	0.00
25		Isophorone	0.690	0.681	1.3	95	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.182	0.184	-1.1	91	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.277	0.266	4.0	91	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.406	0.396	2.5	93	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.266	0.261	1.9	92	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.283	0.268	5.3	89	0.00
31		Naphthalene	0.979	0.901	8.0	88	0.00
32		Benzoic acid	0.183	0.202	-10.4	98	0.00
33		4-Chloroaniline	0.423	0.417	1.4	93	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.147	0.140	4.8	91	0.00
35		Caprolactam	0.093	0.088	5.4	87	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.300	0.312	-4.0	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.633	0.619	2.2	94	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.547	0.516	5.7	92	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.152	0.164	-7.9	101	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.169	0.144	14.8	80	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.368	0.329	10.6	86	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.423	0.379	10.4	86	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.177	1.098	6.7	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030818\
Data File : BF103512.D
Acq On : 8 Mar 2018 13:14
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 14:22:40 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 08 14:20:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.676	1.543	7.9	93	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.326	1.224	7.7	92	0.00
47		2-Nitroaniline	0.491	0.485	1.2	94	0.00
48		Acenaphthylene	2.040	1.809	11.3	88	0.00
49		Dimethylphthalate	1.604	1.386	13.6	86	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.337	0.300	11.0	86	0.00
51	C	Acenaphthene	1.190	1.054	11.4	89	0.00
52		3-Nitroaniline	0.427	0.399	6.6	90	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.094	0.092	2.1	91	0.00
54		Dibenzofuran	1.633	1.457	10.8	85	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.213	19.6	76	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.426	0.362	15.0	80	0.00
57		Fluorene	1.391	1.220	12.3	92	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.284	0.235	17.3	80	0.00
59		Diethylphthalate	1.535	1.389	9.5	90	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.590	0.532	9.8	90	0.00
61		4-Nitroaniline	0.427	0.380	11.0	85	0.00
62		Azobenzene	1.562	1.501	3.9	94	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.112	0.098	12.5	81	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.696	0.641	7.9	91	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.208	0.183	12.0	85	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.226	0.199	11.9	87	0.00
68		Atrazine	0.209	0.180	13.9	86	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.109	0.106	2.8	92	0.00
70		Phenanthrene	1.101	0.994	9.7	91	0.00
71		Anthracene	1.129	1.051	6.9	93	0.00
72		Carbazole	1.124	1.064	5.3	94	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.406	1.292	8.1	92	0.00
74	C	Fluoranthene	1.106	0.991	10.4	90	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
76		Benzidine	0.748	0.785	-4.9	102	0.00
77		Pyrene	1.559	1.482	4.9	89	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.832	0.744	10.6	87	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.824	0.818	0.7	90	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.298	1.219	6.1	87	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.463	0.406	12.3	79	0.00
82		Chrysene	1.260	1.192	5.4	88	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.112	1.003	9.8	82	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.796	1.799	-0.2	92	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.998	0.942	5.6	91	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	100	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.127	14.3	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030818\
Data File : BF103512.D
Acq On : 8 Mar 2018 13:14
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 08 14:22:40 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 08 14:20:19 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.238	1.175	5.1	93	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.174	1.068	9.0	90	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.907	0.819	9.7	91	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.887	0.799	9.9	91	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0