Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030918\
Data File : BF103551.D
Acq On : 9 Mar 2018 10:46
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 12:49:19 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 09 11:47:13 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	0.698	0.644	7.7	90	0.00
3		Pyridine	1.865	1.800	3.5	93	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.752	0.757	-0.7	99	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.322	1.322	0.0	99	0.00
6		Aniline	2.335	2.196	6.0	94	0.00
7	S	Phenol-d6	1.618	1.550	4.2	97	0.00
8		2-Chlorophenol	1.374	1.311	4.6	95	0.00
9		Benzaldehyde	1.014	0.871	14.1	88	0.00
10	C	Phenol	1.878	1.742	7.2	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.426	1.420	0.4	99	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.570	1.511	3.8	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.574	1.583	-0.6	101	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.451	1.351	6.9	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.219	1.065	12.6	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.448	2.205	9.9	89	0.00
17		2-Methylphenol	1.248	1.170	6.3	94	0.00
18		Hexachloroethane	0.573	0.541	5.6	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.007	0.982	2.5	102	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.522	1.513	0.6	107	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	101	0.00
22		Acetophenone	0.467	0.468	-0.2	104	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.350	0.338	3.4	99	0.00
24		Nitrobenzene	0.386	0.388	-0.5	102	0.00
25		Isophorone	0.690	0.680	1.4	102	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.182	0.180	1.1	96	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.277	0.260	6.1	95	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.406	0.399	1.7	100	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.266	0.264	0.8	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.283	0.263	7.1	94	0.00
31		Naphthalene	0.979	0.913	6.7	96	0.00
32		Benzoic acid	0.183	0.184	-0.5	96	0.00
33		4-Chloroaniline	0.423	0.407	3.8	97	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.147	0.133	9.5	93	0.00
35		Caprolactam	0.093	0.085	8.6	90	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.300	0.295	1.7	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.633	0.584	7.7	96	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.547	0.515	5.9	92	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.152	0.158	-3.9	97	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.169	0.141	16.6	79	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.368	0.327	11.1	85	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.423	0.366	13.5	83	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.177	1.091	7.3	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030918\
Data File : BF103551.D
Acq On : 9 Mar 2018 10:46
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 12:49:19 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 09 11:47:13 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.676	1.599	4.6	96	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.326	1.276	3.8	95	0.00
47		2-Nitroaniline	0.491	0.521	-6.1	101	0.00
48		Acenaphthylene	2.040	1.867	8.5	91	0.00
49		Dimethylphthalate	1.604	1.375	14.3	85	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.337	0.305	9.5	87	0.00
51	C	Acenaphthene	1.190	1.089	8.5	92	0.00
52		3-Nitroaniline	0.427	0.410	4.0	93	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.094	0.084	10.6	83	0.00
54		Dibenzofuran	1.633	1.466	10.2	86	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.232	12.5	83	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.426	0.364	14.6	80	0.00
57		Fluorene	1.391	1.243	10.6	94	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.284	0.236	16.9	80	0.00
59		Diethylphthalate	1.535	1.389	9.5	90	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.590	0.548	7.1	92	0.00
61		4-Nitroaniline	0.427	0.382	10.5	85	0.00
62		Azobenzene	1.562	1.509	3.4	95	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.112	0.100	10.7	80	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.696	0.651	6.5	90	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.208	0.192	7.7	87	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.226	0.200	11.5	85	0.00
68		Atrazine	0.209	0.176	15.8	81	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.109	0.101	7.3	85	0.00
70		Phenanthrene	1.101	0.994	9.7	88	0.00
71		Anthracene	1.129	1.068	5.4	92	0.00
72		Carbazole	1.124	1.093	2.8	94	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.406	1.300	7.5	90	0.00
74	C	Fluoranthene	1.106	0.999	9.7	88	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	86	0.00
76		Benzidine	0.748	0.788	-5.3	96	0.00
77		Pyrene	1.559	1.553	0.4	88	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.832	0.765	8.1	85	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.824	0.829	-0.6	87	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.298	1.191	8.2	80	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.463	0.401	13.4	74	0.00
82		Chrysene	1.260	1.186	5.9	83	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.112	1.011	9.1	78	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.796	1.722	4.1	83	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.998	0.915	8.3	84	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	85	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.315	1.152	12.4	76	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF030918\
Data File : BF103551.D
Acq On : 9 Mar 2018 10:46
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 09 12:49:19 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF022218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 09 11:47:13 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.238	1.135	8.3	77	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.174	1.060	9.7	77	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.907	0.878	3.2	84	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.887	0.887	0.0	87	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0