Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF031616\
Data File : BF085484.D
Acq On : 17 Mar 2016 1:49
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 17 03:10:31 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031516.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 15 18:57:05 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.581	0.580	0.2	96	-0.03
3		Pyridine	1.378	1.325	3.8	89	-0.03
4		n-Nitrosodimethylamine	0.636	0.618	2.8	91	-0.03
5	S	2-Fluorophenol	1.163	1.053	9.5	93	-0.01
6		Aniline	2.083	2.092	-0.4	92	-0.01
7	S	Phenol-d6	1.509	1.420	5.9	91	-0.01
8		2-Chlorophenol	1.364	1.289	5.5	95	-0.01
9		Benzaldehyde	0.843	0.687	18.5	94	-0.01
10	C	Phenol	1.692	1.545	8.7	96	-0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.301	1.195	8.1	90	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	1.512	1.508	0.3	93	-0.01
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.515	1.466	3.2	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.329	1.269	4.5	92	-0.01
15		Benzyl Alcohol	1.078	1.086	-0.7	92	-0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.772	1.773	-0.1	94	-0.01
17		2-Methylphenol	1.142	1.179	-3.2	92	0.00
18		Hexachloroethane	0.556	0.546	1.8	92	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.904	0.804	11.1	91	-0.01
20		3+4-Methylphenols	1.224	1.138	7.0	95	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	94	-0.01
22		Acetophenone	0.490	0.450	8.2	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.338	0.312	7.7	91	-0.01
24		Nitrobenzene	0.381	0.381	0.0	94	-0.01
25		Isophorone	0.690	0.675	2.2	93	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	0.183	0.180	1.6	89	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.325	0.326	-0.3	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.412	0.402	2.4	93	-0.01
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.263	0.245	6.8	92	-0.01
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.304	0.287	5.6	92	0.00
31		Naphthalene	0.977	0.953	2.5	93	-0.01
32		Benzoic acid	0.187	0.231	-23.5	108	0.00
33		4-Chloroaniline	0.420	0.410	2.4	93	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	0.159	0.161	-1.3	93	-0.01
35		Caprolactam	0.086	0.087	-1.2	97	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.301	0.270	10.3	96	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	0.619	0.542	12.4	95	-0.01
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	-0.01
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.622	0.658	-5.8	94	-0.01
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.301	0.322	-7.0	92	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.184	0.198	-7.6	92	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.411	0.418	-1.7	96	-0.01
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.415	0.430	-3.6	94	-0.01
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.153	1.065	7.6	93	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF031616\
Data File : BF085484.D
Acq On : 17 Mar 2016 1:49
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 17 03:10:31 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031516.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 15 18:57:05 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.632	1.672	-2.5	96	-0.01
46		2-Chloronaphthalene	1.223	1.223	0.0	97	-0.01
47		2-Nitroaniline	0.370	0.361	2.4	95	-0.01
48		Acenaphthylene	1.979	1.857	6.2	94	-0.01
49		Dimethylphthalate	1.459	1.530	-4.9	97	-0.01
50		2,6-Dinitrotoluene	0.322	0.378	-17.4	96	-0.01
51	C	Acenaphthene	1.244	1.217	2.2	93	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.385	0.416	-8.1	93	-0.01
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.147	0.180	-22.4	100	-0.01
54		Dibenzofuran	1.528	1.453	4.9	95	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.260	1.9	94	-0.01
56		2,4-Dinitrotoluene	0.404	0.436	-7.9	96	-0.01
57		Fluorene	1.219	1.123	7.9	94	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.285	0.297	-4.2	94	-0.01
59		Diethylphthalate	1.413	1.329	5.9	97	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.626	0.597	4.6	93	-0.01
61		4-Nitroaniline	0.362	0.400	-10.5	98	-0.01
62		Azobenzene	1.403	1.368	2.5	92	-0.01
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	93	-0.01
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.119	0.141	-18.5	96	-0.01
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.616	0.578	6.2	93	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.202	0.200	1.0	95	-0.01
67		Hexachlorobenzene	0.209	0.205	1.9	93	-0.01
68		Atrazine	0.176	0.160	9.1	91	-0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.111	0.129	-16.2	99	-0.01
70		Phenanthrene	1.042	0.940	9.8	90	-0.01
71		Anthracene	1.061	1.067	-0.6	96	-0.01
72		Carbazole	0.898	0.826	8.0	93	-0.01
73		Di-n-butylphthalate	1.112	1.111	0.1	96	-0.01
74	C	Fluoranthene	0.979	0.923	5.7	96	-0.01
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	82	-0.01
76		Benzidine	0.621	0.653	-5.2	92	-0.01
77		Pyrene	1.500	1.598	-6.5	94	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	0.884	1.034	-17.0	96	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.656	0.768	-17.1	95	-0.01
80		Benzo(a)anthracene	1.147	1.120	2.4	83	-0.01
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.388	0.398	-2.6	81	-0.02
82		Chrysene	1.031	1.057	-2.5	96	-0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.800	0.907	-13.4	93	-0.01
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.168	1.319	-12.9	94	-0.01
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.978	1.335	-36.5#	104	-0.03
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	95	-0.02
87		Benzo(b)fluoranthene	1.306	1.273	2.5	106	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF031616\
Data File : BF085484.D
Acq On : 17 Mar 2016 1:49
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 17 03:10:31 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031516.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 15 18:57:05 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.023	0.877	14.3	74	-0.02
89 C	Benzo(a)pyrene	1.128	1.088	3.5	94	-0.02
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.102	1.226	-11.3	103	-0.02
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.126	1.283	-13.9	105	-0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0