Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF031715\
Data File : BF077768.D
Acq On : 17 Mar 2015 13:14
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 18 01:00:45 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 13 14:04:45 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.520	0.485	6.7	95	-0.01
3		Pyridine	1.398	1.426	-2.0	108	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	0.609	0.567	6.9	89	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	1.146	1.162	-1.4	108	-0.01
6		Aniline	2.025	2.009	0.8	106	0.00
7	S	Phenol-d6	1.416	1.398	1.3	103	-0.01
8		2-Chlorophenol	1.364	1.325	2.9	105	-0.01
9		Benzaldehyde	0.580	0.654	-12.8	117	-0.01
10	C	Phenol	1.673	1.648	1.5	105	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.253	1.231	1.8	103	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	1.517	1.471	3.0	104	-0.01
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.576	1.505	4.5	104	-0.01
14		1,2-Dichlorobenzene	1.445	1.425	1.4	107	-0.01
15		Benzyl Alcohol	1.105	1.041	5.8	98	-0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.689	1.617	4.3	102	-0.01
17		2-Methylphenol	1.110	1.039	6.4	97	-0.01
18		Hexachloroethane	0.517	0.504	2.5	107	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.979	0.915	6.5	100	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.457	1.403	3.7	103	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	104	-0.01
22		Acetophenone	0.443	0.439	0.9	105	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.305	0.314	-3.0	111	0.00
24		Nitrobenzene	0.329	0.332	-0.9	111	0.00
25		Isophorone	0.616	0.589	4.4	100	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	0.161	0.158	1.9	96	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.293	0.274	6.5	97	-0.01
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.374	0.369	1.3	105	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.279	0.263	5.7	98	-0.01
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.313	0.294	6.1	99	-0.01
31		Naphthalene	1.027	0.970	5.6	100	-0.01
32		Benzoic acid	0.141	0.157	-11.3	106	0.00
33		4-Chloroaniline	0.417	0.407	2.4	100	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	0.177	0.170	4.0	103	-0.01
35		Caprolactam	0.082	0.086	-4.9	109	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.281	0.269	4.3	102	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	0.690	0.632	8.4	95	-0.01
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.597	0.551	7.7	95	-0.01
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.254	0.259	-2.0	95	-0.01
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.191	0.178	6.8	94	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.413	0.392	5.1	93	-0.01
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.446	0.437	2.0	101	-0.01
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.361	1.288	5.4	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF031715\
Data File : BF077768.D
Acq On : 17 Mar 2015 13:14
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 18 01:00:45 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 13 14:04:45 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.599	1.484	7.2	94	-0.01
46		2-Chloronaphthalene	1.299	1.242	4.4	99	0.00
47		2-Nitroaniline	0.323	0.319	1.2	95	0.00
48		Acenaphthylene	2.161	2.060	4.7	100	0.00
49		Dimethylphthalate	1.483	1.382	6.8	97	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.307	0.312	-1.6	103	0.00
51	C	Acenaphthene	1.239	1.127	9.0	93	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.357	0.348	2.5	97	-0.01
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.093	0.108	-16.1	117	0.00
54		Dibenzofuran	1.837	1.714	6.7	95	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.261	1.5	94	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.401	0.419	-4.5	106	0.00
57		Fluorene	1.526	1.413	7.4	94	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.344	0.331	3.8	97	0.00
59		Diethylphthalate	1.445	1.334	7.7	94	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.696	0.614	11.8	91	-0.01
61		4-Nitroaniline	0.356	0.353	0.8	100	-0.01
62		Azobenzene	1.381	1.296	6.2	88	-0.01
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.078	0.092	-17.9	106	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.666	0.642	3.6	97	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.213	0.194	8.9	91	-0.01
67		Hexachlorobenzene	0.235	0.215	8.5	93	-0.01
68		Atrazine	0.187	0.170	9.1	89	-0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.104	0.112	-7.7	100	-0.01
70		Phenanthrene	1.148	1.090	5.1	97	-0.01
71		Anthracene	1.134	1.125	0.8	105	0.00
72		Carbazole	1.079	1.053	2.4	104	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.210	1.145	5.4	97	0.00
74	C	Fluoranthene	1.266	1.203	5.0	92	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
76		Benzidine	0.546	0.375	31.3#	77	0.00
77		Pyrene	1.258	1.226	2.5	95	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.819	0.708	13.6	86	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.496	0.467	5.8	98	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.186	1.162	2.0	107	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.391	0.389	0.5	110	-0.01
82		Chrysene	1.066	1.074	-0.8	107	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.751	0.635	15.4	91	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.284	1.109	13.6	93	-0.02
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.331	1.245	6.5	106	-0.05
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	111	-0.05
87		Benzo(b)fluoranthene	1.306	1.200	8.1	103	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF031715\
Data File : BF077768.D
Acq On : 17 Mar 2015 13:14
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 18 01:00:45 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 13 14:04:45 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.020	1.054	-3.3	121	-0.03
89 C	Benzo(a)pyrene	1.089	1.078	1.0	111	-0.06
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.081	1.041	3.7	109	-0.06
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.100	1.061	3.5	107	-0.05

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0