Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF032015\
Data File : BF077879.D
Acq On : 20 Mar 2015 22:49
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 21 01:25:28 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 20 23:52:05 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	83	-0.03
2		1,4-Dioxane	0.520	0.531	-2.1	84	-0.05
3		Pyridine	1.398	1.288	7.9	78	-0.05
4		n-Nitrosodimethylamine	0.609	0.521	14.4	66	-0.05
5	S	2-Fluorophenol	1.146	1.165	-1.7	87	-0.02
6		Aniline	2.025	2.003	1.1	85	-0.03
7	S	Phenol-d6	1.416	1.450	-2.4	86	-0.02
8		2-Chlorophenol	1.364	1.327	2.7	84	-0.02
9		Benzaldehyde	0.580	0.623	-7.4	90	-0.03
10	C	Phenol	1.673	1.677	-0.2	86	-0.02
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.253	1.268	-1.2	85	-0.03
12		1,3-Dichlorobenzene	1.517	1.499	1.2	85	-0.03
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.576	1.570	0.4	88	-0.03
14		1,2-Dichlorobenzene	1.445	1.425	1.4	86	-0.03
15		Benzyl Alcohol	1.105	1.045	5.4	79	-0.03
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.689	1.684	0.3	85	-0.03
17		2-Methylphenol	1.110	1.116	-0.5	84	-0.02
18		Hexachloroethane	0.517	0.520	-0.6	89	-0.03
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.979	0.941	3.9	83	-0.03
20		3+4-Methylphenols	1.457	1.441	1.1	85	-0.02
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	82	-0.03
22		Acetophenone	0.443	0.450	-1.6	85	-0.03
23	S	Nitrobenzene-d5	0.305	0.319	-4.6	89	-0.03
24		Nitrobenzene	0.329	0.341	-3.6	90	-0.03
25		Isophorone	0.616	0.602	2.3	80	-0.03
26	C	2-Nitrophenol	0.161	0.162	-0.6	78	-0.03
27		2,4-Dimethylphenol	0.293	0.280	4.4	78	-0.02
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.374	0.385	-2.9	87	-0.03
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.279	0.270	3.2	79	-0.02
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.313	0.309	1.3	82	-0.03
31		Naphthalene	1.027	1.013	1.4	83	-0.03
32		Benzoic acid	0.141	0.160	-13.5	85	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.417	0.396	5.0	77	-0.03
34	C	Hexachlorobutadiene	0.177	0.177	0.0	84	-0.03
35		Caprolactam	0.082	0.081	1.2	81	-0.03
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.281	0.290	-3.2	87	-0.02
37		2-Methylnaphthalene	0.690	0.665	3.6	79	-0.03
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	79	-0.03
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.597	0.570	4.5	77	-0.03
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.254	0.254	0.0	73	-0.03
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.191	0.179	6.3	74	-0.05
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.413	0.402	2.7	74	-0.02
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.446	0.424	4.9	76	-0.02
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.361	1.376	-1.1	84	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF032015\
Data File : BF077879.D
Acq On : 20 Mar 2015 22:49
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 21 01:25:28 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 20 23:52:05 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.599	1.544	3.4	76	-0.03
46		2-Chloronaphthalene	1.299	1.323	-1.8	83	-0.03
47		2-Nitroaniline	0.323	0.333	-3.1	77	-0.03
48		Acenaphthylene	2.161	2.089	3.3	79	-0.05
49		Dimethylphthalate	1.483	1.464	1.3	80	-0.03
50		2,6-Dinitrotoluene	0.307	0.327	-6.5	84	-0.03
51	C	Acenaphthene	1.239	1.203	2.9	78	-0.03
52		3-Nitroaniline	0.357	0.353	1.1	77	-0.03
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.093	0.083	10.8	71	-0.03
54		Dibenzofuran	1.837	1.823	0.8	79	-0.03
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.241	9.1	68	-0.03
56		2,4-Dinitrotoluene	0.401	0.416	-3.7	83	-0.03
57		Fluorene	1.526	1.514	0.8	79	-0.03
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.344	0.333	3.2	76	-0.03
59		Diethylphthalate	1.445	1.425	1.4	79	-0.03
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.696	0.670	3.7	78	-0.03
61		4-Nitroaniline	0.356	0.364	-2.2	80	-0.03
62		Azobenzene	1.381	1.384	-0.2	74	-0.03
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	81	-0.05
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.078	0.087	-11.5	79	-0.03
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.666	0.651	2.3	77	-0.03
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.213	0.203	4.7	75	-0.03
67		Hexachlorobenzene	0.235	0.223	5.1	76	-0.03
68		Atrazine	0.187	0.173	7.5	72	-0.05
69	C	Pentachlorophenol	0.104	0.100	3.8	71	-0.03
70		Phenanthrene	1.148	1.187	-3.4	83	-0.05
71		Anthracene	1.134	1.141	-0.6	84	-0.03
72		Carbazole	1.079	1.123	-4.1	87	-0.03
73		Di-n-butylphthalate	1.210	1.176	2.8	79	-0.03
74	C	Fluoranthene	1.266	1.292	-2.1	78	-0.05
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	83	-0.14
76		Benzidine	0.546	0.398	27.1#	65	-0.05
77		Pyrene	1.258	1.209	3.9	74	-0.05
78	S	Terphenyl-d14	0.819	0.774	5.5	74	-0.06
79		Butylbenzylphthalate	0.496	0.479	3.4	79	-0.09
80		Benzo(a)anthracene	1.186	1.176	0.8	85	-0.14
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.391	0.390	0.3	87	-0.13
82		Chrysene	1.066	1.102	-3.4	86	-0.14
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.751	0.699	6.9	79	-0.15
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.284	1.179	8.2	78	-0.24
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.331	1.339	-0.6	90	-0.42
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	85	-0.33
87		Benzo(b)fluoranthene	1.306	1.151	11.9	75	-0.27

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF032015\
Data File : BF077879.D
Acq On : 20 Mar 2015 22:49
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 21 01:25:28 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 20 23:52:05 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.020	1.207	-18.3	105	-0.27
89 C	Benzo(a)pyrene	1.089	1.127	-3.5	89	-0.32
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.081	1.111	-2.8	89	-0.43
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.100	1.147	-4.3	88	-0.45

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0