Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF032217\
Data File : BF093850.D
Acq On : 22 Mar 2017 23:29
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 23 03:41:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF032217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 22 17:41:33 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.814	0.5	95	0.00
3		Pyridine	40.000	39.469	1.3	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.376	-0.9	94	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.472	1.9	95	0.00
6		Aniline	40.000	39.227	1.9	92	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.397	2.0	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.847	0.4	94	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.950	0.1	96	0.00
10	C	Phenol	40.000	42.745	-6.9	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.375	-0.9	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.104	-0.3	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.331	-0.8	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.616	-1.5	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.531	-1.3	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.477	-1.2	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.781	0.5	94	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.470	-3.7	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.404	-1.0	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.113	2.2	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	97	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.122	2.2	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.971	0.0	96	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.351	-0.9	96	0.00
25		Isophorone	40.000	40.025	-0.1	97	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.549	-3.9	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.678	0.8	95	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.951	0.1	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.292	-0.7	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.877	0.3	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.788	0.5	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.205	-8.0	92	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.407	4.0	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.668	-1.7	98	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.424	1.4	92	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.930	0.2	95	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.135	-0.3	97	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.774	0.6	98	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.719	-6.8	97	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.723	-0.9	96	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.520	1.2	95	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.681	0.8	93	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.772	0.3	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF032217\
Data File : BF093850.D
Acq On : 22 Mar 2017 23:29
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 23 03:41:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF032217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 22 17:41:33 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	40.000	39.661	0.8	97	0.00
46		2-Chloronaphthalene	40.000	39.649	0.9	98	0.00
47		2-Nitroaniline	40.000	40.319	-0.8	94	0.00
48		Acenaphthylene	40.000	39.670	0.8	97	0.00
49		Dimethylphthalate	40.000	39.987	0.0	98	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.493	-3.7	97	0.00
51	C	Acenaphthene	40.000	39.381	1.5	98	0.00
52		3-Nitroaniline	40.000	38.858	2.9	93	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.102	7.2	90	0.00
54		Dibenzofuran	40.000	39.858	0.4	96	0.00
55	P	4-Nitrophenol	40.000	39.705	0.7	91	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.642	-4.1	96	0.00
57		Fluorene	40.000	37.771	5.6	99	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.085	-0.2	95	0.00
59		Diethylphthalate	40.000	40.709	-1.8	99	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.497	3.8	99	0.00
61		4-Nitroaniline	40.000	39.485	1.3	93	0.00
62		Azobenzene	40.000	39.948	0.1	96	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	96	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.740	-1.9	92	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.195	-0.5	97	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.010	-2.5	98	0.00
67		Hexachlorobenzene	40.000	41.435	-3.6	100	0.00
68		Atrazine	40.000	40.172	-0.4	95	0.00
69	C	Pentachlorophenol	40.000	40.604	-1.5	94	0.00
70		Phenanthrene	40.000	39.156	2.1	96	0.00
71		Anthracene	40.000	39.433	1.4	95	0.00
72		Carbazole	40.000	39.084	2.3	94	0.00
73		Di-n-butylphthalate	40.000	41.650	-4.1	98	0.00
74	C	Fluoranthene	40.000	39.346	1.6	96	0.00
75	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
76		Benzidine	40.000	37.541	6.1	85	0.00
77		Pyrene	40.000	40.945	-2.4	95	0.00
78	S	Terphenyl-d14	80.000	81.124	-1.4	96	0.00
79		Butylbenzylphthalate	40.000	43.534	-8.8	96	0.00
80		Benzo(a)anthracene	40.000	40.487	-1.2	93	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.088	2.3	86	0.00
82		Chrysene	40.000	39.571	1.1	92	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.919	-9.8	98	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.589	-6.5	93	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.288	11.8	85	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	40.000	42.672	-6.7	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF032217\
Data File : BF093850.D
Acq On : 22 Mar 2017 23:29
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 23 03:41:07 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF032217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 22 17:41:33 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.075	-0.2	85	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.705	-1.8	86	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.780	3.0	84	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.666	3.3	85	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0