Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032218\
Data File : BG033291.D
Acq On : 22 Mar 2018 12:55
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Mar 22 17:52:06 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 22 17:32:09 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	137	0.00
2		1,4-Dioxane	0.542	0.544	-0.4	139	0.00
3		Pyridine	1.497	1.575	-5.2	130	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.614	0.710	-15.6	157#	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.067	1.186	-11.2	140	0.00
6		Aniline	2.155	2.297	-6.6	135	0.00
7	S	Phenol-d6	1.833	1.963	-7.1	142	0.00
8		2-Chlorophenol	1.219	1.326	-8.8	137	0.00
9		Benzaldehyde	1.165	1.184	-1.6	142	0.00
10	C	Phenol	1.809	1.930	-6.7	138	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.477	1.614	-9.3	137	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.594	1.593	0.1	134	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.597	1.611	-0.9	138	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.558	1.641	-5.3	138	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.443	1.632	-13.1	144	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.408	2.539	-5.4	141	0.00
17		2-Methylphenol	1.233	1.276	-3.5	138	0.00
18		Hexachloroethane	0.616	0.667	-8.3	147	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.343	1.457	-8.5	136	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.755	1.957	-11.5	142	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	133	0.00
22		Acetophenone	0.548	0.604	-10.2	136	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.435	0.447	-2.8	133	0.00
24		Nitrobenzene	0.466	0.486	-4.3	134	0.00
25		Isophorone	0.845	0.881	-4.3	134	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.176	0.197	-11.9	137	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.256	0.269	-5.1	142	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.422	0.444	-5.2	135	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.315	0.333	-5.7	134	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.409	0.417	-2.0	133	0.00
31		Naphthalene	1.036	1.052	-1.5	133	0.00
32		Benzoic acid	0.238	0.229	3.8	144	0.00
33		4-Chloroaniline	0.464	0.466	-0.4	128	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.310	0.318	-2.6	139	0.00
35		Caprolactam	0.123	0.120	2.4	125	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.411	0.413	-0.5	124	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.804	0.793	1.4	133	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	127	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.724	0.774	-6.9	135	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.425	0.459	-8.0	133	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.299	0.306	-2.3	125	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.421	0.456	-8.3	130	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.498	0.552	-10.8	129	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.385	1.456	-5.1	131	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032218\
Data File : BG033291.D
Acq On : 22 Mar 2018 12:55
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Mar 22 17:52:06 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 22 17:32:09 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.537	1.605	-4.4	130	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.185	1.232	-4.0	129	0.00
47		2-Nitroaniline	0.444	0.484	-9.0	132	0.00
48		Acenaphthylene	1.978	2.021	-2.2	128	0.00
49		Dimethylphthalate	1.741	1.795	-3.1	129	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.356	0.369	-3.7	124	0.00
51	C	Acenaphthene	1.275	1.250	2.0	121	0.00
52		3-Nitroaniline	0.373	0.367	1.6	121	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.149	0.081	45.6#	63	0.00
54		Dibenzofuran	1.883	1.900	-0.9	127	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.262	0.238	9.2	110	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.524	0.548	-4.6	130	0.00
57		Fluorene	1.604	1.607	-0.2	128	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.468	0.500	-6.8	129	0.00
59		Diethylphthalate	1.690	1.741	-3.0	130	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.922	0.933	-1.2	130	0.00
61		4-Nitroaniline	0.378	0.373	1.3	122	0.00
62		Azobenzene	1.637	1.662	-1.5	126	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	126	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.120	0.094	21.7	93	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.571	0.589	-3.2	127	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.244	-3.8	128	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.248	0.258	-4.0	130	0.00
68		Atrazine	0.231	0.244	-5.6	129	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.170	0.168	1.2	122	0.00
70		Phenanthrene	1.042	1.044	-0.2	125	0.00
71		Anthracene	1.055	1.060	-0.5	125	0.00
72		Carbazole	0.935	0.938	-0.3	123	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.088	1.129	-3.8	127	0.00
74	C	Fluoranthene	1.289	1.274	1.2	123	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	123	0.00
76		Benzidine	0.542	0.580	-7.0	120	0.00
77		Pyrene	1.334	1.349	-1.1	123	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.935	0.955	-2.1	125	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.492	0.515	-4.7	126	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.274	1.271	0.2	122	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.453	0.486	-7.3	125	0.00
82		Chrysene	1.233	1.234	-0.1	123	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.679	0.706	-4.0	125	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.039	1.103	-6.2	126	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.333	1.395	-4.7	126	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	125	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.155	1.147	0.7	122	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG032218\
Data File : BG033291.D
Acq On : 22 Mar 2018 12:55
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Mar 22 17:52:06 2018
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG031918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 22 17:32:09 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.169	1.183	-1.2	124	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.110	1.127	-1.5	124	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.045	1.103	-5.6	126	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.035	1.068	-3.2	125	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0