Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF032315\
Data File : BF077892.D
Acq On : 23 Mar 2015 13:38
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 24 02:35:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 24 02:23:28 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	88	-0.05
2		1,4-Dioxane	0.520	0.463	11.0	78	-0.06
3		Pyridine	1.398	1.236	11.6	80	-0.07
4		n-Nitrosodimethylamine	0.609	0.556	8.7	75	-0.07
5	S	2-Fluorophenol	1.146	1.157	-1.0	92	-0.03
6		Aniline	2.025	1.946	3.9	88	-0.05
7	S	Phenol-d6	1.416	1.434	-1.3	90	-0.03
8		2-Chlorophenol	1.364	1.375	-0.8	93	-0.03
9		Benzaldehyde	0.580	0.656	-13.1	101	-0.03
10	C	Phenol	1.673	1.726	-3.2	94	-0.02
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.253	1.207	3.7	86	-0.03
12		1,3-Dichlorobenzene	1.517	1.482	2.3	90	-0.05
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.576	1.535	2.6	91	-0.05
14		1,2-Dichlorobenzene	1.445	1.452	-0.5	93	-0.05
15		Benzyl Alcohol	1.105	1.128	-2.1	91	-0.03
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.689	1.642	2.8	89	-0.05
17		2-Methylphenol	1.110	1.064	4.1	85	-0.03
18		Hexachloroethane	0.517	0.507	1.9	92	-0.05
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.979	0.956	2.3	90	-0.05
20		3+4-Methylphenols	1.457	1.441	1.1	91	-0.03
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	86	-0.05
22		Acetophenone	0.443	0.466	-5.2	92	-0.05
23	S	Nitrobenzene-d5	0.305	0.316	-3.6	92	-0.05
24		Nitrobenzene	0.329	0.346	-5.2	95	-0.05
25		Isophorone	0.616	0.599	2.8	84	-0.05
26	C	2-Nitrophenol	0.161	0.161	0.0	81	-0.03
27		2,4-Dimethylphenol	0.293	0.301	-2.7	88	-0.03
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.374	0.373	0.3	88	-0.05
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.279	0.289	-3.6	89	-0.03
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.313	0.303	3.2	84	-0.05
31		Naphthalene	1.027	1.038	-1.1	88	-0.03
32		Benzoic acid	0.141	0.173	-22.7	96	-0.03
33		4-Chloroaniline	0.417	0.421	-1.0	86	-0.03
34	C	Hexachlorobutadiene	0.177	0.171	3.4	85	-0.05
35		Caprolactam	0.082	0.091	-11.0	95	-0.05
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.281	0.290	-3.2	91	-0.03
37		2-Methylnaphthalene	0.690	0.693	-0.4	85	-0.03
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	87	-0.05
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.597	0.555	7.0	82	-0.03
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.254	0.246	3.1	78	-0.05
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.191	0.181	5.2	82	-0.05
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.413	0.417	-1.0	85	-0.03
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.446	0.442	0.9	87	-0.03
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.361	1.270	6.7	85	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF032315\
Data File : BF077892.D
Acq On : 23 Mar 2015 13:38
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 24 02:35:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 24 02:23:28 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.599	1.545	3.4	84	-0.03
46		2-Chloronaphthalene	1.299	1.255	3.4	86	-0.05
47		2-Nitroaniline	0.323	0.337	-4.3	86	-0.05
48		Acenaphthylene	2.161	2.127	1.6	88	-0.05
49		Dimethylphthalate	1.483	1.427	3.8	86	-0.05
50		2,6-Dinitrotoluene	0.307	0.303	1.3	86	-0.05
51	C	Acenaphthene	1.239	1.191	3.9	84	-0.03
52		3-Nitroaniline	0.357	0.375	-5.0	89	-0.03
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.093	0.096	-3.2	89	-0.03
54		Dibenzofuran	1.837	1.756	4.4	84	-0.05
55	P	4-Nitrophenol	0.265	0.282	-6.4	87	-0.03
56		2,4-Dinitrotoluene	0.401	0.408	-1.7	89	-0.05
57		Fluorene	1.526	1.490	2.4	85	-0.05
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.344	0.339	1.5	85	-0.05
59		Diethylphthalate	1.445	1.414	2.1	86	-0.03
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.696	0.629	9.6	80	-0.05
61		4-Nitroaniline	0.356	0.388	-9.0	94	-0.03
62		Azobenzene	1.381	1.333	3.5	78	-0.05
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	91	-0.05
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.078	0.088	-12.8	89	-0.05
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.666	0.639	4.1	85	-0.03
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.213	0.198	7.0	82	-0.05
67		Hexachlorobenzene	0.235	0.219	6.8	84	-0.05
68		Atrazine	0.187	0.171	8.6	79	-0.05
69	C	Pentachlorophenol	0.104	0.101	2.9	80	-0.05
70		Phenanthrene	1.148	1.123	2.2	88	-0.06
71		Anthracene	1.134	1.148	-1.2	94	-0.05
72		Carbazole	1.079	1.081	-0.2	94	-0.05
73		Di-n-butylphthalate	1.210	1.149	5.0	86	-0.05
74	C	Fluoranthene	1.266	1.235	2.4	83	-0.06
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	95	-0.13
76		Benzidine	0.546	0.474	13.2	88	-0.06
77		Pyrene	1.258	1.159	7.9	81	-0.06
78	S	Terphenyl-d14	0.819	0.697	14.9	77	-0.07
79		Butylbenzylphthalate	0.496	0.469	5.4	88	-0.09
80		Benzo(a)anthracene	1.186	1.160	2.2	96	-0.13
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.391	0.387	1.0	99	-0.13
82		Chrysene	1.066	1.074	-0.8	96	-0.13
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.751	0.671	10.7	86	-0.14
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.284	1.135	11.6	86	-0.21
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.331	1.337	-0.5	103	-0.34
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	-0.27
87		Benzo(b)fluoranthene	1.306	1.310	-0.3	97	-0.23

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF032315\
Data File : BF077892.D
Acq On : 23 Mar 2015 13:38
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 24 02:35:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF031115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 24 02:23:28 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.020	1.026	-0.6	102	-0.23
89 C	Benzo(a)pyrene	1.089	1.140	-4.7	102	-0.25
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.081	1.133	-4.8	103	-0.35
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.100	1.137	-3.4	100	-0.37

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0