Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF033117\
Data File : BF094091.D
Acq On : 31 Mar 2017 12:42
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 31 17:21:22 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF032217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 31 14:38:29 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	0.569	0.543	4.6	97	0.00
3		Pyridine	1.550	1.461	5.7	94	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.638	0.611	4.2	95	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.184	1.146	3.2	101	0.00
6		Aniline	2.038	1.827	10.4	90	0.00
7	S	Phenol-d6	1.465	1.405	4.1	99	0.00
8		2-Chlorophenol	1.302	1.313	-0.8	102	0.00
9		Benzaldehyde	0.989	0.891	9.9	93	0.00
10	C	Phenol	1.667	1.562	6.3	92	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.303	1.272	2.4	100	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.460	1.444	1.1	101	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.479	1.461	1.2	101	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.362	1.331	2.3	101	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.072	1.025	4.4	96	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.007	1.769	11.9	89	0.00
17		2-Methylphenol	1.115	1.078	3.3	98	0.00
18		Hexachloroethane	0.520	0.513	1.3	99	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.941	0.891	5.3	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.350	1.394	-3.3	108	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	102	0.00
22		Acetophenone	0.446	0.462	-3.6	109	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.350	0.349	0.3	101	0.00
24		Nitrobenzene	0.346	0.341	1.4	100	0.00
25		Isophorone	0.616	0.601	2.4	100	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.165	0.180	-9.1	104	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.284	0.284	0.0	101	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.406	0.392	3.4	98	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.266	0.271	-1.9	103	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.274	0.274	0.0	102	0.00
31		Naphthalene	0.962	0.945	1.8	101	0.00
32		Benzoic acid	0.189	0.126	33.3#	60	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.390	0.394	-1.0	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.140	0.141	-0.7	103	0.00
35		Caprolactam	0.085	0.086	-1.2	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.277	0.281	-1.4	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.641	0.634	1.1	101	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.547	0.563	-2.9	106	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.256	0.236	7.8	88	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.158	0.167	-5.7	106	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.387	0.391	-1.0	102	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.419	0.428	-2.1	100	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.311	1.332	-1.6	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF033117\
Data File : BF094091.D
Acq On : 31 Mar 2017 12:42
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 31 17:21:22 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF032217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 31 14:38:29 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.613	1.601	0.7	102	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.263	1.266	-0.2	103	0.00
47		2-Nitroaniline	0.375	0.388	-3.5	101	0.00
48		Acenaphthylene	2.099	2.060	1.9	100	0.00
49		Dimethylphthalate	1.422	1.444	-1.5	104	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.326	0.339	-4.0	103	0.00
51	C	Acenaphthene	1.225	1.197	2.3	102	0.00
52		3-Nitroaniline	0.383	0.400	-4.4	105	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.155	0.106	31.6#	66	0.00
54		Dibenzofuran	1.667	1.603	3.8	98	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.300	0.261	13.0	84	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.409	0.410	-0.2	97	0.00
57		Fluorene	1.382	1.325	4.1	105	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.287	0.278	3.1	97	0.00
59		Diethylphthalate	1.405	1.398	0.5	102	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.589	0.562	4.6	103	0.00
61		4-Nitroaniline	0.367	0.389	-6.0	105	0.00
62		Azobenzene	1.329	1.276	4.0	97	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.122	0.105	13.9	83	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.692	0.688	0.6	103	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.197	0.199	-1.0	103	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.199	0.207	-4.0	107	0.00
68		Atrazine	0.207	0.208	-0.5	102	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.124	0.094	24.2#	75	0.00
70		Phenanthrene	1.113	1.101	1.1	103	0.00
71		Anthracene	1.146	1.136	0.9	103	0.00
72		Carbazole	1.175	1.157	1.5	102	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.222	1.239	-1.4	103	0.00
74	C	Fluoranthene	1.139	1.140	-0.1	104	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
76		Benzidine	0.792	0.222	72.0#	26#	0.00
77		Pyrene	1.451	1.545	-6.5	102	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.892	0.949	-6.4	103	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.618	0.690	-11.7	102	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.166	1.173	-0.6	95	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.417	0.396	5.0	87	0.00
82		Chrysene	1.082	1.079	0.3	96	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.844	0.909	-7.7	99	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.410	1.438	-2.0	92	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.937	0.864	7.8	91	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	83	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.226	1.340	-9.3	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF033117\
Data File : BF094091.D
Acq On : 31 Mar 2017 12:42
Operator : SJ/MA
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 31 17:21:22 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF032217.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 31 14:38:29 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.199	1.191	0.7	80	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.162	-2.9	83	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.956	1.042	-9.0	90	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.964	1.079	-11.9	94	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1