Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF040215\
Data File : BF078217.D
Acq On : 2 Apr 2015 23:32
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 03 11:27:10 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF040115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 03 00:57:15 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	105	0.00
2		1,4-Dioxane	0.549	0.553	-0.7	106	-0.01
3		Pyridine	1.437	1.419	1.3	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.553	0.535	3.3	104	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.213	1.236	-1.9	108	0.00
6		Aniline	2.156	2.165	-0.4	108	0.00
7	S	Phenol-d6	1.520	1.502	1.2	106	0.00
8		2-Chlorophenol	1.434	1.438	-0.3	106	0.00
9		Benzaldehyde	1.008	0.988	2.0	101	0.00
10	C	Phenol	1.822	1.868	-2.5	109	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.310	1.344	-2.6	106	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.576	1.558	1.1	107	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.586	1.600	-0.9	110	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.487	1.477	0.7	107	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.068	1.061	0.7	106	0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.747	1.770	-1.3	108	0.00
17		2-Methylphenol	1.114	1.141	-2.4	107	0.00
18		Hexachloroethane	0.535	0.541	-1.1	108	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.003	1.019	-1.6	107	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.486	1.557	-4.8	109	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	106	0.00
22		Acetophenone	0.466	0.474	-1.7	107	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.330	0.336	-1.8	107	0.01
24		Nitrobenzene	0.345	0.350	-1.4	109	0.00
25		Isophorone	0.626	0.666	-6.4	108	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.164	0.180	-9.8	106	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.306	0.312	-2.0	105	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.402	0.417	-3.7	108	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.278	0.285	-2.5	107	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.319	0.318	0.3	108	0.00
31		Naphthalene	1.041	1.046	-0.5	108	0.00
32		Benzoic acid	0.132	0.136	-3.0	104	0.00
33		4-Chloroaniline	0.432	0.460	-6.5	108	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.175	0.178	-1.7	107	-0.01
35		Caprolactam	0.083	0.089	-7.2	107	0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.281	0.296	-5.3	108	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.707	0.727	-2.8	109	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	107	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.620	0.620	0.0	105	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.227	0.220	3.1	100	-0.01
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.166	0.180	-8.4	110	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.391	0.420	-7.4	111	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.408	0.419	-2.7	107	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.399	1.335	4.6	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF040215\
Data File : BF078217.D
Acq On : 2 Apr 2015 23:32
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 03 11:27:10 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF040115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 03 00:57:15 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.636	1.677	-2.5	109	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.287	1.283	0.3	107	0.00
47		2-Nitroaniline	0.318	0.333	-4.7	106	0.00
48		Acenaphthylene	2.079	2.121	-2.0	108	0.00
49		Dimethylphthalate	1.503	1.466	2.5	106	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.309	0.328	-6.1	109	0.00
51	C	Acenaphthene	1.170	1.181	-0.9	110	0.00
52		3-Nitroaniline	0.352	0.376	-6.8	105	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.083	0.075	9.6	93	0.00
54		Dibenzofuran	1.787	1.780	0.4	108	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.226	0.229	-1.3	98	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.400	0.440	-10.0	110	0.00
57		Fluorene	1.449	1.450	-0.1	106	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.303	0.324	-6.9	109	0.00
59		Diethylphthalate	1.449	1.475	-1.8	106	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.666	0.667	-0.2	108	-0.01
61		4-Nitroaniline	0.355	0.385	-8.5	105	0.00
62		Azobenzene	1.322	1.311	0.8	106	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.087	0.086	1.1	105	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.692	0.707	-2.2	109	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.212	0.219	-3.3	110	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.232	0.234	-0.9	107	0.00
68		Atrazine	0.200	0.216	-8.0	108	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.085	0.092	-8.2	108	0.00
70		Phenanthrene	1.157	1.169	-1.0	107	0.00
71		Anthracene	1.140	1.159	-1.7	107	0.00
72		Carbazole	1.068	1.109	-3.8	106	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.210	1.284	-6.1	108	0.00
74	C	Fluoranthene	1.220	1.241	-1.7	108	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
76		Benzidine	0.770	0.724	6.0	96	0.00
77		Pyrene	1.256	1.264	-0.6	106	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	0.885	0.892	-0.8	105	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.479	0.522	-9.0	106	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.190	1.154	3.0	97	-0.01
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.399	0.405	-1.5	103	-0.01
82		Chrysene	1.118	1.116	0.2	108	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.751	0.830	-10.5	108	-0.01
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.232	1.317	-6.9	104	-0.03
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.269	1.329	-4.7	108	-0.08
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	108	-0.06
87		Benzo(b)fluoranthene	1.236	1.102	10.8	100	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF040215\
Data File : BF078217.D
Acq On : 2 Apr 2015 23:32
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 03 11:27:10 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF040115.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 03 00:57:15 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.098	1.232	-12.2	119	-0.03
89 C	Benzo(a)pyrene	1.079	1.090	-1.0	107	-0.06
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.080	1.092	-1.1	108	-0.08
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.083	1.105	-2.0	110	-0.08

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0