Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042722\
Data File : BF127938.D
Acq On : 27 Apr 2022 11:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 27 17:28:46 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 00:43:03 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.905	0.2	95	0.04
3		Pyridine	40.000	42.037	-5.1	97	0.03
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	42.534	-6.3	100	0.03
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.779	1.5	96	0.00
6		Aniline	40.000	42.758	-6.9	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.514	-3.1	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.920	-2.3	97	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.960	7.6	101	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.662	-4.2	100	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.106	-0.3	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.466	1.3	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.448	1.4	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.842	2.9	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.382	-6.0	96	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.554	-1.4	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	43.775	-9.4	101	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.207	-0.5	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.342	-3.4	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.648	-4.1	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	99	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.312	1.7	99	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.425	-3.0	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.843	-2.1	100	0.00
25		Isophorone	40.000	40.694	-1.7	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.828	-7.1	100	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.526	-3.8	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.291	1.8	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.960	0.1	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.746	3.1	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.931	2.7	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.386	-8.5	97	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.857	0.4	96	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.648	0.9	98	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.290	1.8	92	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.008	-2.5	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.030	2.4	97	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.681	3.3	96	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.216	4.5	95	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.626	-1.6	95	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.822	-1.0	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.168	-0.4	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.576	1.1	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.663	0.4	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.684	3.3	97	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.140	4.6	95	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042722\
Data File : BF127938.D
Acq On : 27 Apr 2022 11:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 27 17:28:46 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 00:43:03 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.789	-4.5	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.643	3.4	95	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.469	3.8	95	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.350	1.6	94	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.790	0.5	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.867	2.8	92	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	47.181	-18.0	107	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.984	5.0	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.519	3.7	89	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.802	0.5	93	0.00
58		Fluorene	40.000	37.865	5.3	95	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.051	2.4	94	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.991	5.0	93	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.008	5.0	96	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.776	0.6	94	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.941	2.6	95	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	95	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	45.478	-13.7	95	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.409	1.5	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.090	2.3	93	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.047	-0.1	95	0.00
69		Atrazine	40.000	38.238	4.4	92	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.850	-2.1	90	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.846	5.4	91	0.00
72		Anthracene	40.000	38.334	4.2	91	0.00
73		Carbazole	40.000	37.344	6.6	89	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.193	4.5	90	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.500	6.3	90	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	86	0.00
77		Benzidine	40.000	44.840	-12.1	89	0.00
78		Pyrene	40.000	41.193	-3.0	88	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.874	-1.1	90	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.149	-5.4	87	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.568	1.1	84	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.680	0.8	85	0.00
83		Chrysene	40.000	38.461	3.8	83	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.954	-2.4	86	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.316	1.7	81	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.833	-2.1	83	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.562	-3.9	90	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.892	10.3	74	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.938	0.2	84	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.854	-4.6	85	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.610	-1.5	82	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042722\
Data File : BF127938.D
Acq On : 27 Apr 2022 11:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 27 17:28:46 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 00:43:03 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0