Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042722\
Data File : BF127946.D
Acq On : 27 Apr 2022 15:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 27 17:32:02 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 00:43:03 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.702	3.2	84	0.00
3		Pyridine	40.000	40.384	-1.0	85	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.146	-2.9	89	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.523	1.8	88	0.00
6		Aniline	40.000	41.392	-3.5	88	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.035	-1.3	89	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.808	0.5	87	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.369	11.6	89	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.957	0.1	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.373	1.6	87	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.082	2.3	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.190	2.0	87	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.021	2.4	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.006	-5.0	87	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.778	0.6	85	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	44.133	-10.3	93	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.744	0.6	87	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.228	-0.6	88	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.839	-2.1	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.906	2.7	87	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.385	-3.0	90	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.702	-1.8	89	0.00
25		Isophorone	40.000	40.444	-1.1	88	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.880	-7.2	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.483	-1.2	85	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.977	2.6	85	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.645	0.9	86	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.442	3.9	85	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.811	3.0	86	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.007	-7.5	86	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.673	0.8	85	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.500	1.3	87	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.363	1.6	83	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.580	-1.4	87	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.032	2.4	86	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.089	2.3	87	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.425	1.4	86	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.673	-6.7	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.104	-2.6	90	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.087	-0.2	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.098	-2.7	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.741	-2.2	88	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.259	1.9	86	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.783	3.0	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042722\
Data File : BF127946.D
Acq On : 27 Apr 2022 15:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 27 17:32:02 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 00:43:03 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.788	-7.0	89	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.412	1.5	85	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.597	3.5	84	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.587	-1.5	85	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.030	-0.1	86	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.211	2.0	82	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	50.374	-25.9#	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.591	3.5	84	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.616	1.0	81	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.224	-0.6	83	0.00
58		Fluorene	40.000	38.750	3.1	86	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.178	-0.4	85	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.622	3.4	83	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.542	3.6	85	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.296	1.8	81	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.428	1.4	85	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	83	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	46.896	-17.2	85	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.339	-0.8	84	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.511	-1.3	84	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.016	-0.0	83	0.00
69		Atrazine	40.000	37.653	5.9	79	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.661	-4.2	80	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.143	2.1	82	0.00
72		Anthracene	40.000	39.050	2.4	81	0.00
73		Carbazole	40.000	38.751	3.1	81	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.449	3.9	79	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.831	7.9	77	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	75	0.00
77		Benzidine	40.000	41.776	-4.4	73	0.00
78		Pyrene	40.000	40.842	-2.1	77	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	81.358	-1.7	79	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.654	-1.6	74	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.026	2.4	73	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.206	2.0	74	0.00
83		Chrysene	40.000	38.648	3.4	73	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.499	3.8	71	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.640	3.4	70	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	82	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	42.653	-6.6	82	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.403	-1.0	82	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.057	9.9	71	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.362	1.6	78	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	43.203	-8.0	83	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	42.484	-6.2	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF042722\
Data File : BF127946.D
Acq On : 27 Apr 2022 15:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 27 17:32:02 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Apr 24 00:43:03 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0