Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF042915\
Data File : BF078848.D
Acq On : 30 Apr 2015 10:55
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 30 13:03:46 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF042815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 29 11:41:09 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	77	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.500	0.469	6.2	72	-0.02
3		Pyridine	1.475	1.362	7.7	76	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	0.663	0.626	5.6	78	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	1.089	1.124	-3.2	81	0.00
6		Aniline	2.124	2.204	-3.8	80	-0.01
7	S	Phenol-d6	1.454	1.492	-2.6	79	-0.01
8		2-Chlorophenol	1.252	1.291	-3.1	80	-0.01
9		Benzaldehyde	1.050	1.042	0.8	77	-0.01
10	C	Phenol	1.719	1.822	-6.0	79	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.271	1.233	3.0	77	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.453	1.437	1.1	79	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.488	1.463	1.7	80	-0.01
14		1,2-Dichlorobenzene	1.390	1.372	1.3	77	-0.01
15		Benzyl Alcohol	1.084	1.109	-2.3	76	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.987	1.911	3.8	74	-0.01
17		2-Methylphenol	1.013	1.048	-3.5	78	0.00
18		Hexachloroethane	0.491	0.501	-2.0	79	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.015	1.069	-5.3	82	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.320	1.455	-10.2	83	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	79	-0.01
22		Acetophenone	0.443	0.430	2.9	74	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.278	0.337	-21.2	93	-0.01
24		Nitrobenzene	0.297	0.326	-9.8	84	0.00
25		Isophorone	0.628	0.637	-1.4	80	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.079	0.141	-78.5#	136	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.279	0.289	-3.6	82	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.388	0.395	-1.8	83	-0.01
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.238	0.249	-4.6	78	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.273	0.269	1.5	81	-0.01
31		Naphthalene	0.949	0.909	4.2	79	-0.01
32		Benzoic acid	0.085	0.155	-82.4#	143	-0.01
33		4-Chloroaniline	0.399	0.395	1.0	79	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.154	0.151	1.9	79	-0.01
35		Caprolactam	0.076	0.085	-11.8	87	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.250	0.284	-13.6	85	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.639	0.651	-1.9	82	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	83	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.567	0.540	4.8	81	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.238	0.186	21.8	63	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.174	0.217	-24.7	95	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.345	0.389	-12.8	96	-0.01
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.367	0.393	-7.1	90	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.460	1.395	4.5	80	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF042915\
Data File : BF078848.D
Acq On : 30 Apr 2015 10:55
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 30 13:03:46 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF042815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 29 11:41:09 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.605	1.523	5.1	81	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.254	1.195	4.7	81	0.00
47		2-Nitroaniline	0.274	0.349	-27.4#	100	0.00
48		Acenaphthylene	2.053	1.941	5.5	78	0.00
49		Dimethylphthalate	1.422	1.350	5.1	76	-0.01
50		2,6-Dinitrotoluene	0.232	0.276	-19.0	95	0.00
51	C	Acenaphthene	1.205	1.117	7.3	77	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.301	0.354	-17.6	93	-0.01
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.032	0.028#	12.5	71	0.00
54		Dibenzofuran	1.768	1.667	5.7	79	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.206	0.269	-30.6#	109	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.267	0.369	-38.2#	111	0.00
57		Fluorene	1.414	1.365	3.5	80	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.275	0.306	-11.3	92	-0.01
59		Diethylphthalate	1.415	1.378	2.6	76	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.629	0.614	2.4	84	-0.01
61		4-Nitroaniline	0.306	0.351	-14.7	89	-0.01
62		Azobenzene	1.443	1.400	3.0	80	-0.01
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	82	-0.01
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.032	0.042	-31.3#	108	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.647	0.644	0.5	84	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.202	0.196	3.0	79	-0.01
67		Hexachlorobenzene	0.229	0.227	0.9	85	0.00
68		Atrazine	0.173	0.181	-4.6	82	-0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.095	0.103	-8.4	88	-0.01
70		Phenanthrene	1.083	1.060	2.1	81	-0.01
71		Anthracene	1.059	1.050	0.8	83	0.00
72		Carbazole	1.000	1.021	-2.1	83	-0.01
73		Di-n-butylphthalate	1.158	1.178	-1.7	83	0.00
74	C	Fluoranthene	1.080	1.177	-9.0	89	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	91	-0.01
76		Benzidine	0.647	0.614	5.1	98	-0.01
77		Pyrene	1.169	1.071	8.4	86	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	0.840	0.754	10.2	86	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.448	0.464	-3.6	94	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.073	1.065	0.7	91	-0.01
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.365	0.389	-6.6	98	-0.01
82		Chrysene	1.046	1.010	3.4	93	-0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.719	0.690	4.0	84	-0.02
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.058	1.241	-17.3	103	-0.03
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.187	1.385	-16.7	107	-0.05
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	-0.03
87		Benzo(b)fluoranthene	1.083	1.045	3.5	98	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF042915\
Data File : BF078848.D
Acq On : 30 Apr 2015 10:55
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 30 13:03:46 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF042815.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Apr 29 11:41:09 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.049	0.983	6.3	102	-0.03
89 C	Benzo(a)pyrene	0.969	0.962	0.7	102	-0.05
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.003	1.003	0.0	102	-0.06
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.007	1.032	-2.5	105	-0.06

(#) = Out of Range SPCC's out = 1 CCC's out = 1