Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
Data File : BF128099.D
Acq On : 05 May 2022 17:27
Operator : CG\JU
Sample : N2676-03
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Quant Time: May 06 05:01:31 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 05 17:56:23 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
Internal Standards							
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	6.916	152	58860	20.000	ng		0.00
21) Naphthalene-d8	8.216	136	196841	20.000	ng		# 0.02
39) Acenaphthene-d10	9.980	164	130708	20.000	ng		0.03
64) Phenanthrene-d10	11.445	188	285945	20.000	ng		0.00
76) Chrysene-d12	14.080	240	204122	20.000	ng		-0.01
86) Perylene-d12	15.580	264	179186	20.000	ng		-0.01
System Monitoring Compounds							
5) 2-Fluorophenol	5.528	112	522172	141.303	ng		0.00
7) Phenol-d6	6.533	99	664964	138.677	ng		-0.01
23) Nitrobenzene-d5	7.480	82	463499	110.727	ng		0.00
42) 2,4,6-Tribromophenol	10.757	330	181761	138.138	ng		0.01
45) 2-Fluorobiphenyl	9.298	172	599073	77.538	ng		0.03
79) Terphenyl-d14	13.027	244	835106	74.810	ng		0.00
Target Compounds							Qvalue
9) Benzaldehyde	6.445	77	29970	10.103	ng	#	10
10) Phenol	6.586	94	12554	2.596	ng	#	1
15) Benzyl Alcohol	7.075	79	43563	13.360	ng	#	40
18) Hexachloroethane	7.457	117	228922	141.302	ng	#	1
19) n-Nitroso-di-n-propyla...	7.345	70	97982	33.381	ng	#	70
22) Acetophenone	7.239	105	166108	34.623	ng	#	87
24) Nitrobenzene	7.492	77	53594	13.287	ng	#	52
25) Isophorone	7.739	82	306871	43.557	ng	#	1
26) 2-Nitrophenol	7.833	139	24266	14.118	ng	#	1
27) 2,4-Dimethylphenol	7.869	122	46281	16.211	ng	#	1
28) bis(2-Chloroethoxy)met...	7.957	93	14936	3.308	ng	#	1
29) 2,4-Dichlorophenol	8.057	162	35721	11.943	ng	#	1
31) Naphthalene	8.263	128	79732	7.953	ng	#	1
32) Benzoic acid	8.004	122	37434	18.293	ng	#	12
33) 4-Chloroaniline	8.263	127	26008	6.557	ng	#	1
35) Caprolactam	8.657	113	395016	409.148	ng	#	42
36) 4-Chloro-3-methylphenol	8.769	107	45696	14.306	ng	#	30
37) 2-Methylnaphthalene	8.951	142	1444919	218.078	ng		100
38) 1-Methylnaphthalene	9.045	142	1142424	177.392	ng		98
43) 2,4,6-Trichlorophenol	9.204	196	11143	4.396	ng	#	13
44) 2,4,5-Trichlorophenol	9.204	196	11143	4.044	ng	#	1
46) 1,1'-Biphenyl	9.127	154	21355	2.206	ng		95
48) 2-Nitroaniline	9.533	65	7957	3.191	ng	#	1
49) Acenaphthylene	9.845	152	27853	2.470	ng	#	1
51) 2,6-Dinitrotoluene	9.780	165	7108	3.745	ng	#	60
52) Acenaphthene	10.010	154	26795	3.535	ng	#	1
53) 3-Nitroaniline	9.927	138	10749	5.100	ng	#	49
55) Dibenzofuran	10.180	168	82296	7.525	ng	#	24
56) 4-Nitrophenol	10.121	139	7745	4.813	ng	#	7
57) 2,4-Dinitrotoluene	10.174	165	25222	10.033	ng	#	55
58) Fluorene	10.516	166	100672	12.336	ng	#	84
62) 4-Nitroaniline	10.427	138	6138	2.979	ng		88
66) n-Nitrosodiphenylamine	10.621	169	85123	9.567	ng	#	44
71) Phenanthrene	11.468	178	100157	6.691	ng		97
72) Anthracene	11.468	178	100157	6.717	ng		96

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
Data File : BF128099.D
Acq On : 05 May 2022 17:27
Operator : CG\JU
Sample : N2676-03
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Quant Time: May 06 05:01:31 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 05 17:56:23 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
Data File : BF128099.D
Acq On : 05 May 2022 17:27
Operator : CG\JU
Sample : N2676-03
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Quant Time: May 06 05:01:31 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF042222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 05 17:56:23 2022
Response via : Initial Calibration





#1
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 20.000 ng
RT: 6.916 min Scan# 7
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:152 Resp: 58860

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
150	156.8	125.3	187.9
115	67.4	48.8	73.2





#5
2-Fluorophenol
Concen: 141.303 ng
RT: 5.528 min Scan# 551
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:112 Resp: 522172

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
64	69.3	49.5	74.3
63	38.0	26.3	39.5





#7
Phenol-d6
Concen: 138.677 ng
RT: 6.533 min Scan# 7
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion: 99 Resp: 664964

Ion	Ratio	Lower	Upper
99	100		
42	24.3	16.6	24.8
71	45.5	30.0	45.0#





#9
Benzaldehyde
Concen: 10.103 ng
RT: 6.445 min Scan# 707
Delta R.T. -0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion: 77 Resp: 29970

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
105	11.9	74.9	114.9#
106	1.5	72.2	112.2#





#10
Phenol
Concen: 2.596 ng
RT: 6.586 min Scan# 7
Delta R.T. 0.029 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion: 94 Resp: 12554

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
65	237.4	10.6	50.6#
66	165.6	22.6	62.6#





#15
Benzyl Alcohol
Concen: 13.360 ng
RT: 7.075 min Scan# 814
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion: 79 Resp: 43563

Ion	Ratio	Lower	Upper
79	100		
108	6.4	57.0	85.6#
77	93.2	50.2	75.4#





#18
Hexachloroethane
Concen: 141.302 ng
RT: 7.457 min Scan# 8
Delta R.T. 0.035 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:117 Resp: 228922

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	495.8	76.2	114.4#
201	0.0	84.4	126.6#





#19
n-Nitroso-di-n-propylamine
Concen: 33.381 ng
RT: 7.345 min Scan# 860
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion: 70 Resp: 97982

Ion	Ratio	Lower	Upper
70	100		
42	40.3	48.7	73.1#
101	0.2	7.2	10.8#
130	0.0	14.4	21.6#





#21
Naphthalene-d8
Concen: 20.000 ng
RT: 8.216 min Scan# 1
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:136 Resp: 196841

Ion	Ratio	Lower	Upper
136	100		
137	27.3	8.6	13.0#
54	48.3	6.8	10.2#
68	65.2	5.1	7.7#





#22
Acetophenone
Concen: 34.623 ng
RT: 7.239 min Scan# 842
Delta R.T. -0.088 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:105 Resp: 166108

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
71	16.9	7.3	10.9#
51	28.8	23.7	35.5
120	9.1	17.0	25.6#





#23
Nitrobenzene-d5
Concen: 110.727 ng
RT: 7.480 min Scan# 8
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion: 82 Resp: 463499

Ion	Ratio	Lower	Upper
82	100		
128	30.2	30.0	45.0
54	48.0	41.3	61.9





#24
Nitrobenzene
Concen: 13.287 ng
RT: 7.492 min Scan# 885
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion: 77 Resp: 53594

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
123	33.1	32.0	48.0
65	75.8	11.0	16.6#





#25
Isophorone
Concen: 43.557 ng
RT: 7.739 min Scan# 9
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion: 82 Resp: 306871

Ion	Ratio	Lower	Upper
82	100		
95	165.5	5.6	8.4#
138	8.0	12.5	18.7#





#26
2-Nitrophenol
Concen: 14.118 ng
RT: 7.833 min Scan# 943
Delta R.T. 0.023 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:139 Resp: 24266

Ion	Ratio	Lower	Upper
139	100		
109	305.2	27.4	41.2#
65	159.5	50.8	76.2#





#27
2,4-Dimethylphenol
Concen: 16.211 ng
RT: 7.869 min Scan# 94
Delta R.T. 0.023 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:122 Resp: 46281

Ion	Ratio	Lower	Upper
122	100		
107	281.7	97.5	146.3#
121	107.9	46.0	69.0#





#28
bis(2-Chloroethoxy)methane
Concen: 3.308 ng
RT: 7.957 min Scan# 964
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion: 93 Resp: 14936

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	389.6	25.7	38.5#
123	116.7	8.3	12.5#





#29
2,4-Dichlorophenol
Concen: 11.943 ng
RT: 8.057 min Scan# 9
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:162 Resp: 35721

Ion	Ratio	Lower	Upper
162	100		
164	7.8	47.1	87.1#
98	177.1	20.7	60.7#





#31
Naphthalene
Concen: 7.953 ng
RT: 8.263 min Scan# 1016
Delta R.T. 0.047 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:128 Resp: 79732

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
129	102.1	9.0	13.4#
127	53.1	10.6	16.0#





#32
Benzoic acid
Concen: 18.293 ng
RT: 8.004 min Scan# 9
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:122 Resp: 37434

Ion	Ratio	Lower	Upper
122	100		
105	82.4	107.9	147.9#
77	253.7	82.5	122.5#





#33
4-Chloroaniline
Concen: 6.557 ng
RT: 8.263 min Scan# 1016
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:127 Resp: 26008

Ion	Ratio	Lower	Upper
127	100		
129	192.3	25.8	38.8#
65	162.6	26.7	40.1#
92	45.4	16.0	24.0#





#35
Caprolactam
Concen: 409.148 ng
RT: 8.657 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:113 Resp: 395016

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
55	264.1	157.4	197.4#
56	199.0	116.1	156.1#





#36
4-Chloro-3-methylphenol
Concen: 14.306 ng
RT: 8.769 min Scan# 1102
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:107 Resp: 45696

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
144	7.9	20.2	30.4#
142	6.2	61.5	92.3#





#37
2-Methylnaphthalene
Concen: 218.078 ng
RT: 8.951 min Scan# 11
Delta R.T. 0.041 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:142 Resp: 1444919

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
141	84.0	67.4	101.2





#38
1-Methylnaphthalene
Concen: 177.392 ng
RT: 9.045 min Scan# 1149
Delta R.T. 0.035 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:142 Resp: 1142424

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
141	89.9	70.1	105.1





#39
Acenaphthene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 9.980 min Scan# 1
Delta R.T. 0.029 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:164 Resp: 130708

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
162	96.3	76.0	114.0
160	47.9	34.8	52.2





#42
2,4,6-Tribromophenol
Concen: 138.138 ng
RT: 10.757 min Scan# 1440
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:330 Resp: 181761

Ion	Ratio	Lower	Upper
330	100		
332	95.9	79.0	118.4
141	33.0	28.9	43.3





#43
2,4,6-Trichlorophenol
Concen: 4.396 ng
RT: 9.204 min Scan# 11
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:196 Resp: 11143

Ion	Ratio	Lower	Upper
196	100		
198	2.3	80.4	120.6#
200	1.9	25.9	38.9#





#44
2,4,5-Trichlorophenol
Concen: 4.044 ng
RT: 9.204 min Scan# 1176
Delta R.T. -0.024 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:196 Resp: 11143

Ion	Ratio	Lower	Upper
196	100		
198	2.3	80.2	120.2#
97	2276.4	50.3	75.5#
132	241.3	23.8	35.6#





#45
2-Fluorobiphenyl
Concen: 77.538 ng
RT: 9.298 min Scan# 11
Delta R.T. 0.029 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:172 Resp: 599073

Ion	Ratio	Lower	Upper
172	100		
171	34.2	28.6	42.8
170	23.0	19.1	28.7





#46
1,1'-Biphenyl
Concen: 2.206 ng
RT: 9.127 min Scan# 1163
Delta R.T. -0.247 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:154 Resp: 21355

Ion	Ratio	Lower	Upper
154	100		
153	40.8	20.4	60.4
76	20.7	0.0	33.2





#48
2-Nitroaniline
Concen: 3.191 ng
RT: 9.533 min Scan# 1
Delta R.T. 0.035 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion: 65 Resp: 7957

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
92	273.4	53.7	80.5#
138	30.3	76.4	114.6#





#49
Acenaphthylene
Concen: 2.470 ng
RT: 9.845 min Scan# 1285
Delta R.T. 0.029 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:152 Resp: 27853

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
151	71.1	16.2	24.2#
153	98.0	11.2	16.8#





#51
2,6-Dinitrotoluene
Concen: 3.745 ng
RT: 9.780 min Scan# 1
Delta R.T. 0.041 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:165 Resp: 7108

Ion	Ratio	Lower	Upper
165	100		
63	118.1	49.5	74.3#
89	55.9	49.0	73.4





#52
Acenaphthene
Concen: 3.535 ng
RT: 10.010 min Scan# 1313
Delta R.T. 0.023 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:154 Resp: 26795

Ion	Ratio	Lower	Upper
154	100		
153	199.1	90.5	135.7#
152	179.6	41.0	61.6#





#53
3-Nitroaniline
Concen: 5.100 ng
RT: 9.927 min Scan# 1
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:138 Resp: 10749

Ion	Ratio	Lower	Upper
138	100		
108	72.0	8.2	12.4#
92	79.8	102.7	154.1#





#55
Dibenzofuran
Concen: 7.525 ng
RT: 10.180 min Scan# 1342
Delta R.T. 0.018 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:168 Resp: 82296

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
139	67.5	31.7	47.5#
169	79.9	10.9	16.3#





#56
4-Nitrophenol
Concen: 4.813 ng
RT: 10.121 min Scan# 1
Delta R.T. 0.047 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:139 Resp: 7745

Ion	Ratio	Lower	Upper
139	100		
109	272.1	61.9	101.9#
65	106.7	93.5	133.5





#57
2,4-Dinitrotoluene
Concen: 10.033 ng
RT: 10.174 min Scan# 1341
Delta R.T. 0.029 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:165 Resp: 25222

Ion	Ratio	Lower	Upper
165	100		
63	80.1	32.6	49.0#
89	43.3	55.2	82.8#
182	37.0	2.0	3.0#





#58
Fluorene
Concen: 12.336 ng
RT: 10.516 min Scan# 1
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:166 Resp: 100672

Ion	Ratio	Lower	Upper
166	100		
165	109.7	78.6	117.8
167	31.1	10.5	15.7#





#62
4-Nitroaniline
Concen: 2.979 ng
RT: 10.427 min Scan# 1384
Delta R.T. -0.106 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:138 Resp: 6138

Ion	Ratio	Lower	Upper
138	100		
92	77.3	37.4	77.4
108	85.6	68.4	108.4





#64
Phenanthrene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 11.445 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:188 Resp: 285945

Ion	Ratio	Lower	Upper
188	100		
94	9.2	8.0	12.0
80	10.4	8.9	13.3





#66
n-Nitrosodiphenylamine
Concen: 9.567 ng
RT: 10.621 min Scan# 1417
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:169 Resp: 85123

Ion	Ratio	Lower	Upper
169	100		
168	13.8	53.8	80.6#
167	14.7	29.5	44.3#





#71
Phenanthrene
Concen: 6.691 ng
RT: 11.468 min Scan# 1
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:178 Resp: 100157

Ion	Ratio	Lower	Upper
178	100		
176	19.3	15.7	23.5
179	18.5	12.6	19.0





#72
Anthracene
Concen: 6.717 ng
RT: 11.468 min Scan# 1561
Delta R.T. -0.053 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:178 Resp: 100157

Ion	Ratio	Lower	Upper
178	100		
176	19.3	15.0	22.6
179	18.5	12.4	18.6





#76
Chrysene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 14.080 min Scan# 2
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:240 Resp: 204122

Ion	Ratio	Lower	Upper
240	100		
120	9.8	7.0	10.6
236	25.8	20.3	30.5





#79
Terphenyl-d14
Concen: 74.810 ng
RT: 13.027 min Scan# 1826
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Tgt Ion:244 Resp: 835106

Ion	Ratio	Lower	Upper
244	100		
212	7.5	6.2	9.4
122	9.5	8.6	12.8





#86
Perylene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 15.580 min Scan# 2
Delta R.T. -0.012 min
Lab File: BF128099.D
Acq: 05 May 2022 17:27

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)

Tgt Ion:264 Resp: 179186

Ion	Ratio	Lower	Upper
264	100		
260	24.1	20.1	30.1
265	20.6	17.5	26.3