Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF051424\
Data File : BF137918.D
Acq On : 14 May 2024 15:12
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF051424

Quant Time: May 15 04:13:58 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF051424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 15 04:12:16 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.622	0.9	92	0.00
3		Pyridine	40.000	41.821	-4.6	96	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.902	0.2	94	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.045	1.2	93	0.00
6		Aniline	40.000	41.219	-3.0	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.431	3.2	92	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.444	1.4	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.598	1.0	91	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.853	2.9	92	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.123	2.2	92	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.677	3.3	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.886	2.8	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.676	3.3	92	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.288	-3.2	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.851	2.9	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.113	2.2	92	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.869	2.8	90	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.877	2.8	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.055	2.4	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	91	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.206	2.0	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.994	1.3	92	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.333	1.7	92	0.00
25		Isophorone	40.000	38.623	3.4	90	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.806	0.5	90	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.790	3.0	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.473	3.8	91	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.374	1.6	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.615	3.5	91	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.582	3.5	91	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.906	0.2	90	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.843	0.4	91	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.549	3.6	91	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.897	0.3	89	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.373	1.6	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.590	3.5	91	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.918	5.2	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	89	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.247	1.9	91	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.852	-2.1	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.696	-0.9	88	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.796	0.5	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.918	0.2	89	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.791	4.0	91	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.884	2.8	91	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.920	2.7	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF051424\
Data File : BF137918.D
Acq On : 14 May 2024 15:12
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF051424

Quant Time: May 15 04:13:58 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF051424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 15 04:12:16 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.572	-1.4	89	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.070	2.3	89	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.418	4.0	87	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.473	1.3	88	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.118	2.2	89	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.110	-0.3	88	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.517	1.2	89	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.846	2.9	89	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.849	-7.1	88	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.793	-2.0	87	0.00
58		Fluorene	40.000	38.744	3.1	88	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.338	1.7	86	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.868	2.8	87	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.903	2.7	88	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.468	-1.2	86	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.362	1.6	89	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	86	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.445	-3.6	86	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.674	3.3	86	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.286	1.8	88	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.191	2.0	88	0.00
69		Atrazine	40.000	39.248	1.9	83	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.427	-6.1	84	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.880	2.8	87	0.00
72		Anthracene	40.000	38.658	3.4	86	0.00
73		Carbazole	40.000	38.955	2.6	85	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.396	1.5	83	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.035	2.4	84	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	77	0.00
77		Benzidine	40.000	55.125	-37.8#	74	0.00
78		Pyrene	40.000	40.601	-1.5	82	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.076	-0.1	82	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.326	-3.3	76	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.468	1.3	78	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.540	-3.8	80	0.00
83		Chrysene	40.000	39.215	2.0	78	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.671	0.8	73	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.722	0.7	74	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.321	-3.3	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.007	5.0	86	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.217	7.0	88	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.256	1.9	92	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.112	-2.8	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.612	-1.5	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF051424\
Data File : BF137918.D
Acq On : 14 May 2024 15:12
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF051424

Quant Time: May 15 04:13:58 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF051424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 15 04:12:16 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0