Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF051524\
Data File : BF137921.D
Acq On : 15 May 2024 10:28
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 15 10:49:16 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF051424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 15 04:12:16 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.855	0.4	98	0.00
3		Pyridine	40.000	42.510	-6.3	103	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.003	-0.0	100	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.622	1.7	98	0.00
6		Aniline	40.000	42.521	-6.3	105	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.212	2.2	98	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.348	1.6	98	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.592	1.0	97	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.410	1.5	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.832	2.9	97	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.587	3.5	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.005	2.5	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.756	3.1	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.549	-3.9	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.234	1.9	97	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.171	2.1	97	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.857	2.9	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.115	2.2	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.344	1.6	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.793	3.0	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.471	3.2	97	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.939	2.7	97	0.00
25		Isophorone	40.000	38.987	2.5	97	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.467	1.3	95	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.454	1.4	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.430	3.9	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.031	2.4	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.670	3.3	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.307	4.2	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.259	1.9	95	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.594	-1.5	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.873	2.8	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.961	-4.9	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.683	0.8	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.650	3.4	97	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.421	3.9	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.022	4.9	97	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.712	0.7	93	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.551	-1.9	97	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.202	2.0	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.802	0.5	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.904	6.4	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.885	5.3	97	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.365	4.1	97	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF051524\
Data File : BF137921.D
Acq On : 15 May 2024 10:28
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 15 10:49:16 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF051424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 15 04:12:16 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.133	-0.3	96	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.802	3.0	96	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.852	2.9	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.750	0.6	96	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.088	2.3	98	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.287	-3.2	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.081	2.3	96	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.684	3.3	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	44.357	-10.9	100	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.873	-4.7	98	0.00
58		Fluorene	40.000	38.622	3.4	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.251	-0.6	96	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.766	0.6	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.191	2.0	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.422	-6.1	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.169	2.1	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.479	-1.2	96	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	37.391	6.5	95	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.920	5.2	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.677	5.8	97	0.00
69		Atrazine	40.000	39.225	1.9	95	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.097	-5.2	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.705	5.7	97	0.00
72		Anthracene	40.000	38.609	3.5	98	0.00
73		Carbazole	40.000	39.698	0.8	100	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.973	0.1	97	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.919	0.2	98	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	61.236	-53.1#	105	0.00
78		Pyrene	40.000	38.467	3.8	100	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	75.927	5.1	99	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.213	-5.5	100	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.325	1.7	99	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.493	-1.2	100	0.00
83		Chrysene	40.000	38.414	4.0	98	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.209	-5.5	99	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.572	-3.9	98	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.153	4.6	102	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.760	0.6	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.336	1.7	103	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.505	1.2	102	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.842	5.4	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.907	5.2	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF051524\
Data File : BF137921.D
Acq On : 15 May 2024 10:28
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 15 10:49:16 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF051424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed May 15 04:12:16 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0