Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF052820\
Data File : BF120405.D
Acq On : 28 May 2020 13:50
Operator : MA/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Quant Time: May 29 07:49:21 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF052820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 28 13:47:54 2020
Response via : Initial Calibration







TIC: BF120405.D

(70) Pentachlorophenol (C)

11.157min (-0.006) 38611.54ng

response 156071

Ion	Exp%	Act%
265.70	100	100
268.00	64.40	63.75
264.00	61.40	66.51
0.00	0.00	0.00

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF052820\
Data File : BF120405.D
Acq On : 28 May 2020 13:50
Operator : MA/SJ
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Quant Time: May 29 07:49:21 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF052820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 28 13:47:54 2020
Response via : Initial Calibration



TIC: BF120405.D

(77) Benzidine

12.692min (-0.000) 0.00ng

response 891395

Ion	Exp%	Act%
184.00	100	100
185.00	16.70	16.66
183.00	10.70	10.78
0.00	0.00	0.00