Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF052915\
Data File : BF079580.D
Acq On : 30 May 2015 00:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 30 01:31:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF052615.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 29 23:13:06 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	120	0.05
2		1,4-Dioxane	0.549	0.566	-3.1	124	0.08
3		Pyridine	1.208	1.269	-5.0	122	0.08
4		n-Nitrosodimethylamine	0.595	0.622	-4.5	132	0.08
5	S	2-Fluorophenol	1.153	1.192	-3.4	122	0.06
6		Aniline	2.086	2.141	-2.6	121	0.05
7	S	Phenol-d6	1.470	1.494	-1.6	118	0.05
8		2-Chlorophenol	1.342	1.391	-3.7	118	0.05
9		Benzaldehyde	0.868	0.833	4.0	119	0.05
10	C	Phenol	1.731	1.733	-0.1	115	0.05
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.252	1.322	-5.6	126	0.05
12		1,3-Dichlorobenzene	1.487	1.513	-1.7	119	0.05
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.517	1.570	-3.5	122	0.05
14		1,2-Dichlorobenzene	1.409	1.428	-1.3	119	0.05
15		Benzyl Alcohol	1.080	1.121	-3.8	125	0.05
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.832	1.805	1.5	118	0.05
17		2-Methylphenol	1.055	1.082	-2.6	119	0.05
18		Hexachloroethane	0.522	0.530	-1.5	116	0.05
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.034	1.040	-0.6	123	0.05
20		3+4-Methylphenols	1.449	1.444	0.3	116	0.05
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	118	0.05
22		Acetophenone	0.448	0.467	-4.2	123	0.05
23	S	Nitrobenzene-d5	0.346	0.365	-5.5	122	0.05
24		Nitrobenzene	0.341	0.358	-5.0	126	0.05
25		Isophorone	0.631	0.638	-1.1	116	0.05
26	C	2-Nitrophenol	0.161	0.174	-8.1	122	0.05
27		2,4-Dimethylphenol	0.290	0.295	-1.7	117	0.03
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.391	0.398	-1.8	119	0.03
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.266	0.285	-7.1	125	0.05
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.276	0.293	-6.2	123	0.05
31		Naphthalene	0.960	0.980	-2.1	120	0.05
32		Benzoic acid	0.180	0.186	-3.3	117	0.03
33		4-Chloroaniline	0.401	0.429	-7.0	123	0.03
34	C	Hexachlorobutadiene	0.157	0.161	-2.5	117	0.03
35		Caprolactam	0.084	0.080	4.8	107	0.05
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.276	0.295	-6.9	124	0.05
37		2-Methylnaphthalene	0.666	0.694	-4.2	122	0.05
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	118	0.05
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.559	0.599	-7.2	123	0.05
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.121	0.102	15.7	105	0.05
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.220	0.233	-5.9	119	0.03
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.391	0.401	-2.6	115	0.05
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.389	0.421	-8.2	128	0.05
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.402	1.412	-0.7	114	0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF052915\
Data File : BF079580.D
Acq On : 30 May 2015 00:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 30 01:31:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF052615.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 29 23:13:06 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.562	1.633	-4.5	119	0.05
46		2-Chloronaphthalene	1.234	1.287	-4.3	116	0.05
47		2-Nitroaniline	0.367	0.368	-0.3	114	0.05
48		Acenaphthylene	2.048	2.078	-1.5	116	0.03
49		Dimethylphthalate	1.474	1.457	1.2	116	0.05
50		2,6-Dinitrotoluene	0.294	0.319	-8.5	124	0.05
51	C	Acenaphthene	1.171	1.191	-1.7	118	0.05
52		3-Nitroaniline	0.383	0.383	0.0	116	0.05
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.086	0.082	4.7	120	0.05
54		Dibenzofuran	1.727	1.762	-2.0	118	0.05
55	P	4-Nitrophenol	0.212	0.170	19.8	105	0.02
56		2,4-Dinitrotoluene	0.395	0.403	-2.0	113	0.05
57		Fluorene	1.424	1.459	-2.5	115	0.05
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.283	0.295	-4.2	117	0.03
59		Diethylphthalate	1.443	1.441	0.1	116	0.05
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.615	0.631	-2.6	115	0.05
61		4-Nitroaniline	0.357	0.357	0.0	116	0.05
62		Azobenzene	1.403	1.321	5.8	112	0.05
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	114	0.05
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.092	0.093	-1.1	111	0.03
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.664	0.677	-2.0	112	0.03
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.206	0.223	-8.3	117	0.05
67		Hexachlorobenzene	0.235	0.255	-8.5	120	0.05
68		Atrazine	0.179	0.184	-2.8	110	0.05
69	C	Pentachlorophenol	0.090	0.083	7.8	105	0.05
70		Phenanthrene	1.097	1.109	-1.1	113	0.03
71		Anthracene	1.114	1.132	-1.6	112	0.05
72		Carbazole	1.072	1.042	2.8	108	0.05
73		Di-n-butylphthalate	1.316	1.270	3.5	111	0.05
74	C	Fluoranthene	1.177	1.136	3.5	107	0.05
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.05
76		Benzidine	0.428	0.578	-35.0#	143	0.05
77		Pyrene	1.239	1.262	-1.9	107	0.05
78	S	Terphenyl-d14	0.852	0.864	-1.4	104	0.05
79		Butylbenzylphthalate	0.557	0.562	-0.9	106	0.05
80		Benzo(a)anthracene	1.151	1.113	3.3	103	0.05
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.421	0.409	2.9	101	0.05
82		Chrysene	1.094	1.070	2.2	102	0.05
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.798	0.811	-1.6	106	0.05
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.389	1.341	3.5	103	0.06
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.407	1.134	19.4	86	0.48
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.08
87		Benzo(b)fluoranthene	1.141	1.207	-5.8	113	0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF052915\
Data File : BF079580.D
Acq On : 30 May 2015 00:53
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: May 30 01:31:36 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF052615.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 29 23:13:06 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.020	1.019	0.1	91	0.07
89 C	Benzo(a)pyrene	1.096	1.065	2.8	102	0.07
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.191	1.119	6.0	105	0.10
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.200	1.140	5.0	104	0.11

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0