Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF052922\
Data File : BF128563.D
Acq On : 29 May 2022 11:07
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 30 00:49:50 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF052622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 27 01:51:59 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	68	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.181	4.5	66	-0.03
3		Pyridine	40.000	38.236	4.4	67	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.844	-2.1	70	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.741	2.8	69	0.00
6		Aniline	40.000	38.149	4.6	64	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.029	3.7	69	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.421	1.4	70	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	50.528	-26.3#	79	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.439	1.4	71	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.697	5.8	68	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.855	0.4	71	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.296	1.8	70	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.554	1.1	71	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.881	0.3	70	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.105	7.2	65	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.180	4.6	67	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.954	-2.4	72	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.476	6.3	69	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.697	3.3	70	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	69	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.909	0.2	72	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	89.244	-11.6	75	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.849	-7.1	73	0.00
25		Isophorone	40.000	38.778	3.1	68	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	47.502	-18.8	77	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.509	1.2	70	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.959	5.1	67	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.267	-0.7	70	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.277	-0.7	71	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.391	1.5	70	0.00
32		Benzoic acid	40.000	44.882	-12.2	71	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.740	3.1	67	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	43.119	-7.8	75	0.00
35		Caprolactam	40.000	37.642	5.9	64	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.472	-3.7	72	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.254	1.9	70	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.280	1.8	71	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	68	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	41.694	-4.2	74	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	43.104	-7.8	71	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	88.512	-10.6	77	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.475	-1.2	70	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.296	-3.2	71	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	82.161	-2.7	75	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.939	0.2	71	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.168	-0.4	70	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF052922\
Data File : BF128563.D
Acq On : 29 May 2022 11:07
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 30 00:49:50 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF052622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 27 01:51:59 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	48.830	-22.1	79	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.973	0.1	71	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.201	-0.5	71	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	46.141	-15.4	75	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	41.527	-3.8	73	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.853	-9.6	72	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	47.561	-18.9	89	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.216	-0.5	71	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.650	-6.6	68	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	51.044	-27.6#	79	0.00
58		Fluorene	40.000	40.775	-1.9	74	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.687	-4.2	72	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.563	-3.9	72	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.900	-4.7	76	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	45.516	-13.8	73	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.329	-0.8	71	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	68	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	46.615	-16.5	84	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.336	-0.8	71	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	42.068	-5.2	73	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	42.021	-5.1	73	0.00
69		Atrazine	40.000	39.158	2.1	68	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.546	-3.9	68	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.851	0.4	71	0.00
72		Anthracene	40.000	39.773	0.6	71	0.00
73		Carbazole	40.000	38.719	3.2	68	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.746	-1.9	71	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.177	4.6	67	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	66	0.00
77		Benzidine	40.000	38.625	3.4	60	0.00
78		Pyrene	40.000	40.426	-1.1	68	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	84.193	-5.2	72	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.697	-1.7	66	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.040	2.4	68	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.248	-0.6	67	0.00
83		Chrysene	40.000	38.766	3.1	65	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.064	-7.7	72	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.600	1.0	65	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	66	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	44.389	-11.0	73	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.028	4.9	60	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.811	-2.0	70	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.774	0.6	66	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	44.590	-11.5	74	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	45.062	-12.7	74	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF052922\
Data File : BF128563.D
Acq On : 29 May 2022 11:07
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: May 30 00:49:50 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF052622.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri May 27 01:51:59 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0