Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF060915\
Data File : BF079832.D
Acq On : 9 Jun 2015 15:13
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF060915

Quant Time: Jun 09 16:09:51 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060915.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 09 15:11:40 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.555	0.564	-1.6	99	-0.01
3		Pyridine	1.490	1.659	-11.3	103	-0.03
4		n-Nitrosodimethylamine	0.746	0.745	0.1	94	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	1.214	1.230	-1.3	97	0.00
6		Aniline	2.262	2.331	-3.1	98	0.00
7	S	Phenol-d6	1.570	1.671	-6.4	100	0.00
8		2-Chlorophenol	1.368	1.381	-1.0	101	0.00
9		Benzaldehyde	0.921	0.932	-1.2	95	0.00
10	C	Phenol	1.673	1.782	-6.5	101	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.306	1.329	-1.8	103	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.568	1.582	-0.9	98	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.777	1.762	0.8	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.543	1.521	1.4	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.266	1.314	-3.8	94	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.025	2.087	-3.1	101	0.00
17		2-Methylphenol	1.177	1.236	-5.0	98	0.00
18		Hexachloroethane	0.552	0.576	-4.3	105	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.094	1.082	1.1	102	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.521	1.581	-3.9	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	102	0.00
22		Acetophenone	0.496	0.515	-3.8	104	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.346	0.373	-7.8	100	0.00
24		Nitrobenzene	0.348	0.343	1.4	100	0.00
25		Isophorone	0.722	0.724	-0.3	104	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.139	0.137	1.4	96	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.326	0.320	1.8	102	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.437	0.440	-0.7	100	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.278	0.271	2.5	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.357	0.357	0.0	99	0.00
31		Naphthalene	1.065	1.050	1.4	103	0.00
32		Benzoic acid	0.098	0.098	0.0	95	0.02
33		4-Chloroaniline	0.430	0.428	0.5	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.196	0.197	-0.5	97	0.00
35		Caprolactam	0.081	0.086	-6.2	103	0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.301	0.322	-7.0	103	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.757	0.768	-1.5	105	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.01
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.699	0.701	-0.3	97	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.334	0.340	-1.8	103	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.173	0.191	-10.4	113	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.422	0.424	-0.5	97	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.436	0.461	-5.7	106	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.422	1.405	1.2	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF060915\
Data File : BF079832.D
Acq On : 9 Jun 2015 15:13
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF060915

Quant Time: Jun 09 16:09:51 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060915.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 09 15:11:40 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.658	1.579	4.8	94	0.01
46		2-Chloronaphthalene	1.354	1.359	-0.4	102	0.00
47		2-Nitroaniline	0.297	0.307	-3.4	107	0.00
48		Acenaphthylene	2.302	2.280	1.0	102	0.00
49		Dimethylphthalate	1.559	1.546	0.8	104	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.270	0.286	-5.9	108	0.00
51	C	Acenaphthene	1.347	1.339	0.6	100	0.00
52		3-Nitroaniline	0.333	0.328	1.5	101	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.064	0.063	1.6	94	0.00
54		Dibenzofuran	1.886	1.896	-0.5	100	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.242	0.254	-5.0	106	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.347	0.361	-4.0	99	0.00
57		Fluorene	1.670	1.701	-1.9	102	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.322	0.344	-6.8	103	0.00
59		Diethylphthalate	1.527	1.565	-2.5	103	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.723	0.720	0.4	103	0.00
61		4-Nitroaniline	0.326	0.364	-11.7	108	0.00
62		Azobenzene	1.503	1.538	-2.3	103	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	103	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.057	0.058	-1.8	104	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.664	0.656	1.2	108	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.231	0.235	-1.7	113	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.243	0.249	-2.5	103	0.00
68		Atrazine	0.188	0.200	-6.4	108	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.089	0.086	3.4	101	0.00
70		Phenanthrene	1.195	1.165	2.5	104	0.00
71		Anthracene	1.170	1.200	-2.6	102	0.00
72		Carbazole	1.083	1.108	-2.3	107	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.124	1.194	-6.2	105	0.00
74	C	Fluoranthene	1.253	1.229	1.9	99	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	0.00
76		Benzidine	0.596	0.623	-4.5	95	-0.01
77		Pyrene	1.246	1.265	-1.5	98	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	0.887	0.894	-0.8	98	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.417	0.453	-8.6	105	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.189	1.242	-4.5	100	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.371	0.391	-5.4	99	0.00
82		Chrysene	1.116	1.129	-1.2	96	0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.645	0.678	-5.1	103	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.002	1.037	-3.5	100	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.178	1.248	-5.9	99	0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.190	1.322	-11.1	109	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF060915\
Data File : BF079832.D
Acq On : 9 Jun 2015 15:13
Operator : TP/IZ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF060915

Quant Time: Jun 09 16:09:51 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060915.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jun 09 15:11:40 2015
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.245	1.208	3.0	88	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.125	1.169	-3.9	98	0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.042	1.098	-5.4	97	0.02
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.100	1.133	-3.0	97	0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0