Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF060922\
Data File : BF128743.D
Acq On : 09 Jun 2022 10:52
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 10 03:27:46 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 08 14:28:39 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.466	0.455	2.4	81	-0.01
3		Pyridine	1.238	1.205	2.7	82	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.859	0.766	10.8	75	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.256	1.208	3.8	83	0.00
6		Aniline	1.653	1.638	0.9	88	0.00
7	S	Phenol-d6	1.533	1.520	0.8	87	0.00
8		2-Chlorophenol	1.285	1.278	0.5	88	0.00
9		Benzaldehyde	0.934	1.039	-11.2	121	0.00
10	C	Phenol	1.620	1.609	0.7	86	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.187	1.165	1.9	86	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.485	1.468	1.1	86	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.500	1.472	1.9	87	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.403	1.390	0.9	89	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.282	1.279	0.2	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.956	1.833	6.3	85	0.00
17		2-Methylphenol	1.015	1.021	-0.6	90	0.00
18		Hexachloroethane	0.558	0.555	0.5	86	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.953	0.947	0.6	87	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.356	1.372	-1.2	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	0.523	0.528	-1.0	87	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.430	0.429	0.2	87	0.00
24		Nitrobenzene	0.394	0.396	-0.5	87	0.00
25		Isophorone	0.652	0.641	1.7	86	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.174	0.185	-6.3	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.265	0.268	-1.1	85	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.412	0.415	-0.7	86	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.306	0.310	-1.3	86	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.345	0.346	-0.3	86	0.00
31		Naphthalene	1.026	1.031	-0.5	90	0.00
32		Benzoic acid	0.188	0.128	31.9#	57	0.00
33		4-Chloroaniline	0.387	0.398	-2.8	93	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.245	0.245	0.0	91	0.00
35		Caprolactam	0.085	0.085	0.0	90	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.334	0.337	-0.9	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.653	0.656	-0.5	91	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.631	0.641	-1.6	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	91	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.621	0.634	-2.1	90	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.373	0.330	11.5	75	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.236	0.232	1.7	84	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.420	0.411	2.1	87	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.434	0.418	3.7	85	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.428	1.473	-3.2	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.501	1.516	-1.0	91	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.145	1.169	-2.1	92	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF060922\
Data File : BF128743.D
Acq On : 09 Jun 2022 10:52
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 10 03:27:46 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 08 14:28:39 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.392	0.406	-3.6	91	0.00
49		Acenaphthylene	1.753	1.758	-0.3	90	0.00
50		Dimethylphthalate	1.369	1.400	-2.3	91	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.270	0.290	-7.4	93	0.00
52	C	Acenaphthene	1.142	1.151	-0.8	88	0.00
53		3-Nitroaniline	0.293	0.315	-7.5	93	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.150	0.130	13.3	74	0.00
55		Dibenzofuran	1.641	1.687	-2.8	92	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.213	0.171	19.7	73	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.361	0.388	-7.5	92	0.00
58		Fluorene	1.272	1.307	-2.8	90	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.359	0.312	13.1	75	0.00
60		Diethylphthalate	1.376	1.391	-1.1	90	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.660	0.681	-3.2	91	0.00
62		4-Nitroaniline	0.297	0.316	-6.4	92	0.00
63		Azobenzene	1.355	1.353	0.1	88	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.118	0.125	-5.9	90	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.615	0.640	-4.1	90	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.223	0.234	-4.9	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.248	0.256	-3.2	89	0.00
69		Atrazine	0.198	0.195	1.5	85	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.124	0.119	4.0	82	0.00
71		Phenanthrene	1.003	1.026	-2.3	91	0.00
72		Anthracene	0.993	1.002	-0.9	89	0.00
73		Carbazole	0.922	0.937	-1.6	90	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.123	1.156	-2.9	89	0.00
75	C	Fluoranthene	1.049	1.058	-0.9	87	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	80	0.00
77		Benzidine	0.399	0.418	-4.8	90	0.00
78		Pyrene	1.488	1.561	-4.9	87	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.151	1.215	-5.6	83	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.625	0.651	-4.2	80	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.247	1.278	-2.5	81	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.267	0.305	-14.2	91	0.00
83		Chrysene	1.189	1.206	-1.4	81	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.812	0.848	-4.4	81	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.224	1.254	-2.5	79	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	80	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.205	1.219	-1.2	90	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.278	1.248	2.3	76	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.202	1.256	-4.5	81	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.004	1.009	-0.5	79	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.000	1.012	-1.2	87	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	0.991	0.981	1.0	88	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF060922\
Data File : BF128743.D
Acq On : 09 Jun 2022 10:52
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 10 03:27:46 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF060222.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 08 14:28:39 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0