Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF061121\
Data File : BF124257.D
Acq On : 11 Jun 2021 13:00
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 11 13:57:28 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 10 01:53:56 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.703	10.7	83	-0.02
3		Pyridine	40.000	36.109	9.7	84	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	34.731	13.2	81	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.803	5.2	88	-0.01
6		Aniline	40.000	37.580	6.1	90	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	73.244	8.4	87	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.894	0.3	92	-0.01
9		Benzaldehyde	40.000	38.402	4.0	94	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.007	7.5	88	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.263	4.3	89	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.973	2.6	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.363	1.6	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.730	3.2	91	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.053	4.9	91	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.323	11.7	85	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.413	4.0	91	-0.01
18		Hexachloroethane	40.000	39.217	2.0	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.750	5.6	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.093	2.3	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	99	0.00
22		Acetophenone	40.000	35.286	11.8	90	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	71.842	10.2	94	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	35.518	11.2	90	0.00
25		Isophorone	40.000	35.075	12.3	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	35.061	12.3	90	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.387	9.0	94	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	34.149	14.6	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.002	10.0	93	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.389	11.5	93	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.428	11.4	92	0.00
32		Benzoic acid	40.000	35.031	12.4	96	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.835	7.9	96	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	35.730	10.7	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.003	10.0	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	34.980	12.6	95	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.098	12.3	90	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.086	9.8	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	35.803	10.5	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	34.113	14.7	90	-0.01
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	66.152	17.3	87	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	34.935	12.7	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	36.591	8.5	96	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.781	9.0	95	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.590	11.0	95	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.419	11.5	95	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF061121\
Data File : BF124257.D
Acq On : 11 Jun 2021 13:00
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 11 13:57:28 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 10 01:53:56 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	34.998	12.5	92	-0.01
49		Acenaphthylene	40.000	35.464	11.3	93	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	35.119	12.2	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	35.706	10.7	98	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	34.734	13.2	92	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	33.033	17.4	89	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.759	8.1	100	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	34.568	13.6	92	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.920	-7.3	108	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	34.666	13.3	88	0.00
58		Fluorene	40.000	35.644	10.9	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	34.302	14.2	93	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	35.488	11.3	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.660	10.9	96	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	32.299	19.3	84	0.00
63		Azobenzene	40.000	34.024	14.9	92	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	34.204	14.5	84	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.216	9.5	90	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	35.088	12.3	91	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.543	11.1	89	0.00
69		Atrazine	40.000	37.820	5.4	85	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	36.222	9.4	90	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.970	10.1	89	0.00
72		Anthracene	40.000	36.009	10.0	92	0.00
73		Carbazole	40.000	34.848	12.9	87	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.284	6.8	94	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	34.242	14.4	85	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
77		Benzidine	40.000	35.518	11.2	71	0.00
78		Pyrene	40.000	35.622	10.9	82	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.621	9.2	83	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	35.676	10.8	82	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	34.820	13.0	81	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.092	7.3	87	0.00
83		Chrysene	40.000	33.985	15.0	79	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.051	4.9	87	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.012	-5.0	98	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.612	11.0	91	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.048	7.4	97	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.155	12.1	89	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	35.768	10.6	91	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	35.338	11.7	91	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	35.027	12.4	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF061121\
Data File : BF124257.D
Acq On : 11 Jun 2021 13:00
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 11 13:57:28 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF060321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jun 10 01:53:56 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0