Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF062321\
Data File : BF124437.D
Acq On : 23 Jun 2021 18:25
Operator : JU/CG
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF062321

Quant Time: Jun 24 03:32:39 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF062321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 23 18:48:27 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	41.852	-4.6	103	0.00
3		Pyridine	40.000	41.227	-3.1	95	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.534	1.2	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.988	0.0	97	0.00
6		Aniline	40.000	39.292	1.8	98	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.291	0.9	96	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.080	-0.2	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	41.550	-3.9	97	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.916	5.2	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.234	1.9	99	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.838	2.9	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.054	4.9	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.618	3.5	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.808	5.5	96	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.134	4.7	96	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.817	5.5	96	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.739	3.2	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.496	3.8	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.063	2.3	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	104	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.590	6.0	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	74.825	6.5	95	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.091	4.8	103	0.00
25		Isophorone	40.000	37.021	7.4	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	37.368	6.6	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.819	5.5	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.264	4.3	98	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	37.444	6.4	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.983	5.0	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.351	6.6	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.247	4.4	103	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.572	3.6	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.511	6.2	102	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.604	8.5	92	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	37.667	5.8	100	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.767	5.6	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.797	5.5	99	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	103	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.524	-1.3	99	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	27.768	30.6#	120	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.101	1.1	99	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.794	3.0	99	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.970	5.1	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.998	-1.2	101	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.427	-1.1	99	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.910	2.7	100	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF062321\
Data File : BF124437.D
Acq On : 23 Jun 2021 18:25
Operator : JU/CG
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
ClientSampleId : ICVBF062321

Quant Time: Jun 24 03:32:39 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF062321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 23 18:48:27 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.311	-3.3	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.285	1.8	101	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.104	2.2	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.930	2.7	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.757	3.1	99	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.795	-4.5	106	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.415	4.0	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.098	2.3	100	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.091	-2.7	105	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.711	0.7	101	0.00
58		Fluorene	40.000	38.623	3.4	100	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	36.200	9.5	90	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.768	3.1	103	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.629	0.9	102	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.521	1.2	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.798	3.0	101	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.536	3.7	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.608	-4.0	105	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.844	5.4	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.171	2.1	102	0.00
69		Atrazine	40.000	44.429	-11.1	103	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.528	1.2	101	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.304	1.7	101	0.00
72		Anthracene	40.000	39.188	2.0	99	0.00
73		Carbazole	40.000	39.150	2.1	101	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.388	-1.0	105	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.613	1.0	104	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	39.267	1.8	101	0.00
78		Pyrene	40.000	39.881	0.3	108	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	81.712	-2.1	107	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.874	2.8	108	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.791	0.5	107	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	35.712	10.7	99	0.00
83		Chrysene	40.000	39.364	1.6	106	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.265	-0.7	109	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.123	-0.3	108	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	42.247	-5.6	107	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.585	1.0	107	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.563	3.6	107	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.162	2.1	109	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.448	-3.6	106	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	41.491	-3.7	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF062321\
Data File : BF124437.D
Acq On : 23 Jun 2021 18:25
Operator : JU/CG
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF062321

Quant Time: Jun 24 03:32:39 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF062321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jun 23 18:48:27 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0