Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF062518\
Data File : BF106760.D
Acq On : 25 Jun 2018 10:08
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 25 13:53:52 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF061918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 22 11:34:03 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	50#	0.00
2		1,4-Dioxane	0.607	0.517	14.8	43#	-0.01
3		Pyridine	1.647	1.427	13.4	44#	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	0.699	0.575	17.7	41#	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	1.181	1.090	7.7	48#	0.00
6		Aniline	2.001	1.838	8.1	47#	0.00
7	S	Phenol-d6	1.475	1.361	7.7	48#	0.00
8		2-Chlorophenol	1.295	1.232	4.9	49#	0.00
9		Benzaldehyde	1.008	0.886	12.1	46#	0.00
10	C	Phenol	1.683	1.472	12.5	45#	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.390	1.269	8.7	47#	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.517	1.455	4.1	49#	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.534	1.467	4.4	50#	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.406	1.358	3.4	49#	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.184	1.091	7.9	47#	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.823	1.581	13.3	45#	0.00
17		2-Methylphenol	1.109	1.103	0.5	51	0.00
18		Hexachloroethane	0.539	0.499	7.4	48#	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.972	0.873	10.2	49#	-0.01
20		3+4-Methylphenols	1.283	1.194	6.9	49#	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	50	0.00
22		Acetophenone	0.447	0.418	6.5	49#	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.360	0.323	10.3	47#	0.00
24		Nitrobenzene	0.367	0.326	11.2	46#	0.00
25		Isophorone	0.634	0.568	10.4	47#	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.173	0.169	2.3	49#	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.268	0.249	7.1	48#	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.426	0.393	7.7	49#	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.281	0.274	2.5	50	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.309	0.316	-2.3	54	0.00
31		Naphthalene	0.935	0.893	4.5	51	0.00
32		Benzoic acid	0.180	0.147	18.3	42#	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.392	0.371	5.4	50#	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.201	0.212	-5.5	55	0.00
35		Caprolactam	0.091	0.088	3.3	49#	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.295	0.280	5.1	50#	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.620	0.630	-1.6	54	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	56	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.674	0.643	4.6	56	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.347	0.377	-8.6	61	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.232	0.237	-2.2	58	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.448	0.379	15.4	50#	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.467	0.412	11.8	51	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.309	1.136	13.2	53	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF062518\
Data File : BF106760.D
Acq On : 25 Jun 2018 10:08
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 25 13:53:52 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF061918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 22 11:34:03 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.594	1.476	7.4	55	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.255	1.080	13.9	51	0.00
47		2-Nitroaniline	0.422	0.342	19.0	46#	0.00
48		Acenaphthylene	1.981	1.730	12.7	52	0.00
49		Dimethylphthalate	1.500	1.333	11.1	53	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.318	0.305	4.1	56	0.00
51	C	Acenaphthene	1.247	1.080	13.4	51	0.00
52		3-Nitroaniline	0.366	0.325	11.2	51	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.145	0.211	-45.5#	82	0.00
54		Dibenzofuran	1.708	1.615	5.4	56	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.255	0.232	9.0	50	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.415	0.400	3.6	54	0.00
57		Fluorene	1.355	1.270	6.3	56	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.371	0.343	7.5	53	0.00
59		Diethylphthalate	1.448	1.261	12.9	52	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.709	0.686	3.2	57	0.00
61		4-Nitroaniline	0.363	0.325	10.5	52	0.00
62		Azobenzene	1.426	1.153	19.1	48#	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	57	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.124	0.116	6.5	54	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.673	0.577	14.3	52	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.239	0.228	4.6	57	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.250	0.241	3.6	58	0.00
68		Atrazine	0.214	0.202	5.6	56	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.125	0.121	3.2	56	0.00
70		Phenanthrene	0.965	0.917	5.0	56	0.00
71		Anthracene	0.985	0.939	4.7	57	0.00
72		Carbazole	0.922	0.851	7.7	56	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.086	0.978	9.9	54	0.00
74	C	Fluoranthene	1.063	1.036	2.5	57	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	56	-0.01
76		Benzidine	0.570	0.557	2.3	55	0.00
77		Pyrene	1.319	1.250	5.2	57	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.826	0.813	1.6	57	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.542	0.480	11.4	51	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.219	1.123	7.9	54	-0.01
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.428	0.384	10.3	52	-0.01
82		Chrysene	1.121	1.044	6.9	56	-0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.693	0.572	17.5	49#	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.130	0.985	12.8	51	-0.02
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.952	0.934	1.9	61	-0.03
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	60	-0.02
87		Benzo(b)fluoranthene	1.242	1.112	10.5	55	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF062518\
Data File : BF106760.D
Acq On : 25 Jun 2018 10:08
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 25 13:53:52 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF061918.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 22 11:34:03 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.183	1.114	5.8	57	-0.02
89 C	Benzo(a)pyrene	1.104	1.020	7.6	56	-0.02
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.936	0.906	3.2	61	-0.03
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.915	0.888	3.0	62	-0.03

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0