Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF062615\
Data File : BF080187.D
Acq On : 26 Jun 2015 11:13
Operator : TP/IZ
Sample : G2658-02DL 5X
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GP2(7.5)DL

Manual Integrations APPROVED
apatel
6/29/2015 11:32:44 AM

Quant Time: Jun 26 23:36:34 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF061715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 23:02:05 2015
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	7.29	152	28290	20.00	ng		0.00
21) Naphthalene-d8	8.58	136	109434	20.00	ng		0.00
38) Acenaphthene-d10	10.36	164	58566	20.00	ng		0.00
63) Phenanthrene-d10	11.89	188	120220	20.00	ng		0.00
75) Chrysene-d12	15.02	240	126137	20.00	ng		-0.01
86) Perylene-d12	17.00	264	124966	20.00	ng		-0.02
System Monitoring Compounds							
5) 2-Fluorophenol	5.90	112	34879	21.82	ng		0.00
7) Phenol-d6	6.89	99	50303	23.65	ng		0.00
23) Nitrobenzene-d5	7.85	82	34222	18.21	ng		0.00
41) 2,4,6-Tribromophenol	11.16	330	8482	14.81	ng		0.00
44) 2-Fluorobiphenyl	9.66	172	54556	13.28	ng		0.00
78) Terphenyl-d14	13.66	244	68563	12.69	ng		0.00
Target Compounds							Qvalue
31) Naphthalene	8.61	128	53302m	9.32	ng		
37) 2-Methylnaphthalene	9.30	142	164325	44.40	ng	#	91
45) 1,1'-Biphenyl	9.77	154	48083	10.09	ng		95
51) Acenaphthene	10.39	154	14775	3.74	ng	#	31
57) Fluorene	10.92	166	34879	7.85	ng	#	64
70) Phenanthrene	11.91	178	117790	16.18	ng		96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF062615\
Data File : BF080187.D
Acq On : 26 Jun 2015 11:13
Operator : TP/IZ
Sample : G2658-02DL 5X
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jun 26 23:36:34 2015
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF061715.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 23:02:05 2015
Response via : Initial Calibration

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
GP2(7.5)DL

Manual Integrations APPROVED
apatel
6/29/2015 11:32:44 AM