Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF071417\
Data File : BF096805.D
Acq On : 15 Jul 2017 7:21
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 17 00:59:27 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF071317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 13 14:49:34 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	87	0.00
2		1,4-Dioxane	0.684	0.685	-0.1	83	-0.03
3		Pyridine	1.438	1.537	-6.9	80	-0.03
4		n-Nitrosodimethylamine	0.804	0.843	-4.9	84	-0.04
5	S	2-Fluorophenol	1.330	1.334	-0.3	82	0.00
6		Aniline	1.966	1.860	5.4	86	-0.01
7	S	Phenol-d6	1.596	1.534	3.9	87	0.00
8		2-Chlorophenol	1.435	1.416	1.3	88	0.00
9		Benzaldehyde	0.923	0.867	6.1	77	-0.01
10	C	Phenol	1.804	1.718	4.8	88	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	1.334	1.7	89	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.525	1.536	-0.7	89	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.545	1.561	-1.0	90	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.405	1.391	1.0	86	-0.01
15		Benzyl Alcohol	1.045	1.004	3.9	84	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.800	2.657	5.1	87	0.00
17		2-Methylphenol	1.116	1.066	4.5	86	0.00
18		Hexachloroethane	0.548	0.440	19.7	72	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.962	0.895	7.0	86	-0.01
20		3+4-Methylphenols	1.354	1.332	1.6	89	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	80	-0.01
22		Acetophenone	0.447	0.468	-4.7	88	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.323	0.334	-3.4	84	-0.01
24		Nitrobenzene	0.334	0.347	-3.9	86	-0.01
25		Isophorone	0.601	0.593	1.3	82	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	0.186	0.166	10.8	71	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.305	0.312	-2.3	83	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.406	0.409	-0.7	84	-0.01
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.277	0.270	2.5	79	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.263	0.270	-2.7	83	0.00
31		Naphthalene	0.947	0.955	-0.8	82	-0.01
32		Benzoic acid	0.195	0.174	10.8	73	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.375	0.379	-1.1	81	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	0.140	0.147	-5.0	84	-0.01
35		Caprolactam	0.089	0.081	9.0	77	-0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.297	0.274	7.7	75	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.604	0.580	4.0	77	-0.01
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	78	-0.01
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.541	0.554	-2.4	79	-0.01
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.180	0.018#	90.0#	7#	-0.01
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.171	0.164	4.1	72	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.399	0.381	4.5	72	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.402	0.375	6.7	72	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.266	1.289	-1.8	79	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF071417\
Data File : BF096805.D
Acq On : 15 Jul 2017 7:21
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 17 00:59:27 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF071317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 13 14:49:34 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.715	1.736	-1.2	78	-0.01
46		2-Chloronaphthalene	1.263	1.298	-2.8	78	-0.01
47		2-Nitroaniline	0.434	0.469	-8.1	85	-0.01
48		Acenaphthylene	2.012	2.017	-0.2	78	-0.01
49		Dimethylphthalate	1.506	1.645	-9.2	86	-0.02
50		2,6-Dinitrotoluene	0.326	0.307	5.8	72	-0.01
51	C	Acenaphthene	1.189	1.192	-0.3	80	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.386	0.433	-12.2	88	-0.01
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.137	0.023#	83.2#	13#	0.00
54		Dibenzofuran	1.666	1.637	1.7	77	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.282	0.273	3.2	75	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.419	0.358	14.6	66	-0.01
57		Fluorene	1.231	1.266	-2.8	78	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.279	0.271	2.9	73	-0.01
59		Diethylphthalate	1.466	1.482	-1.1	81	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.518	0.537	-3.7	78	-0.01
61		4-Nitroaniline	0.363	0.420	-15.7	90	-0.01
62		Azobenzene	1.293	1.278	1.2	79	-0.01
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	74	-0.01
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.126	0.027	78.6#	16#	-0.01
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.715	0.723	-1.1	76	-0.02
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.204	0.207	-1.5	76	-0.01
67		Hexachlorobenzene	0.227	0.229	-0.9	75	-0.01
68		Atrazine	0.204	0.177	13.2	64	-0.02
69	C	Pentachlorophenol	0.110	0.121	-10.0	75	0.00
70		Phenanthrene	1.087	1.095	-0.7	76	-0.02
71		Anthracene	1.100	1.056	4.0	71	-0.01
72		Carbazole	1.065	1.055	0.9	75	-0.01
73		Di-n-butylphthalate	1.326	1.413	-6.6	79	-0.01
74	C	Fluoranthene	1.041	1.180	-13.4	88	-0.01
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	105	0.00
76		Benzidine	0.655	1.003	-53.1#	157#	0.00
77		Pyrene	1.815	1.626	10.4	93	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	1.153	0.983	14.7	90	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.431	0.409	5.1	100	-0.01
80		Benzo(a)anthracene	1.246	1.186	4.8	99	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.448	0.514	-14.7	116	-0.01
82		Chrysene	1.227	1.218	0.7	104	-0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.050	0.961	8.5	94	-0.01
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.736	1.838	-5.9	113	-0.01
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.113	0.841	24.4	76	-0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	95	-0.01
87		Benzo(b)fluoranthene	1.206	1.225	-1.6	98	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF071417\
Data File : BF096805.D
Acq On : 15 Jul 2017 7:21
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 17 00:59:27 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF071317.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 13 14:49:34 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.142	1.237	-8.3	103	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.106	1.102	0.4	93	-0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	1.018	0.882	13.4	80	-0.02
91	Benzo(g,h,i)perylene	1.090	0.856	21.5	72	-0.02

(#) = Out of Range SPCC's out = 2 CCC's out = 0