Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF071522\
Data File : BF129235.D
Acq On : 15 Jul 2022 13:29
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF071522

Quant Time: Jul 15 18:23:23 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF071522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 15 12:55:49 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.707	-1.8	93	0.00
3		Pyridine	40.000	41.960	-4.9	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.256	-0.6	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.859	2.7	93	0.00
6		Aniline	40.000	39.899	0.3	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.296	2.1	93	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.435	1.4	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.059	12.4	96	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.538	1.2	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.890	2.8	92	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.243	1.9	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.798	3.0	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.820	2.9	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.189	-3.0	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.478	3.8	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.551	3.6	93	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.232	1.9	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.349	4.1	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.377	1.6	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	92	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.255	4.4	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.746	1.6	93	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.610	1.0	93	0.00
25		Isophorone	40.000	38.857	2.9	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.896	-2.2	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.211	2.0	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.973	2.6	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.042	-0.1	94	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.892	2.8	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.944	2.6	93	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.740	-4.4	93	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.327	1.7	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.018	5.0	90	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.539	-1.3	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.274	1.8	92	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.913	2.7	94	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.751	3.1	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.820	2.9	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.709	0.7	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.458	3.2	93	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.654	0.9	93	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.116	2.2	91	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.345	7.1	93	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.385	4.0	92	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.981	2.5	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF071522\
Data File : BF129235.D
Acq On : 15 Jul 2022 13:29
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF071522

Quant Time: Jul 15 18:23:23 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF071522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 15 12:55:49 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.787	-2.0	93	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.070	2.3	93	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.461	3.8	93	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.383	-1.0	93	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.915	2.7	93	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.525	-1.3	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	43.299	-8.2	94	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.727	3.2	93	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.031	-2.6	94	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.648	-1.6	94	0.00
58		Fluorene	40.000	38.204	4.5	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.690	0.8	93	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.932	2.7	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.829	5.4	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.565	-1.4	95	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.890	2.8	92	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.931	-4.8	95	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.738	3.2	93	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.837	2.9	94	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.398	4.0	92	0.00
69		Atrazine	40.000	38.242	4.4	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.859	0.4	92	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.606	6.0	92	0.00
72		Anthracene	40.000	38.276	4.3	94	0.00
73		Carbazole	40.000	38.707	3.2	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.992	5.0	94	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.650	3.4	95	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	45.942	-14.9	127	0.00
78		Pyrene	40.000	38.588	3.5	96	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	75.727	5.3	97	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.959	0.1	97	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.767	3.1	97	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.569	3.6	97	0.00
83		Chrysene	40.000	38.357	4.1	98	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.114	2.2	97	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.774	3.1	98	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.270	-0.7	99	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.445	1.4	97	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.056	4.9	99	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.203	2.0	98	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.432	-1.1	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.917	-2.3	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF071522\
Data File : BF129235.D
Acq On : 15 Jul 2022 13:29
Operator : CG\JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
ICVBF071522

Quant Time: Jul 15 18:23:23 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF071522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 15 12:55:49 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0