Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF072316\
Data File : BF089252.D
Acq On : 24 Jul 2016 1:01
Operator : UM/SJ
Sample : H4154-03
Misc :
ALS Vial : 50 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_F
**ClientSampleId :** GCF-EW-1

Quant Time: Jul 25 04:56:17 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF072016.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 03:29:41 2016
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 6.58 | 152 | 47469 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 21) Naphthalene-d8 | 7.86 | 136 | 209666 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 38) Acenaphthene-d10 | 9.61 | 164 | 90780 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 63) Phenanthrene-d10 | 11.09 | 188 | 152275 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 75) Chrysene-d12 | 13.70 | 240 | 90044 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 86) Perylene-d12 | 15.05 | 264 | 89417 | 20.00 | ng | 0.00 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.16 | 112 | 396088 | 126.90 | ng | 0.01 |
| 7) Phenol-d6 | 6.24 | 99 | 532587 | 132.32 | ng | 0.00 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 7.15 | 82 | 324829 | 82.32 | ng | 0.00 |
| 41) 2,4,6-Tribromophenol | 10.40 | 330 | 90205 | 110.37 | ng | 0.00 |
| 44) 2-Fluorobiphenyl | 8.95 | 172 | 566408 | 85.97 | ng | 0.00 |
| 78) Terphenyl-d14 | 12.66 | 244 | 319900 | 77.06 | ng | -0.01 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |
| 49) Dimethylphthalate | 9.35 | 163 | 139143 | 19.97 | ng | 100 |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA_F\DATA\BF072316\
Data File : BF089252.D
Acq On : 24 Jul 2016 1:01
Operator : UM/SJ
Sample : H4154-03
Misc :
ALS Vial : 50 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_F
**ClientSampleId :**
GCF-EW-1

Quant Time: Jul 25 04:56:17 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF072016.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 03:29:41 2016
Response via : Initial Calibration