Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF072418\
Data File : BF107613.D
Acq On : 24 Jul 2018 12:23
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 24 12:50:28 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 16:29:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	68	0.00
2		1,4-Dioxane	0.579	0.470	18.8	55	-0.05
3		Pyridine	1.575	1.289	18.2	55	-0.03
4		n-Nitrosodimethylamine	0.664	0.553	16.7	57	-0.04
5	S	2-Fluorophenol	1.244	1.162	6.6	62	0.00
6		Aniline	1.926	1.715	11.0	60	-0.01
7	S	Phenol-d6	1.494	1.377	7.8	64	0.00
8		2-Chlorophenol	1.333	1.299	2.6	66	0.00
9		Benzaldehyde	0.977	0.880	9.9	66	0.00
10	C	Phenol	1.757	1.544	12.1	61	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.456	1.407	3.4	64	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	1.511	1.425	5.7	65	-0.01
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.549	1.514	2.3	67	-0.01
14		1,2-Dichlorobenzene	1.390	1.330	4.3	67	-0.01
15		Benzyl Alcohol	1.018	1.030	-1.2	67	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.457	2.145	12.7	61	-0.01
17		2-Methylphenol	1.133	1.060	6.4	64	0.00
18		Hexachloroethane	0.543	0.532	2.0	65	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.965	0.897	7.0	66	-0.01
20		3+4-Methylphenols	1.345	1.270	5.6	65	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	71	0.00
22		Acetophenone	0.470	0.429	8.7	68	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.296	0.325	-9.8	75	-0.01
24		Nitrobenzene	0.339	0.336	0.9	67	-0.01
25		Isophorone	0.633	0.540	14.7	62	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.143	0.189	-32.2#	87	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.271	0.244	10.0	64	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.423	0.370	12.5	63	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.277	0.274	1.1	68	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.311	0.294	5.5	68	-0.01
31		Naphthalene	0.879	0.823	6.4	69	-0.01
32		Benzoic acid	0.166	0.037	77.7#	14#	-0.06
33		4-Chloroaniline	0.384	0.384	0.0	76	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.185	0.179	3.2	70	-0.01
35		Caprolactam	0.090	0.084	6.7	64	-0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.308	0.303	1.6	69	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.609	0.579	4.9	71	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	73	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.667	0.637	4.5	71	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.339	0.321	5.3	66	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.227	0.261	-15.0	80	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.427	0.420	1.6	69	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.446	0.469	-5.2	73	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.315	1.274	3.1	78	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF072418\
Data File : BF107613.D
Acq On : 24 Jul 2018 12:23
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 24 12:50:28 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 16:29:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.742	1.680	3.6	74	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.332	1.256	5.7	71	0.00
47		2-Nitroaniline	0.388	0.458	-18.0	81	0.00
48		Acenaphthylene	2.000	1.938	3.1	74	0.00
49		Dimethylphthalate	1.507	1.409	6.5	71	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.299	0.333	-11.4	79	-0.01
51	C	Acenaphthene	1.253	1.129	9.9	67	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.364	0.406	-11.5	79	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.096	0.137	-42.7#	102	0.00
54		Dibenzofuran	1.845	1.784	3.3	74	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.273	0.265	2.9	67	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.361	0.431	-19.4	82	-0.01
57		Fluorene	1.316	1.341	-1.9	75	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.371	0.404	-8.9	76	-0.01
59		Diethylphthalate	1.574	1.505	4.4	73	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.744	0.720	3.2	74	-0.01
61		4-Nitroaniline	0.306	0.386	-26.1#	87	0.00
62		Azobenzene	1.476	1.381	6.4	69	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	78	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.084	0.091	-8.3	80	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.679	0.618	9.0	74	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.235	0.217	7.7	74	-0.01
67		Hexachlorobenzene	0.259	0.242	6.6	76	0.00
68		Atrazine	0.207	0.194	6.3	74	-0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.162	0.181	-11.7	85	-0.01
70		Phenanthrene	0.975	0.893	8.4	76	-0.01
71		Anthracene	0.981	0.953	2.9	82	0.00
72		Carbazole	1.020	0.991	2.8	82	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.155	1.079	6.6	79	-0.02
74	C	Fluoranthene	1.046	0.977	6.6	78	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	78	0.00
76		Benzidine	0.576	0.662	-14.9	93	0.00
77		Pyrene	1.368	1.311	4.2	79	-0.01
78	S	Terphenyl-d14	0.781	0.803	-2.8	85	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.588	0.618	-5.1	77	-0.01
80		Benzo(a)anthracene	1.172	1.077	8.1	73	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.371	0.414	-11.6	91	0.00
82		Chrysene	1.126	1.035	8.1	76	-0.01
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.830	0.677	18.4	65	-0.02
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.290	1.130	12.4	66	-0.02
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.954	0.910	4.6	82	-0.02
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	73	-0.02
87		Benzo(b)fluoranthene	1.095	0.972	11.2	65	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF072418\
Data File : BF107613.D
Acq On : 24 Jul 2018 12:23
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 24 12:50:28 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 20 16:29:27 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.072	1.051	2.0	73	-0.02
89 C	Benzo(a)pyrene	1.001	0.943	5.8	70	-0.01
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.866	0.917	-5.9	81	-0.01
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.854	0.932	-9.1	84	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1