Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF072616\
Data File : BF089304.D
Acq On : 26 Jul 2016 10:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 26 13:34:00 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072016.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 16:56:43 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.571	0.555	2.8	95	-0.01
3		Pyridine	1.450	1.396	3.7	96	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	0.611	0.540	11.6	85	-0.01
5	S	2-Fluorophenol	1.315	1.277	2.9	96	-0.01
6		Aniline	2.291	2.081	9.2	92	-0.01
7	S	Phenol-d6	1.696	1.646	2.9	97	-0.01
8		2-Chlorophenol	1.459	1.477	-1.2	103	-0.01
9		Benzaldehyde	0.906	0.517	42.9#	57	-0.01
10	C	Phenol	1.954	2.001	-2.4	99	-0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.467	1.511	-3.0	100	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	1.611	1.573	2.4	102	-0.01
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.623	1.709	-5.3	109	-0.01
14		1,2-Dichlorobenzene	1.530	1.469	4.0	92	-0.02
15		Benzyl Alcohol	1.242	1.109	10.7	85	-0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.672	1.677	-0.3	100	-0.01
17		2-Methylphenol	1.149	1.045	9.1	90	-0.01
18		Hexachloroethane	0.610	0.648	-6.2	109	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.109	1.068	3.7	92	-0.01
20		3+4-Methylphenols	1.560	1.401	10.2	87	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	101	-0.01
22		Acetophenone	0.534	0.518	3.0	97	-0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	0.376	0.372	1.1	104	-0.01
24		Nitrobenzene	0.397	0.357	10.1	88	-0.01
25		Isophorone	0.694	0.696	-0.3	103	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	0.185	0.175	5.4	100	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.312	0.290	7.1	100	-0.01
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.434	0.448	-3.2	99	-0.01
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.281	0.277	1.4	101	-0.01
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.311	0.298	4.2	97	-0.02
31		Naphthalene	1.079	1.040	3.6	104	-0.01
32		Benzoic acid	0.240	0.211	12.1	86	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.454	0.422	7.0	95	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	0.173	0.171	1.2	99	-0.01
35		Caprolactam	0.087	0.079	9.2	93	-0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.339	0.333	1.8	103	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	0.688	0.621	9.7	91	-0.01
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	-0.01
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.743	0.679	8.6	99	-0.01
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.201	0.222	-10.4	107	-0.01
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.180	0.173	3.9	101	-0.01
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.416	0.361	13.2	85	-0.01
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.418	0.410	1.9	97	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.452	1.488	-2.5	99	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF072616\
Data File : BF089304.D
Acq On : 26 Jul 2016 10:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 26 13:34:00 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072016.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 16:56:43 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.801	1.646	8.6	101	-0.01
46		2-Chloronaphthalene	1.369	1.276	6.8	99	-0.01
47		2-Nitroaniline	0.470	0.427	9.1	97	0.00
48		Acenaphthylene	2.152	2.118	1.6	104	-0.01
49		Dimethylphthalate	1.535	1.526	0.6	97	-0.01
50		2,6-Dinitrotoluene	0.346	0.340	1.7	93	-0.01
51	C	Acenaphthene	1.273	1.207	5.2	99	-0.01
52		3-Nitroaniline	0.411	0.400	2.7	92	-0.01
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.141	0.132	6.4	87	0.00
54		Dibenzofuran	1.720	1.649	4.1	99	-0.01
55	P	4-Nitrophenol	0.249	0.189	24.1	71	-0.01
56		2,4-Dinitrotoluene	0.446	0.411	7.8	93	-0.01
57		Fluorene	1.460	1.450	0.7	93	-0.01
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.300	0.273	9.0	88	-0.01
59		Diethylphthalate	1.522	1.458	4.2	101	-0.01
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.667	0.622	6.7	98	0.00
61		4-Nitroaniline	0.400	0.393	1.8	101	0.00
62		Azobenzene	1.654	1.576	4.7	104	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.116	0.124	-6.9	98	-0.01
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.668	0.625	6.4	98	-0.01
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.198	0.202	-2.0	100	-0.01
67		Hexachlorobenzene	0.213	0.194	8.9	94	-0.01
68		Atrazine	0.209	0.188	10.0	88	-0.01
69	C	Pentachlorophenol	0.098	0.109	-11.2	103	-0.01
70		Phenanthrene	1.097	1.067	2.7	102	-0.01
71		Anthracene	1.140	1.128	1.1	96	0.00
72		Carbazole	1.002	1.017	-1.5	94	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.239	1.229	0.8	106	0.00
74	C	Fluoranthene	1.153	1.124	2.5	104	-0.01
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	99	-0.01
76		Benzidine	0.688	0.603	12.4	87	-0.01
77		Pyrene	1.652	1.665	-0.8	98	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.922	0.848	8.0	101	-0.01
79		Butylbenzylphthalate	0.699	0.706	-1.0	99	-0.01
80		Benzo(a)anthracene	1.274	1.164	8.6	93	-0.01
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.423	0.428	-1.2	90	-0.01
82		Chrysene	1.217	1.229	-1.0	96	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.927	1.042	-12.4	116	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.529	1.698	-11.1	113	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.884	0.869	1.7	98	-0.01
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	94	-0.01
87		Benzo(b)fluoranthene	1.449	1.541	-6.3	88	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\DATA\BF072616\
Data File : BF089304.D
Acq On : 26 Jul 2016 10:39
Operator : UM/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 26 13:34:00 2016
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF072016.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 16:56:43 2016
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.036	0.861	16.9	94	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.125	1.117	0.7	97	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.888	0.917	-3.3	99	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.895	0.905	-1.1	98	-0.01

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0