Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072621\
Data File : BF124764.D
Acq On : 26 Jul 2021 14:30
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 26 15:01:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF072221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 22 15:28:57 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	105	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.443	3.9	94	0.00
3		Pyridine	40.000	41.371	-3.4	99	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.208	2.0	97	0.01
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.310	0.9	102	0.00
6		Aniline	40.000	40.747	-1.9	106	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.932	3.8	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.147	2.1	103	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.970	7.6	103	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.458	-3.6	110	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.846	-2.1	108	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.566	1.1	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.421	3.9	99	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.641	3.4	100	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.560	-1.4	103	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.285	1.8	102	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.044	-0.1	103	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.244	-3.1	105	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	44.217	-10.5	111	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.606	3.5	100	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	100	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.694	-4.2	105	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	84.045	-5.1	105	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	42.831	-7.1	109	0.00
25		Isophorone	40.000	41.608	-4.0	104	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.593	-4.0	100	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.633	0.9	100	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.608	-4.0	106	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.445	1.4	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.683	0.8	99	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.602	1.0	100	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.122	4.7	92	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.063	2.3	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.456	-6.1	107	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.192	-3.0	105	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.414	-3.5	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.761	3.1	97	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.400	4.0	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	101	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.479	-1.2	104	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.435	1.4	92	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.343	-4.2	103	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.653	-1.6	101	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.375	-3.4	101	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.747	0.3	101	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.966	0.1	102	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.873	2.8	98	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072621\
Data File : BF124764.D
Acq On : 26 Jul 2021 14:30
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 26 15:01:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF072221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 22 15:28:57 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.465	-8.7	107	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.483	1.3	100	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.886	0.3	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.477	-1.2	101	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.036	2.4	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.269	1.8	95	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.885	5.3	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.836	2.9	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	37.182	7.0	91	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.557	-1.4	99	0.00
58		Fluorene	40.000	39.083	2.3	97	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.766	0.6	97	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.922	0.2	101	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.029	2.4	101	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.342	1.6	97	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.031	-2.6	104	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.978	5.1	90	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.641	3.4	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.988	5.0	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.043	-2.6	106	0.00
69		Atrazine	40.000	40.082	-0.2	104	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.212	4.5	93	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.990	5.0	96	0.00
72		Anthracene	40.000	38.434	3.9	99	0.00
73		Carbazole	40.000	36.514	8.7	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.633	3.4	97	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.866	7.8	94	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	88	0.00
77		Benzidine	40.000	40.270	-0.7	81	0.00
78		Pyrene	40.000	42.692	-6.7	94	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	86.565	-8.2	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	43.132	-7.8	95	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.066	2.3	87	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.419	4.0	84	0.00
83		Chrysene	40.000	38.829	2.9	84	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.879	-2.2	90	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.561	3.6	83	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	77	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.277	-3.2	82	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.202	2.0	77	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.480	-3.7	80	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.260	1.9	77	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.836	0.4	80	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.741	0.6	82	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072621\
Data File : BF124764.D
Acq On : 26 Jul 2021 14:30
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 26 15:01:35 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF072221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 22 15:28:57 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0