Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072722\
Data File : BF129367.D
Acq On : 27 Jul 2022 09:44
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 28 01:29:28 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 17:24:17 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.206	2.0	95	0.00
3		Pyridine	40.000	39.360	1.6	93	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.778	3.1	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.874	3.9	95	0.00
6		Aniline	40.000	38.638	3.4	94	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.556	3.1	96	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.947	2.6	95	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.266	9.3	94	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.782	5.5	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.725	3.2	95	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.658	3.4	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.971	2.6	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.717	3.2	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.665	0.8	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.374	4.1	94	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.332	4.2	95	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.303	1.7	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.314	4.2	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.129	7.2	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.881	2.8	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.874	0.2	96	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.417	1.5	93	0.00
25		Isophorone	40.000	38.832	2.9	95	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.709	-1.8	96	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.395	1.5	95	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.962	2.6	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.846	0.4	94	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.398	1.5	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.417	1.5	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.521	-8.8	100	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.497	3.8	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.014	-2.5	99	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.444	1.4	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.045	-0.1	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.252	1.9	95	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.203	2.0	96	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.804	0.5	97	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.229	-5.6	93	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.202	-1.5	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.989	0.0	94	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.480	-1.2	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.330	9.6	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.710	0.7	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.643	0.9	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072722\
Data File : BF129367.D
Acq On : 27 Jul 2022 09:44
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 28 01:29:28 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 17:24:17 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.229	-0.6	94	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.245	1.9	95	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.146	2.1	95	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.366	-0.9	96	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.397	1.5	94	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.318	4.2	90	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.276	-3.2	93	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.623	0.9	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.855	0.4	93	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.087	-0.2	93	0.00
58		Fluorene	40.000	38.737	3.2	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.321	-0.8	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.250	1.9	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.334	1.7	96	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.940	2.7	93	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.793	3.0	93	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.571	-6.4	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.672	0.8	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.285	-0.7	95	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.495	-1.2	95	0.00
69		Atrazine	40.000	39.855	0.4	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.386	-8.5	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.024	2.4	93	0.00
72		Anthracene	40.000	39.603	1.0	95	0.00
73		Carbazole	40.000	38.669	3.3	92	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.887	0.3	95	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.067	2.3	93	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
77		Benzidine	40.000	39.719	0.7	88	0.00
78		Pyrene	40.000	40.334	-0.8	93	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.710	0.4	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.965	-2.4	92	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.846	2.9	91	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.262	1.8	91	0.00
83		Chrysene	40.000	38.444	3.9	91	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.378	1.6	91	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.091	2.3	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	91	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.503	-1.3	85	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.632	-1.6	96	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.343	1.6	89	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.566	1.1	91	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.795	-2.0	86	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.697	-1.7	84	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072722\
Data File : BF129367.D
Acq On : 27 Jul 2022 09:44
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 28 01:29:28 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF072522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 25 17:24:17 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0