Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF080721\
Data File : BF124975.D
Acq On : 7 Aug 2021 15:21
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 07 16:03:39 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF080421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 06 11:27:24 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	113	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.022	2.4	107	0.04
3		Pyridine	40.000	40.749	-1.9	104	0.03
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.949	0.1	101	0.04
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.037	2.5	106	0.00
6		Aniline	40.000	38.984	2.5	103	0.01
7	S	Phenol-d6	80.000	79.147	1.1	104	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.935	2.7	106	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.671	13.3	96	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.381	1.5	107	0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.929	0.2	105	0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.567	3.6	103	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.867	0.3	105	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.459	3.9	103	0.01
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.933	2.7	102	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.455	3.9	106	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.713	3.2	106	0.01
18		Hexachloroethane	40.000	40.089	-0.2	109	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.411	1.5	110	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.083	2.3	106	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	105	0.01
22		Acetophenone	40.000	40.069	-0.2	107	0.01
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.849	0.2	104	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.711	3.2	99	0.00
25		Isophorone	40.000	38.951	2.6	102	0.01
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.564	-1.4	103	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.489	-1.2	103	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.158	2.1	103	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.759	-1.9	105	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.655	-1.6	105	0.01
31		Naphthalene	40.000	40.826	-2.1	106	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.273	-5.7	122	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.475	-1.2	103	0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.948	-2.4	104	0.01
35		Caprolactam	40.000	40.763	-1.9	97	0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.013	-2.5	107	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.302	-0.8	106	0.01
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.882	0.3	105	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	103	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.933	-2.3	105	0.01
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.475	3.8	96	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	84.496	-5.6	105	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.748	-4.4	109	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	43.465	-8.7	105	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	83.448	-4.3	107	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	42.547	-6.4	110	0.01
47		2-Chloronaphthalene	40.000	41.077	-2.7	106	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF080721\
Data File : BF124975.D
Acq On : 7 Aug 2021 15:21
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 07 16:03:39 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF080421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 06 11:27:24 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.707	0.7	102	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	41.982	-5.0	111	0.01
50		Dimethylphthalate	40.000	41.421	-3.6	107	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.390	-1.0	102	0.01
52	C	Acenaphthene	40.000	40.542	-1.4	106	0.01
53		3-Nitroaniline	40.000	41.003	-2.5	108	0.01
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.283	1.8	106	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	41.688	-4.2	109	0.01
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.634	-4.1	102	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.714	-9.3	111	0.00
58		Fluorene	40.000	41.029	-2.6	106	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	43.334	-8.3	108	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.806	-2.0	108	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	42.236	-5.6	107	0.01
62		4-Nitroaniline	40.000	39.874	0.3	100	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.661	-1.7	106	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	105	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.811	-4.5	110	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.107	-0.3	102	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	42.232	-5.6	108	0.01
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.398	-1.0	105	0.00
69		Atrazine	40.000	40.415	-1.0	104	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.146	-2.9	108	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.529	-1.3	104	0.01
72		Anthracene	40.000	40.716	-1.8	106	0.00
73		Carbazole	40.000	40.226	-0.6	105	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.219	-5.5	111	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.769	-1.9	106	0.01
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
77		Benzidine	40.000	36.129	9.7	96	0.00
78		Pyrene	40.000	41.408	-3.5	103	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	83.633	-4.5	107	0.01
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.355	-3.4	105	0.01
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.158	2.1	100	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.744	0.6	97	0.01
83		Chrysene	40.000	40.125	-0.3	102	0.01
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.645	-6.6	104	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.773	-6.9	108	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	96	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.527	-1.3	99	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	43.257	-8.1	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	42.366	-5.9	99	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.167	-2.9	97	0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.738	0.7	95	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.750	3.1	96	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF080721\
Data File : BF124975.D
Acq On : 7 Aug 2021 15:21
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 07 16:03:39 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF080421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 06 11:27:24 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0