Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081224\
Data File : BF138939.D
Acq On : 12 Aug 2024 17:55
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 12 18:20:58 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF073024.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 30 17:50:01 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	68	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.450	8.9	61	0.00
3		Pyridine	40.000	37.743	5.6	64	0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	43.825	-9.6	75	0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.038	-1.3	70	0.00
6		Aniline	40.000	40.012	-0.0	69	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.779	-2.2	72	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.863	-2.2	71	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.610	8.5	72	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.661	0.8	70	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.572	3.6	68	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.200	-0.5	71	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.910	0.2	70	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.869	-2.2	71	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	43.903	-9.8	77	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.541	6.1	66	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.376	-0.9	70	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.736	-4.3	72	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.112	-5.3	76	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.680	-6.7	77	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	71	0.00
22		Acetophenone	40.000	42.440	-6.1	76	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.989	-3.7	74	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.612	-1.5	72	0.00
25		Isophorone	40.000	40.579	-1.4	74	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.373	-3.4	72	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.196	-0.5	71	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.196	2.0	71	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.590	-4.0	74	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.692	-1.7	72	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.172	-0.4	72	0.00
32		Benzoic acid	40.000	35.586	11.0	64	0.03
33		4-Chloroaniline	40.000	35.997	10.0	65	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	43.860	-9.6	79	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.547	8.6	68	0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.116	-2.8	75	0.01
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.602	-1.5	74	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.226	-0.6	73	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	72	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	41.334	-3.3	76	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.871	5.3	71	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.445	4.4	71	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.088	-2.7	75	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.440	1.4	72	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	85.930	-7.4	79	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.782	-2.0	75	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.439	-1.1	74	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081224\
Data File : BF138939.D
Acq On : 12 Aug 2024 17:55
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 12 18:20:58 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF073024.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 30 17:50:01 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.085	-0.2	74	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.527	1.2	72	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.318	1.7	74	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.581	1.0	72	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.425	1.4	73	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	35.426	11.4	66	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	42.285	-5.7	80	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.390	1.5	74	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	25.479	36.3#	47	0.02
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.630	3.4	71	0.00
58		Fluorene	40.000	39.993	0.0	75	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.743	5.6	71	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.624	0.9	75	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.480	-1.2	77	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	33.531	16.2	63	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.224	4.4	72	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	70	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.131	2.2	67	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.879	-4.7	72	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	42.183	-5.5	73	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.585	-4.0	74	0.00
69		Atrazine	40.000	35.583	11.0	62	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.434	3.9	66	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.976	0.1	70	0.00
72		Anthracene	40.000	40.120	-0.3	71	0.00
73		Carbazole	40.000	37.593	6.0	66	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.349	-3.4	72	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.674	3.3	67	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	70	0.00
77		Benzidine	40.000	22.504	43.7#	35	0.00
78		Pyrene	40.000	35.030	12.4	66	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.199	9.8	68	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.075	-5.2	71	-0.01
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.945	2.6	67	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	46.415	-16.0	80	0.00
83		Chrysene	40.000	40.557	-1.4	72	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.800	-9.5	71	-0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.828	-12.1	73	-0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	73	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.218	4.5	72	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.575	1.1	73	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.738	5.7	74	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.356	1.6	73	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.374	4.1	73	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.023	4.9	71	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF081224\
Data File : BF138939.D
Acq On : 12 Aug 2024 17:55
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 12 18:20:58 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF073024.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 30 17:50:01 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0