Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF082218\
Data File : BF108379.D
Acq On : 22 Aug 2018 13:24
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 22 15:47:55 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF080818.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 22 11:01:45 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	52	0.00
2		1,4-Dioxane	0.568	0.527	7.2	48#	0.03
3		Pyridine	1.462	1.393	4.7	49#	0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	0.823	0.743	9.7	46#	0.01
5	S	2-Fluorophenol	1.105	1.138	-3.0	54	0.00
6		Aniline	1.997	2.037	-2.0	54	0.00
7	S	Phenol-d6	1.468	1.507	-2.7	54	0.00
8		2-Chlorophenol	1.244	1.288	-3.5	54	0.00
9		Benzaldehyde	1.138	1.073	5.7	49#	0.00
10	C	Phenol	1.518	1.539	-1.4	54	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.228	1.237	-0.7	52	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.439	1.478	-2.7	54	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.445	1.471	-1.8	53	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.344	1.394	-3.7	55	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.236	1.226	0.8	51	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.529	2.338	7.6	48#	0.00
17		2-Methylphenol	1.067	1.073	-0.6	51	0.00
18		Hexachloroethane	0.515	0.538	-4.5	53	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.993	0.966	2.7	51	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.367	1.391	-1.8	53	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	53	0.00
22		Acetophenone	0.468	0.463	1.1	53	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.358	0.362	-1.1	53	0.00
24		Nitrobenzene	0.362	0.362	0.0	52	0.00
25		Isophorone	0.683	0.662	3.1	52	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.137	0.163	-19.0	62	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.303	0.305	-0.7	53	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.399	0.393	1.5	52	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.279	0.290	-3.9	54	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.308	0.309	-0.3	54	0.00
31		Naphthalene	0.910	0.935	-2.7	55	0.00
32		Benzoic acid	0.161	0.157	2.5	50	0.01
33		4-Chloroaniline	0.396	0.404	-2.0	54	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.195	0.196	-0.5	53	0.00
35		Caprolactam	0.087	0.090	-3.4	52	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.301	0.306	-1.7	53	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.644	0.653	-1.4	54	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	52	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.614	0.642	-4.6	54	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.397	0.429	-8.1	53	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.199	0.234	-17.6	58	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.381	0.425	-11.5	56	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.420	0.456	-8.6	53	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.246	1.356	-8.8	58	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF082218\
Data File : BF108379.D
Acq On : 22 Aug 2018 13:24
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 22 15:47:55 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF080818.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 22 11:01:45 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.475	1.531	-3.8	54	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.165	1.207	-3.6	54	0.00
47		2-Nitroaniline	0.377	0.409	-8.5	53	0.00
48		Acenaphthylene	1.843	1.952	-5.9	55	0.00
49		Dimethylphthalate	1.393	1.439	-3.3	54	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.291	0.319	-9.6	54	0.00
51	C	Acenaphthene	1.129	1.193	-5.7	55	0.00
52		3-Nitroaniline	0.319	0.346	-8.5	54	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.092	0.128	-39.1#	71	0.00
54		Dibenzofuran	1.635	1.714	-4.8	55	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.241	0.261	-8.3	54	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.375	0.430	-14.7	55	0.00
57		Fluorene	1.294	1.359	-5.0	55	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.351	0.397	-13.1	55	0.00
59		Diethylphthalate	1.349	1.408	-4.4	54	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.674	0.700	-3.9	54	0.00
61		4-Nitroaniline	0.315	0.355	-12.7	56	0.00
62		Azobenzene	1.393	1.417	-1.7	53	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	53	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.069	0.082	-18.8	60	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.591	0.609	-3.0	55	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.217	0.222	-2.3	54	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.229	0.235	-2.6	55	0.00
68		Atrazine	0.198	0.210	-6.1	56	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.109	0.113	-3.7	53	0.00
70		Phenanthrene	0.943	0.984	-4.3	57	0.00
71		Anthracene	0.967	1.021	-5.6	57	0.00
72		Carbazole	0.859	0.894	-4.1	56	0.00
73		Di-n-butylphthalate	0.973	1.065	-9.5	58	0.00
74	C	Fluoranthene	1.030	1.073	-4.2	56	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	51	0.00
76		Benzidine	0.747	0.860	-15.1	55	0.00
77		Pyrene	1.266	1.401	-10.7	56	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.787	0.880	-11.8	58	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.503	0.576	-14.5	54	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.148	1.175	-2.4	52	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.411	0.423	-2.9	49#	0.00
82		Chrysene	1.052	1.087	-3.3	52	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.681	0.721	-5.9	51	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.038	1.110	-6.9	51	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.912	0.854	6.4	48#	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	47#	-0.01
87		Benzo(b)fluoranthene	1.195	1.238	-3.6	46#	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF082218\
Data File : BF108379.D
Acq On : 22 Aug 2018 13:24
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 22 15:47:55 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF080818.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Aug 22 11:01:45 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.099	1.094	0.5	48#	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.070	1.096	-2.4	47#	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.885	0.914	-3.3	48#	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.872	0.919	-5.4	50#	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0