Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082222\
Data File : BF129936.D
Acq On : 22 Aug 2022 12:20
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 23 04:44:05 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 23 04:41:40 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	77	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	41.395	-3.5	84	0.00
3		Pyridine	40.000	39.606	1.0	81	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	46.970	-17.4	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.011	-1.3	84	0.00
6		Aniline	40.000	40.171	-0.4	84	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.637	-2.0	85	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.848	0.4	82	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	45.580	-13.9	86	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.377	-3.4	86	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.141	-0.4	82	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.973	0.1	83	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.564	1.1	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.172	-0.4	84	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.150	-5.4	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	43.442	-8.6	90	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.617	-1.5	85	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	41.206	-3.0	85	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.564	-6.4	87	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.249	-3.1	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	77	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.318	-3.3	87	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.751	-4.7	87	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.798	-4.5	87	0.00
25		Isophorone	40.000	40.905	-2.3	85	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.547	3.6	79	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.607	1.0	81	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.366	-0.9	82	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.169	2.1	80	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.144	2.1	82	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.098	-0.2	84	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.972	-4.9	84	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.204	7.0	77	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.620	1.0	81	0.00
35		Caprolactam	40.000	38.605	3.5	80	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.018	-2.5	85	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.467	1.3	82	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.721	0.7	83	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	76	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.201	2.0	81	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	47.718	-19.3	101	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.176	1.0	81	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.043	2.4	80	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.797	0.5	80	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.379	-0.5	84	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.794	0.5	83	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.286	1.8	82	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082222\
Data File : BF129936.D
Acq On : 22 Aug 2022 12:20
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 23 04:44:05 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 23 04:41:40 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.519	-8.8	88	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.773	0.6	82	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.130	2.2	81	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.040	-0.1	81	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.804	0.5	82	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.748	3.1	79	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.513	1.2	80	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.766	0.6	84	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	36.228	9.4	70	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.625	0.9	84	0.00
58		Fluorene	40.000	39.492	1.3	83	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.336	-0.8	80	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.997	0.0	84	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.075	2.3	82	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.459	1.4	82	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.859	-4.6	87	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	77	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.471	-1.2	77	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.646	0.9	83	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.581	1.0	82	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.074	-0.2	83	0.00
69		Atrazine	40.000	39.329	1.7	83	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.316	-5.8	87	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.459	-1.1	85	0.00
72		Anthracene	40.000	40.133	-0.3	84	0.00
73		Carbazole	40.000	40.505	-1.3	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.534	-1.3	86	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.395	-1.0	86	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	85	0.00
77		Benzidine	40.000	39.073	2.3	84	0.00
78		Pyrene	40.000	39.724	0.7	86	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	81.639	-2.0	89	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.983	2.5	87	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.267	4.3	88	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.629	5.9	89	0.00
83		Chrysene	40.000	39.320	1.7	91	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.556	6.1	87	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.083	2.3	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	89	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	43.182	-8.0	95	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.288	9.3	86	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.571	1.1	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.284	4.3	92	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	43.140	-7.9	94	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	43.625	-9.1	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082222\
Data File : BF129936.D
Acq On : 22 Aug 2022 12:20
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 23 04:44:05 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 23 04:41:40 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0