Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082922\
Data File : BF130032.D
Acq On : 29 Aug 2022 13:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 30 01:25:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 30 01:22:56 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	71	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.899	-2.2	78	0.00
3		Pyridine	40.000	39.263	1.8	74	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	45.077	-12.7	83	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	83.421	-4.3	81	0.00
6		Aniline	40.000	41.917	-4.8	81	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.547	-1.9	79	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	41.353	-3.4	79	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	45.672	-14.2	80	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.680	-4.2	81	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.302	-0.8	77	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.633	-1.6	78	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.578	-1.4	79	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.866	-2.2	79	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.016	-2.5	79	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.184	-3.0	79	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.356	-3.4	80	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	42.132	-5.3	81	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.426	-6.1	81	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.676	-6.7	82	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	72	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.802	-4.5	83	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.035	-3.8	81	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.724	-4.3	82	0.00
25		Isophorone	40.000	40.889	-2.2	80	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.728	-4.3	80	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.149	-0.4	78	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.337	-0.8	77	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.602	-1.5	78	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.847	-2.1	80	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.572	-1.4	80	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.795	-2.0	76	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.600	-4.0	81	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.001	-2.5	79	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.026	-5.1	82	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.150	-5.4	83	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.255	-0.6	79	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.202	-0.5	79	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	73	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.810	0.5	79	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.713	-1.8	75	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.552	3.1	76	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.788	5.5	74	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.103	4.7	73	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.233	-0.3	81	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.607	1.0	79	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.254	-0.6	80	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082922\
Data File : BF130032.D
Acq On : 29 Aug 2022 13:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 30 01:25:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 30 01:22:56 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.045	-7.6	84	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.942	0.1	79	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.786	-2.0	81	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.389	-3.5	80	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.790	-2.0	81	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.706	-4.3	82	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.856	2.9	75	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.358	-0.9	82	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.643	-4.1	77	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.126	-5.3	85	0.00
58		Fluorene	40.000	39.751	0.6	80	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.619	-4.0	79	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.115	-0.3	80	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.951	0.1	80	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.098	-2.7	82	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.053	-2.6	82	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	75	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.555	-3.9	78	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.568	1.1	81	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.127	2.2	80	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.034	-2.6	84	0.00
69		Atrazine	40.000	38.769	3.1	80	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.000	-7.5	88	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.959	0.1	83	0.00
72		Anthracene	40.000	40.323	-0.8	83	0.00
73		Carbazole	40.000	40.159	-0.4	84	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.267	1.8	82	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.835	-2.1	86	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	83	0.00
77		Benzidine	40.000	46.920	-17.3	96	0.00
78		Pyrene	40.000	41.052	-2.6	86	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.805	-3.5	89	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.323	1.7	85	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.664	0.8	89	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.582	3.5	89	0.00
83		Chrysene	40.000	40.155	-0.4	91	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.257	6.9	84	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.469	8.8	83	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	82	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	44.889	-12.2	91	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.417	6.5	82	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.518	-3.8	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.459	-1.1	90	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	44.451	-11.1	89	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	46.065	-15.2	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF082922\
Data File : BF130032.D
Acq On : 29 Aug 2022 13:37
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 30 01:25:14 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF081422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 30 01:22:56 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0