Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF090622\
Data File : BF130132.D
Acq On : 06 Sep 2022 12:01
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 07 02:07:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 07 02:05:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.598	1.0	95	0.00
3		Pyridine	40.000	38.271	4.3	91	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.533	1.2	92	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.840	5.2	93	0.00
6		Aniline	40.000	39.594	1.0	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.392	2.0	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.841	5.4	90	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.095	9.8	95	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.304	1.7	95	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.944	2.6	93	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.718	3.2	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.951	2.6	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.589	3.5	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.490	1.3	94	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.016	5.0	90	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.335	4.2	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.949	5.1	89	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.738	3.2	94	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.211	4.5	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.602	6.0	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	75.712	5.4	89	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.648	5.9	91	0.00
25		Isophorone	40.000	38.183	4.5	94	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	31.816	20.5#	76	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.646	5.9	93	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.553	6.1	93	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	37.877	5.3	93	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.809	5.5	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.456	6.4	94	0.00
32		Benzoic acid	40.000	29.968	25.1#	69	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.658	3.4	96	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.780	5.5	93	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.307	-0.8	98	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.172	2.1	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.536	3.7	99	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.889	5.3	96	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.432	6.4	98	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.073	9.8	87	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	78.640	1.7	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	36.035	9.9	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.436	6.4	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.940	10.1	99	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.312	6.7	99	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.640	5.9	99	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF090622\
Data File : BF130132.D
Acq On : 06 Sep 2022 12:01
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 07 02:07:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 07 02:05:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.838	0.4	91	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.329	4.2	100	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.480	3.8	101	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.611	3.5	92	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.521	6.2	98	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.078	-2.7	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.343	9.1	94	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.485	3.8	101	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.954	-2.4	98	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.436	-8.6	99	0.00
58		Fluorene	40.000	37.638	5.9	102	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.453	3.9	96	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.418	1.5	101	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.444	6.4	102	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	44.454	-11.1	106	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.681	3.3	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	104	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	36.389	9.0	98	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.862	7.8	103	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.978	7.6	102	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.793	5.5	103	0.00
69		Atrazine	40.000	39.085	2.3	105	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.954	5.1	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.547	8.6	104	0.00
72		Anthracene	40.000	37.321	6.7	105	0.00
73		Carbazole	40.000	37.823	5.4	106	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.088	4.8	104	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.342	4.1	109	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	115	0.00
77		Benzidine	40.000	46.734	-16.8	133	0.00
78		Pyrene	40.000	36.789	8.0	109	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.383	8.3	109	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.489	1.3	107	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.165	7.1	113	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.866	0.3	116	0.00
83		Chrysene	40.000	37.417	6.5	114	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.813	8.0	104	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	35.773	10.6	99	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	107	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.947	-2.4	107	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.024	4.9	112	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.389	1.5	108	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.240	1.9	109	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.786	-2.0	106	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	42.025	-5.1	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF090622\
Data File : BF130132.D
Acq On : 06 Sep 2022 12:01
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 07 02:07:40 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF083122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 07 02:05:07 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1