Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF090624\
Data File : BF139267.D
Acq On : 06 Sep 2024 09:03
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 06 10:42:22 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF090424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 04 16:11:43 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.445	1.4	96	0.00
3		Pyridine	40.000	40.685	-1.7	100	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.538	1.2	96	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.096	1.1	99	0.00
6		Aniline	40.000	39.785	0.5	98	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.090	1.1	98	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.126	2.2	98	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.723	-1.8	110	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.189	-0.5	99	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.769	0.6	99	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.035	2.4	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.331	1.7	98	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.098	2.3	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.657	0.9	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.863	2.8	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.434	1.4	98	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.183	2.0	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.411	1.5	98	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.954	0.1	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	97	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.916	2.7	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.495	0.6	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.485	1.3	99	0.00
25		Isophorone	40.000	39.216	2.0	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.575	-3.9	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.602	1.0	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.086	2.3	98	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.798	0.5	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.579	1.1	99	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.838	2.9	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.937	2.7	96	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.018	2.5	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.014	2.5	98	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.427	-3.6	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.111	-0.3	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.062	2.3	99	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.995	2.5	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.192	4.5	99	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.219	-0.5	94	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.365	0.8	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.789	0.5	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.396	4.0	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.156	6.1	99	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.157	4.6	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.188	4.5	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF090624\
Data File : BF139267.D
Acq On : 06 Sep 2024 09:03
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 06 10:42:22 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF090424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 04 16:11:43 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.597	-1.5	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.496	3.8	98	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.731	3.2	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.047	-0.1	98	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.537	3.7	98	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.222	1.9	97	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.360	9.1	93	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.707	3.2	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.744	0.6	94	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.345	-3.4	99	0.00
58		Fluorene	40.000	38.531	3.7	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.331	1.7	98	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.528	1.2	100	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.622	3.4	98	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.406	-3.5	100	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.645	3.4	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	101	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.126	2.2	95	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	37.645	5.9	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.577	6.1	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.779	5.6	99	0.00
69		Atrazine	40.000	42.109	-5.3	114	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.731	-1.8	97	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.076	4.8	101	0.00
72		Anthracene	40.000	38.441	3.9	100	0.00
73		Carbazole	40.000	39.458	1.4	103	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.199	-5.5	105	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.285	-0.7	106	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	106	0.00
77		Benzidine	40.000	46.999	-17.5	115	0.00
78		Pyrene	40.000	39.908	0.2	105	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.877	0.2	107	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	46.284	-15.7	115	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.241	4.4	106	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.753	-6.9	111	0.00
83		Chrysene	40.000	40.385	-1.0	107	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.118	-2.8	101	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	35.988	10.0	91	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.135	9.7	91	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.967	-2.4	104	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.406	1.5	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.719	-1.8	102	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	35.678	10.8	89	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	35.304	11.7	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF090624\
Data File : BF139267.D
Acq On : 06 Sep 2024 09:03
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 06 10:42:22 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF090424.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 04 16:11:43 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0