Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF091418\
Data File : BF108993.D
Acq On : 14 Sep 2018 14:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 14 14:54:38 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF091418.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 14 13:26:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	0.573	0.565	1.4	102	0.00
3		Pyridine	1.520	1.478	2.8	98	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.574	0.584	-1.7	104	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.204	1.192	1.0	104	0.00
6		Aniline	2.007	2.015	-0.4	103	0.00
7	S	Phenol-d6	1.553	1.543	0.6	104	0.00
8		2-Chlorophenol	1.348	1.344	0.3	104	0.00
9		Benzaldehyde	0.992	1.016	-2.4	103	0.00
10	C	Phenol	1.747	1.729	1.0	104	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.374	1.346	2.0	103	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.541	1.529	0.8	104	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.546	1.529	1.1	103	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.433	1.427	0.4	105	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.179	1.179	0.0	103	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.969	1.934	1.8	102	0.00
17		2-Methylphenol	1.099	1.107	-0.7	105	0.00
18		Hexachloroethane	0.562	0.554	1.4	102	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.026	0.994	3.1	102	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.324	1.286	2.9	103	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	0.00
22		Acetophenone	0.454	0.434	4.4	102	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.357	0.353	1.1	103	0.00
24		Nitrobenzene	0.368	0.366	0.5	102	0.00
25		Isophorone	0.613	0.600	2.1	102	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.172	0.176	-2.3	103	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.269	0.268	0.4	103	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.412	0.399	3.2	100	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.287	0.285	0.7	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.310	0.305	1.6	103	0.00
31		Naphthalene	0.928	0.902	2.8	102	0.00
32		Benzoic acid	0.176	0.153	13.1	94	0.00
33		4-Chloroaniline	0.413	0.407	1.5	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.189	0.184	2.6	101	0.00
35		Caprolactam	0.094	0.094	0.0	103	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.302	0.298	1.3	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.605	0.583	3.6	102	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.629	0.607	3.5	99	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.317	0.336	-6.0	102	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.217	0.217	0.0	101	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.423	0.426	-0.7	101	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.442	0.447	-1.1	103	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.277	1.256	1.6	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF091418\
Data File : BF108993.D
Acq On : 14 Sep 2018 14:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 14 14:54:38 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF091418.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 14 13:26:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.600	1.549	3.2	101	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.281	1.259	1.7	102	0.00
47		2-Nitroaniline	0.394	0.399	-1.3	103	0.00
48		Acenaphthylene	1.932	1.861	3.7	100	0.00
49		Dimethylphthalate	1.429	1.397	2.2	100	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.317	0.319	-0.6	100	0.00
51	C	Acenaphthene	1.203	1.168	2.9	99	0.00
52		3-Nitroaniline	0.373	0.378	-1.3	102	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.122	0.127	-4.1	103	0.00
54		Dibenzofuran	1.739	1.665	4.3	99	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.275	0.287	-4.4	102	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.415	0.430	-3.6	103	0.00
57		Fluorene	1.159	1.153	0.5	100	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.366	0.367	-0.3	102	0.00
59		Diethylphthalate	1.444	1.400	3.0	99	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.620	0.619	0.2	100	0.00
61		4-Nitroaniline	0.355	0.359	-1.1	102	0.00
62		Azobenzene	1.478	1.429	3.3	99	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.096	0.101	-5.2	105	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.654	0.643	1.7	100	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.225	0.222	1.3	100	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.241	0.237	1.7	100	0.00
68		Atrazine	0.209	0.204	2.4	100	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.154	0.165	-7.1	100	0.00
70		Phenanthrene	0.980	0.953	2.8	101	0.00
71		Anthracene	0.994	0.968	2.6	102	0.00
72		Carbazole	0.984	0.957	2.7	100	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.152	1.098	4.7	97	0.00
74	C	Fluoranthene	1.035	1.012	2.2	102	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	104	0.00
76		Benzidine	0.708	0.763	-7.8	112	0.00
77		Pyrene	1.486	1.481	0.3	101	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.844	0.842	0.2	102	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.664	0.676	-1.8	101	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.211	1.219	-0.7	103	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.489	0.491	-0.4	99	0.00
82		Chrysene	1.211	1.224	-1.1	103	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.803	0.813	-1.2	100	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.363	1.349	1.0	99	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.969	0.885	8.7	103	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	106	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.106	1.142	-3.3	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF091418\
Data File : BF108993.D
Acq On : 14 Sep 2018 14:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 14 14:54:38 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF091418.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 14 13:26:52 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.033	0.999	3.3	103	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	0.983	0.970	1.3	104	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.826	0.786	4.8	103	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.825	0.781	5.3	103	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0