Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF092217\
Data File : BF098685.D
Acq On : 22 Sep 2017 8:19
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 22 11:47:11 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF092117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 22 10:38:37 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	102	0.00
2		1,4-Dioxane	0.622	0.594	4.5	98	0.00
3		Pyridine	1.653	1.631	1.3	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.724	0.710	1.9	100	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.317	1.269	3.6	99	0.00
6		Aniline	2.113	2.050	3.0	98	0.00
7	S	Phenol-d6	1.595	1.551	2.8	99	0.00
8		2-Chlorophenol	1.431	1.410	1.5	101	0.00
9		Benzaldehyde	0.895	0.888	0.8	98	0.00
10	C	Phenol	1.760	1.690	4.0	100	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.356	1.334	1.6	102	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.511	1.474	2.4	101	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.530	1.501	1.9	101	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.426	1.397	2.0	100	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.151	1.128	2.0	99	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.161	2.116	2.1	101	0.00
17		2-Methylphenol	1.166	1.134	2.7	100	0.00
18		Hexachloroethane	0.527	0.534	-1.3	103	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.988	0.957	3.1	101	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.503	1.470	2.2	100	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	101	0.00
22		Acetophenone	0.495	0.476	3.8	101	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.295	0.306	-3.7	103	0.00
24		Nitrobenzene	0.341	0.346	-1.5	101	0.00
25		Isophorone	0.643	0.622	3.3	100	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.138	0.152	-10.1	109	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.316	0.310	1.9	101	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.400	0.393	1.8	102	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.272	0.269	1.1	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.274	0.270	1.5	102	0.00
31		Naphthalene	0.949	0.916	3.5	100	0.00
32		Benzoic acid	0.169	0.222	-31.4#	115	0.00
33		4-Chloroaniline	0.395	0.379	4.1	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.148	0.146	1.4	102	0.00
35		Caprolactam	0.085	0.083	2.4	95	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.310	0.299	3.5	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.610	0.596	2.3	101	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.592	0.585	1.2	101	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.257	0.279	-8.6	106	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.183	0.191	-4.4	100	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.399	0.414	-3.8	103	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.409	0.410	-0.2	99	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.257	1.199	4.6	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF092217\
Data File : BF098685.D
Acq On : 22 Sep 2017 8:19
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 22 11:47:11 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF092117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 22 10:38:37 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.718	1.690	1.6	101	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.288	1.267	1.6	101	0.00
47		2-Nitroaniline	0.362	0.374	-3.3	102	0.00
48		Acenaphthylene	1.982	1.942	2.0	99	0.00
49		Dimethylphthalate	1.500	1.463	2.5	100	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.296	0.324	-9.5	103	0.00
51	C	Acenaphthene	1.230	1.213	1.4	102	0.00
52		3-Nitroaniline	0.353	0.365	-3.4	99	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.094	0.105	-11.7	115	0.00
54		Dibenzofuran	1.680	1.634	2.7	101	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.307	0.310	-1.0	100	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.398	0.415	-4.3	102	0.00
57		Fluorene	1.350	1.300	3.7	100	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.291	0.305	-4.8	102	0.00
59		Diethylphthalate	1.470	1.442	1.9	100	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.591	0.584	1.2	102	0.00
61		4-Nitroaniline	0.338	0.353	-4.4	98	0.00
62		Azobenzene	1.375	1.345	2.2	100	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	98	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.087	0.097	-11.5	107	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.688	0.682	0.9	100	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.202	0.209	-3.5	102	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.230	0.230	0.0	100	0.00
68		Atrazine	0.207	0.205	1.0	99	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.132	0.145	-9.8	101	0.00
70		Phenanthrene	1.085	1.057	2.6	98	0.00
71		Anthracene	1.106	1.080	2.4	99	0.00
72		Carbazole	1.081	1.042	3.6	97	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.256	1.266	-0.8	100	0.00
74	C	Fluoranthene	1.081	1.018	5.8	96	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
76		Benzidine	0.812	0.800	1.5	93	0.00
77		Pyrene	1.485	1.509	-1.6	96	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.931	0.943	-1.3	98	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.614	0.662	-7.8	96	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.205	1.187	1.5	96	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.430	0.422	1.9	92	0.00
82		Chrysene	1.163	1.116	4.0	94	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.850	0.882	-3.8	97	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.276	1.317	-3.2	97	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.902	0.898	0.4	101	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	99	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.160	1.165	-0.4	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\HPCHEM1\BNA F\Data\BF092217\
Data File : BF098685.D
Acq On : 22 Sep 2017 8:19
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 22 11:47:11 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF092117.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 22 10:38:37 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.159	1.145	1.2	98	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.053	1.062	-0.9	98	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.891	0.936	-5.1	102	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.896	0.941	-5.0	101	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0