Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF100324\
Data File : BF139620.D
Acq On : 03 Oct 2024 09:56
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 03 11:20:45 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF100124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 02 04:58:47 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.556	1.1	98	0.00
3		Pyridine	40.000	40.710	-1.8	102	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.125	-0.3	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.124	1.1	99	0.00
6		Aniline	40.000	39.644	0.9	103	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.336	0.8	100	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.745	0.6	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.887	10.3	90	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.112	-0.3	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.662	8.3	93	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.082	2.3	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.100	2.2	99	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.238	1.9	98	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.174	-0.4	98	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.372	4.1	96	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.844	0.4	98	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.657	3.4	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.506	3.7	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.769	0.6	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.079	4.8	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.099	3.6	97	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.687	3.3	97	0.00
25		Isophorone	40.000	37.894	5.3	96	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.295	-0.7	97	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.269	1.8	100	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.061	4.8	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.043	2.4	97	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.338	4.2	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.353	4.1	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.820	-7.1	100	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.654	3.4	96	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.388	4.0	98	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.812	-2.0	104	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.061	2.3	100	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.600	3.5	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.340	4.1	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.533	6.2	97	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.461	6.3	86	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.488	4.4	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.077	4.8	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.658	3.4	99	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.514	6.9	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.504	6.2	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.451	3.9	99	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF100324\
Data File : BF139620.D
Acq On : 03 Oct 2024 09:56
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 03 11:20:45 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF100124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 02 04:58:47 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.763	0.6	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.247	4.4	99	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.774	3.1	101	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.449	1.4	100	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.859	5.4	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.673	0.8	101	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.756	-4.4	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.855	5.4	99	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.246	-0.6	101	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.009	-0.0	101	0.00
58		Fluorene	40.000	38.075	4.8	100	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.628	3.4	99	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.362	4.1	100	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.796	5.5	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.859	0.4	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.187	4.5	98	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.319	-3.3	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	37.800	5.5	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.216	4.5	101	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.015	5.0	100	0.00
69		Atrazine	40.000	31.701	20.7	97	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.004	2.5	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.211	4.5	102	0.00
72		Anthracene	40.000	37.983	5.0	101	0.00
73		Carbazole	40.000	38.329	4.2	101	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.331	1.7	102	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.115	4.7	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
77		Benzidine	40.000	39.485	1.3	104	0.00
78		Pyrene	40.000	39.693	0.8	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.772	1.5	103	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.981	-5.0	107	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.454	1.4	107	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.308	6.7	98	0.00
83		Chrysene	40.000	37.081	7.3	97	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.740	-9.4	111	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.778	-4.4	107	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.864	0.3	98	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.398	9.0	103	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.820	-2.1	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.984	2.5	101	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.270	-0.7	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.515	-1.3	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF100324\
Data File : BF139620.D
Acq On : 03 Oct 2024 09:56
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 03 11:20:45 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF100124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 02 04:58:47 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0