Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF100324\
Data File : BF139642.D
Acq On : 03 Oct 2024 20:46
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 04 01:17:00 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF100124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 02 04:58:47 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.520	-1.3	97	-0.02
3		Pyridine	40.000	42.071	-5.2	102	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.829	0.4	94	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.094	1.1	95	0.00
6		Aniline	40.000	39.271	1.8	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.746	2.8	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.032	2.4	94	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	44.004	-10.0	107	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.150	2.1	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.899	10.3	88	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.922	2.7	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.869	2.8	95	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.648	3.4	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.073	4.8	90	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.691	5.8	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.708	3.2	92	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.398	4.0	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.824	7.9	89	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.964	5.1	91	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.595	3.5	91	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.894	2.6	90	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.437	1.4	91	0.00
25		Isophorone	40.000	37.983	5.0	88	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.258	-0.6	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.894	2.8	91	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.213	4.5	89	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.095	2.3	89	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.858	2.9	90	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.064	2.3	91	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.184	-0.5	86	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.159	4.6	87	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.575	3.6	90	0.00
35		Caprolactam	40.000	38.687	3.3	90	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	37.670	5.8	89	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.229	4.4	89	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.237	6.9	87	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	87	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.202	2.0	89	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.029	9.9	73	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.123	4.8	86	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.831	0.4	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.069	4.8	86	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.615	4.2	89	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.437	3.9	88	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.189	2.0	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF100324\
Data File : BF139642.D
Acq On : 03 Oct 2024 20:46
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 04 01:17:00 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF100124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 02 04:58:47 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.562	-1.4	90	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.647	3.4	88	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.593	3.5	88	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.154	2.1	88	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.749	3.1	87	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.233	1.9	88	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.301	4.2	81	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.298	4.3	88	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	37.571	6.1	83	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.242	-0.6	89	0.00
58		Fluorene	40.000	37.848	5.4	88	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.956	5.1	86	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.012	5.0	87	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.530	6.2	88	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.018	2.5	88	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.707	5.7	85	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	86	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.346	-0.9	82	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.786	3.0	87	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.768	3.1	86	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.624	3.4	86	0.00
69		Atrazine	40.000	29.527	26.2#	76	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.490	3.8	80	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.591	3.5	87	0.00
72		Anthracene	40.000	38.336	4.2	86	0.00
73		Carbazole	40.000	38.213	4.5	85	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.120	2.2	86	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.258	9.4	81	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	86	0.00
77		Benzidine	40.000	58.111	-45.3#	128	0.00
78		Pyrene	40.000	37.728	5.7	80	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	75.427	5.7	82	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.114	-2.8	87	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.204	2.0	89	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	44.354	-10.9	97	0.00
83		Chrysene	40.000	37.399	6.5	81	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.605	-9.0	92	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	46.511	-16.3	99	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	109	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.828	-4.6	111	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.638	3.4	118	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	34.651	13.4	92	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.113	2.2	109	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.760	-4.4	110	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.785	-2.0	106	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF100324\
Data File : BF139642.D
Acq On : 03 Oct 2024 20:46
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 04 01:17:00 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF100124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 02 04:58:47 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0