Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF101320\
Data File : BF121934.D
Acq On : 13 Oct 2020 12:22
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 13 14:18:05 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 12 16:22:33 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.596	0.584	2.0	96	0.00
3		Pyridine	1.567	1.636	-4.4	100	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.757	0.749	1.1	96	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.355	1.319	2.7	96	0.00
6		Aniline	2.148	2.092	2.6	98	0.00
7	S	Phenol-d6	1.744	1.677	3.8	97	0.00
8		2-Chlorophenol	1.370	1.341	2.1	97	0.00
9		Benzaldehyde	1.006	0.951	5.5	96	0.00
10	C	Phenol	1.800	1.737	3.5	97	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.392	1.338	3.9	95	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.541	1.481	3.9	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.547	1.495	3.4	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.414	1.375	2.8	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.128	1.109	1.7	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.142	2.075	3.1	95	0.00
17		2-Methylphenol	1.171	1.115	4.8	95	0.00
18		Hexachloroethane	0.559	0.542	3.0	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.993	0.954	3.9	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.412	1.343	4.9	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	96	0.00
22		Acetophenone	0.515	0.493	4.3	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.390	0.385	1.3	97	0.00
24		Nitrobenzene	0.417	0.410	1.7	97	0.00
25		Isophorone	0.737	0.718	2.6	97	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.192	0.196	-2.1	97	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.327	0.323	1.2	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.461	0.454	1.5	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.306	0.302	1.3	96	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.326	0.316	3.1	96	0.00
31		Naphthalene	1.071	1.045	2.4	98	0.00
32		Benzoic acid	0.165	0.166	-0.6	95	0.00
33		4-Chloroaniline	0.456	0.449	1.5	97	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.193	0.189	2.1	95	0.00
35		Caprolactam	0.097	0.101	-4.1	103	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.329	0.329	0.0	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.694	0.677	2.4	97	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.643	0.626	2.6	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.646	0.627	2.9	97	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.127	0.123	3.1	92	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.247	0.252	-2.0	101	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.398	0.399	-0.3	99	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.430	0.426	0.9	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.359	1.280	5.8	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.626	1.582	2.7	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.265	1.241	1.9	98	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF101320\
Data File : BF121934.D
Acq On : 13 Oct 2020 12:22
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 13 14:18:05 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 12 16:22:33 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.417	0.418	-0.2	99	0.00
49		Acenaphthylene	1.942	1.899	2.2	99	0.00
50		Dimethylphthalate	1.462	1.439	1.6	98	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.321	0.324	-0.9	98	0.00
52	C	Acenaphthene	1.155	1.109	4.0	97	0.00
53		3-Nitroaniline	0.365	0.366	-0.3	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.129	0.133	-3.1	97	0.00
55		Dibenzofuran	1.690	1.612	4.6	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.198	0.199	-0.5	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.395	0.395	0.0	99	0.00
58		Fluorene	1.361	1.334	2.0	100	-0.01
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.333	0.344	-3.3	99	-0.01
60		Diethylphthalate	1.410	1.382	2.0	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.653	0.638	2.3	99	0.00
62		4-Nitroaniline	0.365	0.371	-1.6	101	0.00
63		Azobenzene	1.491	1.463	1.9	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	99	-0.01
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.115	0.125	-8.7	100	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.689	0.664	3.6	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.231	0.226	2.2	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.262	0.251	4.2	98	0.00
69		Atrazine	0.168	0.166	1.2	99	-0.01
70	C	Pentachlorophenol	0.084	0.088	-4.8	105	0.00
71		Phenanthrene	1.097	1.058	3.6	100	0.00
72		Anthracene	1.137	1.106	2.7	101	0.00
73		Carbazole	1.011	0.977	3.4	99	-0.01
74		Di-n-butylphthalate	1.163	1.131	2.8	98	0.00
75	C	Fluoranthene	1.176	1.128	4.1	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	0.617	0.602	2.4	105	0.00
78		Pyrene	1.524	1.459	4.3	100	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.049	0.982	6.4	100	-0.01
80		Butylbenzylphthalate	0.604	0.599	0.8	101	-0.01
81		Benzo(a)anthracene	1.311	1.274	2.8	102	-0.01
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.486	0.479	1.4	100	-0.01
83		Chrysene	1.287	1.224	4.9	98	-0.01
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.821	0.803	2.2	100	-0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.327	1.326	0.1	102	-0.01
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	102	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.299	1.266	2.5	102	-0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	1.352	1.452	-7.4	105	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	1.284	1.282	0.2	100	-0.02
90	C	Benzo(a)pyrene	1.168	1.201	-2.8	102	-0.02
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.069	1.045	2.2	101	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.070	1.040	2.8	101	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF101320\
Data File : BF121934.D
Acq On : 13 Oct 2020 12:22
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 13 14:18:05 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 12 16:22:33 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0