Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF101422\
Data File : BF130662.D
Acq On : 14 Oct 2022 12:04
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 17 02:18:55 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF101122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 12 06:52:52 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	72	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	31.553	21.1	54	0.00
3		Pyridine	40.000	39.495	1.3	59	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.475	-1.2	63	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.439	-0.5	67	0.00
6		Aniline	40.000	39.119	2.2	71	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.175	1.0	72	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.725	0.7	71	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.972	10.1	65	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.222	1.9	71	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.250	4.4	68	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.871	0.3	70	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.180	-0.4	68	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.141	-0.4	64	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.943	-2.4	64	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.979	7.6	59	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.933	0.2	66	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.122	2.2	62	-0.01
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.308	4.2	62	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.922	2.7	64	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	69	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.639	0.9	64	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.817	1.5	64	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.684	0.8	65	0.00
25		Isophorone	40.000	38.865	2.8	65	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.220	-3.0	64	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.452	-1.1	61	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.177	2.1	61	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.032	-5.1	73	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	41.497	-3.7	72	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.047	-0.1	65	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.103	7.2	54	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.511	-1.3	65	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.930	-7.3	71	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.532	-1.3	61	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.544	-1.4	64	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	41.601	-4.0	83	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	41.783	-4.5	83	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	84	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.998	-2.5	82	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.180	7.1	78	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	84.957	-6.2	80	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.482	-3.7	82	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.155	-2.9	80	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.734	-2.2	82	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.574	-1.4	81	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.906	-2.3	83	-0.01

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF101422\
Data File : BF130662.D
Acq On : 14 Oct 2022 12:04
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 17 02:18:55 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF101122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 12 06:52:52 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.483	-1.2	79	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.670	-1.7	81	-0.01
50		Dimethylphthalate	40.000	39.898	0.3	79	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.434	-1.1	80	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.874	-2.2	81	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.352	-0.9	79	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.505	11.2	71	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.389	-1.0	81	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.256	4.4	69	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.581	-4.0	82	0.00
58		Fluorene	40.000	40.357	-0.9	81	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.379	-0.9	79	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.015	2.5	78	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.476	-1.2	81	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.299	-0.7	80	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.060	4.8	76	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	83	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.987	-5.0	80	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.067	2.3	80	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.810	-2.0	80	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.618	-4.0	83	0.00
69		Atrazine	40.000	41.577	-3.9	80	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	34.382	14.0	65	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.544	1.1	79	0.00
72		Anthracene	40.000	39.424	1.4	79	0.00
73		Carbazole	40.000	39.766	0.6	81	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.572	1.1	78	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	41.448	-3.6	81	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	84	0.00
77		Benzidine	40.000	34.075	14.8	73	0.00
78		Pyrene	40.000	41.506	-3.8	82	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	83.350	-4.2	82	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.207	-0.5	78	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.347	-0.9	82	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.301	4.2	77	0.00
83		Chrysene	40.000	39.222	1.9	79	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.361	4.1	76	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	33.621	15.9	68	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	80	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	42.861	-7.2	75	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.112	-2.8	77	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.206	2.0	72	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.875	0.3	74	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	42.877	-7.2	74	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	46.951	-17.4	75	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF101422\
Data File : BF130662.D
Acq On : 14 Oct 2022 12:04
Operator : CG\JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 17 02:18:55 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF101122.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 12 06:52:52 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0