Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF102820\
Data File : BF122141.D
Acq On : 28 Oct 2020 10:15
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 28 10:55:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 26 17:27:32 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	86	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.154	7.1	81	0.00
3		Pyridine	40.000	38.924	2.7	84	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.538	-1.3	88	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.074	-1.3	90	0.00
6		Aniline	40.000	37.849	5.4	85	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.244	4.7	86	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.584	1.0	88	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.693	-1.7	88	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.455	3.9	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.822	2.9	85	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.174	2.1	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.169	2.1	87	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.138	2.2	86	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.727	-4.3	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.058	4.9	84	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.854	5.4	85	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.134	-0.3	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.475	-1.2	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.394	-3.5	94	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	88	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.428	-1.1	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.889	0.1	89	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.175	-0.4	90	0.00
25		Isophorone	40.000	39.954	0.1	90	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.396	-1.0	88	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.717	3.2	87	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.355	1.6	88	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.384	-1.0	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.056	2.4	88	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.809	3.0	88	0.00
32		Benzoic acid	40.000	33.428	16.4	75	0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	40.051	-0.1	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.461	-1.2	89	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.703	-1.8	91	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.546	-1.4	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.164	2.1	89	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.835	2.9	89	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	90	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.107	2.2	91	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.044	12.4	73	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.398	-1.7	93	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.025	2.4	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.172	7.1	85	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.877	6.4	90	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.507	3.7	90	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.405	4.0	89	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF102820\
Data File : BF122141.D
Acq On : 28 Oct 2020 10:15
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 28 10:55:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 26 17:27:32 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.977	-2.4	94	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.571	6.1	88	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.936	2.7	90	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.762	0.6	90	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.436	3.9	91	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.025	2.4	90	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	34.237	14.4	80	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.552	3.6	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	33.988	15.0	76	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.690	-1.7	93	0.00
58		Fluorene	40.000	39.104	2.2	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.500	-1.3	90	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.378	-0.9	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.994	0.0	94	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.217	9.5	83	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.772	0.6	92	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.262	6.8	89	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.738	3.2	92	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.548	1.1	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.061	2.3	92	0.00
69		Atrazine	40.000	40.461	-1.2	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.787	5.5	94	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.496	3.8	92	0.00
72		Anthracene	40.000	38.282	4.3	91	0.00
73		Carbazole	40.000	38.092	4.8	90	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.656	0.9	92	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.476	6.3	89	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	78	0.00
77		Benzidine	40.000	35.451	11.4	72	0.00
78		Pyrene	40.000	44.178	-10.4	88	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	88.036	-10.0	89	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	43.962	-9.9	85	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.164	-0.4	80	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.163	4.6	74	0.00
83		Chrysene	40.000	39.651	0.9	78	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.481	-6.2	82	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.881	2.8	75	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	71	0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	43.590	-9.0	78	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.140	-2.9	70	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	43.201	-8.0	74	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.928	-4.8	72	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	43.797	-9.5	78	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	45.692	-14.2	82	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF102820\
Data File : BF122141.D
Acq On : 28 Oct 2020 10:15
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 28 10:55:46 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 26 17:27:32 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0