Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF103020\
Data File : BF122183.D
Acq On : 30 Oct 2020 16:20
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 30 16:59:04 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 30 10:16:54 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.772	3.1	86	0.00
3		Pyridine	40.000	37.577	6.1	82	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.423	-1.1	89	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.618	-0.8	91	0.00
6		Aniline	40.000	37.574	6.1	86	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.754	5.3	87	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.075	2.3	88	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.305	4.2	86	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.943	5.1	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.171	4.6	85	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.355	4.1	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.017	2.5	88	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.182	4.5	86	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.306	-3.3	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.289	6.8	84	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.152	7.1	85	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.656	0.9	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.007	-0.0	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.864	-2.2	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	88	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.932	0.2	92	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.302	0.9	89	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.616	1.0	89	0.00
25		Isophorone	40.000	39.751	0.6	90	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.721	-1.8	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.347	4.1	87	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.826	2.9	87	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.188	-0.5	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.534	3.7	87	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.783	3.0	89	0.00
32		Benzoic acid	40.000	33.211	17.0	74	0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	39.960	0.1	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.249	-0.6	89	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.043	-0.1	90	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.696	-1.7	92	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.335	4.2	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.000	2.5	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	88	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.586	1.0	89	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.753	-4.4	96	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.831	-1.0	90	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.931	5.2	85	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	35.232	11.9	79	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.378	4.5	89	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.349	1.6	90	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.089	2.3	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF103020\
Data File : BF122183.D
Acq On : 30 Oct 2020 16:20
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 30 16:59:04 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 30 10:16:54 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.172	-5.4	94	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.072	4.8	87	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.944	2.6	88	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.628	0.9	87	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.208	2.0	90	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.658	0.9	90	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	45.015	-12.5	111	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.427	1.4	90	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.156	-7.9	94	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.309	-5.8	95	0.00
58		Fluorene	40.000	39.831	0.4	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.976	2.6	84	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.498	-1.2	92	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.599	-1.5	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.814	8.0	83	0.00
63		Azobenzene	40.000	40.590	-1.5	91	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	89	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	36.853	7.9	86	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.204	2.0	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.181	-0.5	91	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.286	-0.7	93	0.00
69		Atrazine	40.000	38.905	2.7	88	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	34.789	13.0	83	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.375	1.6	92	0.00
72		Anthracene	40.000	39.369	1.6	92	0.00
73		Carbazole	40.000	39.592	1.0	92	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.488	-1.2	92	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.007	2.5	90	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	88	0.00
77		Benzidine	40.000	33.230	16.9	76	0.00
78		Pyrene	40.000	40.478	-1.2	91	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.264	-0.3	92	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.151	-5.4	92	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.587	1.0	89	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.732	3.2	85	0.00
83		Chrysene	40.000	39.010	2.5	87	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.608	-4.0	91	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.687	0.8	87	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	81	0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.392	-1.0	83	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	43.483	-8.7	85	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.398	-3.5	82	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.569	-3.9	82	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.158	-0.4	82	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.842	-2.1	84	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF103020\
Data File : BF122183.D
Acq On : 30 Oct 2020 16:20
Operator : JU/CG
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_F
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 30 16:59:04 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270-BF101220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 30 10:16:54 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0