Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF110817\
Data File : BF100291.D
Acq On : 8 Nov 2017 14:57
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 08 17:11:40 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF110817.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 08 14:33:31 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	0.608	0.598	1.6	91	0.00
3		Pyridine	1.659	1.639	1.2	89	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.805	0.829	-3.0	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.248	1.244	0.3	94	0.00
6		Aniline	2.174	2.199	-1.1	93	0.00
7	S	Phenol-d6	1.539	1.546	-0.5	94	0.00
8		2-Chlorophenol	1.320	1.338	-1.4	95	0.00
9		Benzaldehyde	1.099	1.077	2.0	92	0.00
10	C	Phenol	1.615	1.594	1.3	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	1.367	-0.7	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.522	1.538	-1.1	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.540	1.539	0.1	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.424	1.448	-1.7	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.201	1.256	-4.6	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.170	2.192	-1.0	94	0.00
17		2-Methylphenol	1.128	1.169	-3.6	96	0.00
18		Hexachloroethane	0.508	0.523	-3.0	94	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.067	1.075	-0.7	95	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.427	1.465	-2.7	95	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	0.488	0.475	2.7	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.303	0.330	-8.9	99	0.00
24		Nitrobenzene	0.311	0.348	-11.9	98	0.00
25		Isophorone	0.636	0.643	-1.1	95	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.132	0.158	-19.7	104	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.285	0.295	-3.5	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.416	0.415	0.2	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.272	0.284	-4.4	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.294	0.298	-1.4	96	0.00
31		Naphthalene	0.963	0.967	-0.4	96	0.00
32		Benzoic acid	0.186	0.227	-22.0	110	0.00
33		4-Chloroaniline	0.401	0.408	-1.7	95	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.175	0.178	-1.7	96	0.00
35		Caprolactam	0.093	0.098	-5.4	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.292	0.305	-4.5	96	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.640	0.640	0.0	96	0.00
38	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
39		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.663	0.669	-0.9	97	0.00
40	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.312	0.337	-8.0	97	0.00
41	S	2,4,6-Tribromophenol	0.204	0.218	-6.9	99	0.00
42	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.420	0.446	-6.2	97	0.00
43		2,4,5-Trichlorophenol	0.436	0.459	-5.3	98	0.00
44	S	2-Fluorobiphenyl	1.313	1.275	2.9	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF110817\
Data File : BF100291.D
Acq On : 8 Nov 2017 14:57
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 08 17:11:40 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF110817.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 08 14:33:31 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45		1,1'-Biphenyl	1.730	1.705	1.4	97	0.00
46		2-Chloronaphthalene	1.255	1.250	0.4	96	0.00
47		2-Nitroaniline	0.350	0.401	-14.6	104	0.00
48		Acenaphthylene	2.080	2.081	-0.0	97	0.00
49		Dimethylphthalate	1.527	1.559	-2.1	100	0.00
50		2,6-Dinitrotoluene	0.302	0.328	-8.6	100	0.00
51	C	Acenaphthene	1.265	1.268	-0.2	98	0.00
52		3-Nitroaniline	0.357	0.386	-8.1	100	0.00
53	P	2,4-Dinitrophenol	0.091	0.114	-25.3#	121	0.00
54		Dibenzofuran	1.773	1.770	0.2	97	0.00
55	P	4-Nitrophenol	0.290	0.322	-11.0	103	0.00
56		2,4-Dinitrotoluene	0.381	0.436	-14.4	103	0.00
57		Fluorene	1.299	1.311	-0.9	97	0.00
58		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.357	0.372	-4.2	96	0.00
59		Diethylphthalate	1.528	1.548	-1.3	99	0.00
60		4-Chlorophenyl-phenylether	0.637	0.656	-3.0	99	0.00
61		4-Nitroaniline	0.338	0.369	-9.2	100	0.00
62		Azobenzene	1.439	1.432	0.5	97	0.00
63	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	97	0.00
64		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.087	0.107	-23.0	112	0.00
65	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.695	0.685	1.4	97	0.00
66		4-Bromophenyl-phenylether	0.214	0.214	0.0	98	0.00
67		Hexachlorobenzene	0.224	0.228	-1.8	99	0.00
68		Atrazine	0.211	0.216	-2.4	99	0.00
69	C	Pentachlorophenol	0.161	0.169	-5.0	100	0.00
70		Phenanthrene	1.053	1.032	2.0	100	0.00
71		Anthracene	1.068	1.050	1.7	99	0.00
72		Carbazole	0.986	0.960	2.6	98	0.00
73		Di-n-butylphthalate	1.154	1.164	-0.9	100	0.00
74	C	Fluoranthene	1.116	1.087	2.6	99	0.00
75	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
76		Benzidine	0.801	0.806	-0.6	91	0.00
77		Pyrene	1.426	1.443	-1.2	99	0.00
78	S	Terphenyl-d14	0.870	0.843	3.1	99	0.00
79		Butylbenzylphthalate	0.581	0.612	-5.3	100	0.00
80		Benzo(a)anthracene	1.204	1.209	-0.4	98	0.00
81		3,3'-Dichlorobenzidine	0.432	0.447	-3.5	96	0.00
82		Chrysene	1.166	1.164	0.2	98	0.00
83		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.765	0.817	-6.8	98	0.00
84	c	Di-n-octyl phthalate	1.314	1.393	-6.0	98	0.00
85		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.943	0.901	4.5	95	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
87		Benzo(b)fluoranthene	1.185	1.193	-0.7	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : \\74.0.250.170\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Data\BF110817\
Data File : BF100291.D
Acq On : 8 Nov 2017 14:57
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_F
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 08 17:11:40 2017
Quant Method : Z:\HPCHEM1\BNA F\METHODS\8270-BF110817.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 08 14:33:31 2017
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(k)fluoranthene	1.120	1.209	-7.9	98	0.00
89 C	Benzo(a)pyrene	1.050	1.083	-3.1	96	0.00
90	Dibenzo(a,h)anthracene	0.859	0.850	1.0	96	0.00
91	Benzo(g,h,i)perylene	0.841	0.812	3.4	95	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0